

Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
31-155 Kraków
Tel. 12 630-11-00

Kraków, dn. 01. Grudzień. 2022 r.

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
post. nr 9/D/Sz-Apt/22**

W związku z wpływem do Aresztu Śledczego w Krakowie pytań dotyczących wyjaśnienia treści SWZ postępowania nr 9/D/Sz-Apt/22 zamawiający informuje, co następuje:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 740

1. Czy w Pakiecie 1 poz. 740 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem laktazy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pak. Nr 1 poz. 740 produktu EnteroDr (suplement diety).

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 655-664


2. Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając się na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 99 ust. 4-6 Pzp) dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 655-664 konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) wyrzut

zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych wynosząca 12 miesięcy po otwarciu fiolki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innych produktów niż wymienione w SIWZ w pak. Nr 1 poz 655 - 662, ponieważ glukometry posiadane przez jednostki penitencjarne Okręgu Krakowskiego są w pełni sprawne i nie ma konieczności ich wymiany na nowe.

3. Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 655-664 konkurencyjne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 szt.); f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innych produktów niż wymienione w SIWZ w pak. Nr 1 poz 655 - 662, ponieważ glukometry posiadane przez jednostki penitencjarne Okręgu Krakowskiego są w pełni sprawne i nie ma konieczności ich wymiany na nowe.

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Krakowie
ul. Montelupich 7

ppik Witold Poręba