



Wrocław, 24 kwietnia 2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.16.2024

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie numeru pozycji dla opisywanego kabla łączącego elektrodę z generatorem.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 13:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie numeru pozycji dla opisywanego kabla do elektrody diagnostycznej 12 polowej łączącego elektrodę z systemem 3D.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 24:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji jakie Elektrody do najmowanego systemu Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź na pytania nr 1-3: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ – Pakiet nr 3 poz. 5, 6, 7, 11, 13, 24. Zapis otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 3 System elektroanatomiczny do mappingu trójwymiarowego, koszulki, introducery, elektrody ablacyjne chłodzone CPV: 33158200-4; PA01-7 najem sprzętu								
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
5.	Elektrody diagnostyczne 4 polowe o stałej krzywiznie: -średnica 4-6F, - minimum 4 rodzaje spacji do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 rodzaje krzywizn do wyboru przez Zamawiającego, -długość elektrody 120cm	sztuka			200			

6.	Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Halo. Średnica 7F, minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2, minimum 2 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, długość 90-115cm	sztuka			4			
7.	Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, minimum 3 różne mechanizmy sterowania, długość elektrody minimum 110cm	sztuka			20			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
11.	Kabel do poz.10 łączący elektrodę z generatorem	sztuka			20			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
13.	Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 12 łączący elektrodę z systemem 3D	sztuka			30			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
24.	Elektrody do najmowanego systemu kompatybilne z poz. 1	sztuka			200			
Razem:								

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych