



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-260/12/2022

Łódź, dnia 19.09.2022 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych oraz drobnego sprzętu stomatologicznego dla WSRM w Łodzi.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Załącznik nr 2

Poz. 81-92

Prosimy o wydzielenie pozycji 81-92 do innego pakietu z uwagi na możliwość wystartowania większej liczby oferentów oraz uzyskania lepszej ceny.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Załącznik nr 2 Poz. 81

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (Substancja czynna: Etanol 83,7g/100g). Oferowany preparat nie zawiera jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących D-pantenol i witamina E oraz dodatkową substancję o działaniu wygładzającym, regulującą procesy regeneracji naskórka oraz uelastyczniającą. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 -30 s, Chirurgiczna Dezynfekcja EN 12791 -90s. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B -EN 13727 - 15 sek., F(c. albicans) - EN 13624 - 15 sek, Tbc EN 14348 - 15 sek. V(HIV, HBV, HCV, vaccinia) - 15 sek., V (adeno, polio, noro rota) EN 14476 – 30s. Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 2 - sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne.

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie preparatów dezynfekcyjnych ujętych w poz. od 81 do 92 do oddzielnego zadania. Połączenie różnego rodzaju wyrobów medycznych oraz preparatów dezynfekcyjnych spowoduje braku możliwości złożenia większej ofert, bowiem są firmy, które nie mają w swojej ofercie preparatów dezynfekcyjnych lub też nie mają w ofercie wyrobów medycznych. W obecnym kształcie postępowanie nie da gwarancji konkurencyjności ofert.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Zadanie nr 1 Materiały opatrunkowe

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 1 „Materiały opatrunkowe” pozycji 36, 37 i 38 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Zadanie nr 1 Materiały opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności opatrunku hydrożelowego w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 20cm x 28cm.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie nr 1 Materiały opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności opatrunku hydrożelowego w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 20cm x 45cm na twarz, większy wymiar opatrunku pozwoli na zaopatrzenie większej powierzchni twarzy jednym opatrunkiem.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie nr 1 Materiały opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności opatrunku hydrożelowego w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 20cm x 45cm większy wymiar opatrunku pozwoli na zaopatrzenie większej powierzchni rany oparzeniowej jednym opatrunkiem.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 21 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 55 i 56 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 71 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 11

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 i 103 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 21 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 i 120 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 121 i 122 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności aparatu do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi z zestawem mankietów 9 cm – 55 cm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności zestawu mankietów do aparatu do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarach od 9 cm do 55 cm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 123, 124, 125, 126, 127 i 199 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 18

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 133, 134 i 135 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 i 166 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 187, 188, 189 i 190 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 195, 196, 197 i 198 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 199 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 202 i 203 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 205, 206 i 207 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne

Prosimy o wyodrębnienie z zadania 2 „Sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne” pozycji 223 jako osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania przetargowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 26

W zakresie Zadania 2 - sprzęt medyczny i środki dezynfekcyjne

Czy Zamawiający dopuści w zakresie kosztorysu ofertowego wyłączenie następujących pozycji. - poz. 81-92 i utworzenie z nich nowego Zadania ?

Łącząc w jedno Zadanie dostawę środków dezynfekcyjnych oraz innych wyrobów medycznych, Zamawiający uniemożliwia złożenie oferty wielu wykonawcom mogących zaoferować tylko niektóre z 229 pozycji Zadania, co prowadzi do zawężenia kręgu wykonawców i mniejszej konkurencyjności postępowania, czego skutkiem mogą być mniej korzystne ceny. Prawidłowo przygotowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego racjonalnie łączy opis przedmiotu zamówienia z kryteriami oceny ofert, aby wyeliminować wykonawców nierzetelnych, nie mogących dostarczyć sprzętu czy usługi o odpowiednio wysokiej jakości, uzasadnionej potrzebami Zamawiającego. Chociaż czasem sporządzając SWZ trzeba po prostu dokonać podziału zamawianego asortymentu, tak aby umożliwić realną konkurencję. Skumulowanie wolumenu różnych dóbr w jednym Zadaniu może wykluczyć udział w postępowaniu niektórych wykonawców. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest prawidłowa taka sytuacja kiedy wszystkie produkty w danym Zadaniu może dostarczyć tylko jeden wykonawca albo jeśli Zamawiający celowo łączy różny asortyment tak aby konkurencja przedsiębiorców była jak najmniejsza. A przecież wydzielenia jakiegoś dobra i usługi do oddzielnego Zadania może pozwolić Zamawiającemu pozyskać nowocześniejsze lub choćby tańsze rozwiązanie, w stosunku do tego jakie uzyskałby nie dzieląc przedmiotu zamówienia w ramach danego postępowania.

Warte przytoczenia są rozważania KIO zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. akt: KIO 694/13, w którym to wyroku Izba uwzględniła odwołanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i nakazała Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ poprzez dopuszczenie składania ofert częściowych.

Tak przygotowany w Zadaniu 2 opis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji w postępowaniu j.w.

Izba wskazuje, że zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Ustawodawca również uzależnił możliwość składania ofert częściowych od tego, czy przedmiot zamówienia jest podzielny. W niniejszym przypadku podział zamówienia na części jest możliwy i celowy ze względu na rozszerzenie kręgu wykonawców, którzy mogliby wówczas złożyć ofertę oraz stworzyć warunki konkurencji cenowej. Biorąc pod uwagę zaprezentowane powyżej rozważania Izby wskazać należy, że w celu poszanowania uczciwej konkurencji Zamawiający winien oddzielić środki dezynfekcyjne od innych jednorazowych wyrobów medycznych. Pamiętać też trzeba, że na Zamawiającego został nałożony obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób aby odpowiadał jego uzasadnionym potrzebom, a potrzeby te muszą wynikać z obiektywnych czynników. Ponadto Zamawiający nie może zapominać o zasadach uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Otwarcie się Zamawiającego na konkurencję jest kwestią absolutnie kluczową. Dlatego też sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Zamawiający winien dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej PZP zasady, nakładającej na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 27

Zadanie 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Zadanie 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie aktywacji (moczenia) w wodzie ok. 5 sekund?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Zadanie 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Zadanie 1, pozycja 10-12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Zadanie 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Zadanie 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Zadanie 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m w stanie swobodnym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Zadanie 1, pozycja 21-22 - Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 37

Zadanie 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Zadanie 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy nawinięty na rolkę?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Zadanie 1, pozycja 26-27 - Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w kolorze białym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Zadanie 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 3x75mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Zadanie 1, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 6x100mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Zadanie 1, pozycja 28-29 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminału o gramaturze 60% oraz chłonności 600%?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Zadanie 1, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Zadanie 1, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Zadanie 1, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x90cm
- 1 serweta dla noworodka 80x90cm
- 2 ręczniki spulnane 30 x 30 cm?
- 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2)
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępo 14,5 cm +/- 0,5cm
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm +/-3mm
- 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L
- 1 worek LDPE o wymiarach 40cm x 50cm
- 1 podkład chłonny 60x90cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 46

Zadanie 1, pozycja 32 - Czy zamawiający dopuści etykietę z listą komponentów i min. 2 etykietami informacyjnymi umieszczoną na opakowaniu zestawu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47

Zadanie 1, pozycja 32 - Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 48 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wdzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy Easylance?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

Czy w pakiecie nr 2 w poz. 87 jest możliwość wstawienia: - Oudour Killer o właściwościach NANO Silver® to najnowsza technologia otrzymywania nanocząstek srebra o rozmiarach poniżej 100 nm (nanometrów). W porównaniu ze zwykłymi preparatami zastosowanie nanodrobin srebra i innych nanokomponentów w warstwach ochronnych preparatów powoduje polepszenie ich właściwości odpychania cząstek brudu, kurzu i wody, oraz zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem UV. NANO Silver® nadaje powierzchniom właściwości: * antybakteryjne, * antygrzybiczne, * antystatyczne, * likwiduje przeszło 99,00 % bakterii, * ma też właściwości dezodoryzujące * poprawia odbijanie promieni słonecznych dzięki czemu obniża nagrzewanie pokrytych nimi powierzchni, * w tkaninach likwiduje też nieprzyjemny zapach potu, **lub** Cleanmed Fresher Specjalistyczny preparat do usuwania uporczywego odoru uryny i innych nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłogach twardych i miękkich. Preparat można dodawać do detergentów piorących i myjących lub stosować bezpośrednio na powierzchnie. Pozostawia przyjemny, świeży owocowy zapach. SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na źródło zapachu lub na powierzchnię w pobliżu. SKŁAD CHEMICZNY: Mieszanina kwasów organicznych i środków powierzchniowo czynnych z izopropanolem, kompozycja zapachowa.

Zamawiający dopuszcza preparat CLEANMED FRESHER.

Pytanie 51

Zadanie 2, Pozycja 81

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol 7,5 g /100 g roztworu i etanol 72,5g / 100g roztworu oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro, Polio/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy.

Zamawiający dopuszcza.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 52

Zadanie 2, Pozycja 83

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia alkoholowego preparatu, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 57g/100g płynu i oraz propan-2-ol 6g/100g płynu.. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Preparat o dualnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny kl. IIa.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Zadanie nr 1, poz. nr 13-14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej dzianej do stabilnego podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, szczególnie na stawach, stożkowatych

i zaokrąglonych częściach ciała, która bardzo dobrze przylega i przepuszcza powietrze pozwalając skórze oddychać, jest bezpieczna (nie uciska nadmiernie - nie ogranicza krążenia krwi i ruchów stawów), dobrze przylega, nie zsuwa się nawet przy dłuższym noszeniu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Zadanie nr 1 poz. nr 14 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 12 cm x 4m?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Zadanie nr 1, poz. nr 20 - zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości sterylizacji rękawa opatrunkowego ze względu na jego sklasyfikowanie w klasie I?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Zadanie nr 1, poz. nr 28-29 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 2-warstwowych o chłonności min. 285%?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 57

Zadanie nr 1 poz. nr 28-29 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne- Wymagania i metody badań Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne? Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy EN 13795 dotyczy ubrań operacyjnych stosowanych przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana 3 część normy została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 58

Zadanie nr 1 poz. nr 30 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych pakowanych w opakowanie a' 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Zadanie nr 1, Poz. nr 32 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4W; 30g/m²)

1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm

3 zaciski do pępownicy plastikowe 53 mm 4 rękawiczki nitrylowe L

1 kieszeń przyklepna 1 sekcja 43 x 38 cm

1 gruszka gumowa 60 ml

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Zadanie nr 1, poz. nr 33-38 - zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert i wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów opatrunkowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 61

Zadanie 2, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników do odsysania z otworami bocznymi naprzeciwległymi, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 62

Zadanie 2, Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników Foley sterylizowanych tlenkiem etylenu pakowanych w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierfolia, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63

Zadanie 2, Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych worków na mocz z nazwą producenta naniesioną na opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający wyraża zgodę.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 64

Zadanie 2, Pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych rurek intubacyjnych niesilikonowanych, o gładkiej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie rurki, w opakowaniu typu półksiężyc zachowujące, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65

Zadanie 2, Pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurek intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 9 co 0,5 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

Zadanie 2, Pozycja 10, 16

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki i maski posiadały tak jak dotychczas nadrukowany numer LOT i rozmiar bezpośrednio na baloniku kontrolnym co umożliwi pełną identyfikację produktu w razie wystąpienia incydentu medycznego?

Zamawiający wymaga.

Pytanie 67

Zadanie 2, Pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych masek krtaniowych wykonanych w całości z PCV, bez znacznika RTG na całej długości, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 68

Zadanie 2, Pozycja 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłonek do termometru pakowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości do 300 opakowań?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 69

Zadanie 2, Pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych rurek nosowo-gardłowych niesilikonowanych, o gładkiej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie rurki, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 70

Zadanie 2, Pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych przedłużaczy w jednej uniwersalnej długości tj. 150cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 71

Zadanie 2, Pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, bezpiecznych, wyposażonych w harmonijkowy mechanizm bezpieczeństwa, który uruchamia się automatycznie podczas wyciągania kaniuli, z 6 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,0x45), 16G (1,8x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x45 i 32), 20G (1,1x32), 22G (0,9x25)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie 72**

Zadanie 2, Pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, bezpiecznych, wyposażonych w wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego, nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu ukłuciu igłą, z 3 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,1x45), 16G (1,8x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x45), 20G (1,1x33), 22G (0,9x25)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie 73**

Zadanie 2, Pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, bezpiecznych, posiadające automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 6 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,0x45), 16G (1,7x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x32 i 45), 20G (1,1x32 i 25), 22G (0,9x25), 24G (0,7x19)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie 74**

Zadanie 2, Pozycja 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie 75**

Zadanie 2, Pozycja 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych igieł w rozmiarze 1,2 x 88mm?

Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie 76**

Zadanie 2, Pozycja 37-40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk bez rozszerzonej skali?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**Pytanie 77**

Zadanie 2, Pozycja 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod w rozmiarze 50x36mm oraz 42x36mm, owalne, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 78

Zadanie 2, Pozycja 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek insulinowych z igłą 0,4x13 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 79

Zadanie 2, Pozycja 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych zgłębników z linią RTG z końcówką zamkniętą z otworami bocznymi, spełniających pozostałe wymogi SIWZ? Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgłębniki żołądkowe nie występują z otwartą końcówką.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 80

Zadanie 2, Pozycja 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6Fr (2,0 mm do rurek 2.5-4.5), 10Fr (3,3 do rurek 4.0-6.0), 12Fr (4,0 do rurek 5.5 – 6.0), 14Fr (4,7 do rurek 5.5 – 10.0)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 81

Zadanie 2, Pozycja 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu równoważnego innego producenta, spełniającego zapisy SWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82

Zadanie 2, Pozycja 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do podawania tlenu o długości 210 cm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 83

Zadanie 2, Pozycja 54

Czy Zamawiający wymaga, aby dren był zapakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier oraz ustabilizowany wewnątrz opaskę foliową zabezpieczającą dren przed przypadkowym rozwinięciem?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84

Zadanie 2, Pozycja 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do drenażowania klatki piersiowej, który zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, strzykawkę o pojemności 60ml, trio igieł 55 mm lub igłą Veressa, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką, szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 85

Zadanie 2, Pozycja 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie korek Combi wykonany z polietylenu?

Zamawiający wyraża zgodę.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 86

Zadanie 2, Pozycja 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych rurek krtaniowych wykonanych z PCV, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Według naszej wiedzy rurki krtaniowe nie występują na rynku w wersji silikonowej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 87

Zadanie 2, Pozycja 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego Miller w rozmiarach 0,1,2?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 88

Zadanie 2, Pozycja 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego Macintosh w rozmiarach 1,2,3,4?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 89

Zadanie 2, Pozycja 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych preparatów do dezynfekcji ran i błon śluzowych, gotowych do użycia, bezbarwnych, zawierających w swoim składzie m.in. dichlorowodorek octenidyny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze już po 30 sekundach, a działanie przeciwwirusowe po 1 min, zarejestrowany jako wyrób kosmetyczny?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 90

Zadanie 2, Pozycja 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych bezbarwnych preparatów alkoholowych do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, preparat gotowy do użycia, zawierający etanol 96% (79,9g), substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda, Wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym MRSA, Tbc), drożdżakobójcze, wirusobójcze (w tym HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, H1N1, Polio, Adeno, Rota, Noro) potwierdzone badaniami, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 91

Zadanie 2, Pozycja 91-92

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania zwracamy się z prośbą o wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu zawierającego produkty lecznicze.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 92

Zadanie 2, pozycja 114-116: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka samosprężalnego w zestawie z jedną maską twarząwą?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 93

Zadanie 2, Pozycja 121

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu do pomiaru ciśnienia krwi z zestawem 3 mankietów:

- Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm)
- XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm)
- XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 94

Zadanie 2, Pozycja 122

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu 3 mankietów pasujących do ciśnieniomierza z pozycji 121:

- Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm)
- XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm)
- XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 95

Zadanie 2, Pozycja 186

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kleszczyków Pean prostych i odgiętych w rozmiarach 12.5, 14, 16, 18?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 96

zadanie 1 (opatrunki), poz. 7-9, 13-17,19,24,31

Czy zamawiający wydzieli poz. 7-9, 13-17,19,24,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 97

Zadanie 1 (opatrunki), poz. jałowe Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 98

Zadanie 1 (opatrunki), poz. 24

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkową ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99 (do pytania 98)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Zadanie 2 (sprzęt medyczny), poz. 5-8, 11-14, 27,44,50-51,66

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-8, 11-14, 27,44,50-51,66 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 101

Zadanie 2 (sprzęt medyczny), poz. 27 czy zamawiający dopuszcza i wymaga przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła ścięta trójpłaszczyznowo – dwukanałowa, pakowany folia-papier?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 102

Zadanie 2, Pozycja 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ram Cannula, nie zawierająca lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora ftalanu DEHP, miękkie zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami, w zestawie 15 mm., adapter tlenowy, rozmiary: N4901, N4902, N4903, N4904?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 103

Zadanie 2, Pozycja 73,

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający na pewno oczekuje 350 sztuk łączników do detektora CO2 Kapnometru NEWTTECH NT1D i czy taką ilość w całości będzie chciał wykorzystać w trakcie trwania umowy, gdyż koszt jednej sztuki łącznika jest stosunkowo wysoki?

Zamawiający oczekuje wyceny 350 szt. łączników do detektora CO2 Kapnometru NEWTTECH NT1D.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 104**Dotyczy SWZ**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 105**Dotyczy SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 106**Dotyczy SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 107**Zadanie 2 pozycja**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108**Zadanie 2 pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na worku?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109**Zadanie 2 pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,33x12mm?

Zamawiający dopuszcza.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 110

Zadanie 2 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z nakładaną igłą 29G 0,33x13mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 111

Zadanie 2 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną w opakowania po 100 szt., oraz podanie ceny za opakowanie tj. 1 opakowanie.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

Zadanie 2 pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy 6/800mm, 8/800 mm zamiast 6/40mm i 8/800 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 113

Zadanie 2 pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 42x56 mm bardzo mocny łagodny dla skóry klej, prostokątny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe oraz elektrodę EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe w kształcie koła o średnicy 30 mm bardzo mocny łagodny dla skóry klej, ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

Zadanie 2 pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści elektrodę pakowaną w opakowaniu po 50 szt. z przeliczeniem ilości tj. 1 600 opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Zadanie 2 pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi wykonane z ABS?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116

Zadanie 2 pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi wykonane z polietylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Zadanie 2 pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi pakowane w opakowania po 100 szt. oraz podanie ceny za opakowanie tj. 1 opakowanie?

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSRM w Łodzi
mgr Dawid Kowalewski

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP