

Numer sprawy: ZP 16/23

Grajewo, dnia 25.10.2023 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych oraz wyposażenia”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pytanie 1 do pakietu 3 poz.8 – Prosimy o podanie jaki system operacyjny jest używany obecnie w szpitalu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada obecnie Windows 10Pro.

Pytanie 2

Pytanie 2 do pakietu 4 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści szafkę personelu nitowaną, a nie zgrzewaną?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Pytanie 3 do pakietu 4 poz.11 – Czy Zamawiający dopuści szafki dla personelu o 4 kolorach korpusu (do wyboru) i 10 kolorach drzwiczek (do wyboru)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pytanie 4 do postępowania – Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 "stacja przeglądowa" w punkcie 1 dopuści procesor o częstotliwości rdzenia 3.0GHz?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 "stacja przeglądowa" wymaga dedykowanej karty graficznej medycznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023r. ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 - "Zestawy komputerowe z oprogramowaniem" w punkcie 8 dopuszcza brak złącza audio: line-in z tyłu obudowy zastąpione uniwersalnym złączem audio line-out z możliwością przełączenia na wejście liniowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 - "Zestawy komputerowe z oprogramowaniem" w punkcie 8 dopuszcza zastąpienie złącz audio: mikrofon z przodu obudowy oraz audio: słuchawki z przodu obudowy na złącze typu audio słuchawkowe (COMBO)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet nr 3 – Stacje przeglądowe

Pytanie 3. Pkt. 10

Zamawiający wymaga by Wykonawca w ramach postępowania dostarczył oprogramowanie kliniczno-diagnostyczne wraz z obsługą DICOM oraz importem badań dla oferowanych stacji przeglądowych. Tym samym czy Zamawiający oczekuje pełnej integracji oferowanego oprogramowania z systemem min. PACS w zakresie udostępniania wykonanych badań obrazowych z sieci szpitalnej?. Prosimy o informację czy koszty licencji i usług serwisowych po stronie dostawcy systemu PACS/RIS/HIS ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający (prosimy o podanie producenta w/w oprogramowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga integracji oferowanego oprogramowania z systemami PACS/HIS/RIS.

Koszt licencji i usług serwisowych ponosi Wykonawca.

PACS - Synektik

RIS/HIS – Comarch.

Dyrektor
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Marta Romanowska