



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 10.10.2023 r.

DZP – 36/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Zakup sprzętu i aparatury" w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r. - uzupełnienie

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – Dotyczy rozdziału IV, punkt 11 oraz rozdział X, punkt 1, podpunkt a) i b) SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drobnego wyposażenia (np. akcesoria do wózka), które nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SWZ w rozdziale IV, punkt 11 oraz rozdziale X, punkt 1, podpunkt a) i b)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ

Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ – punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach, pkt. 4: „Wzmocnienie obrazu w min. 24 stopniach”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ – punkt 36

Dotyczy punktu 36: Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia (Wózek endoskopowy) bez półki na butlę CO₂ (pkt. 36)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ – punkt 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 52, do następującej treści: „Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ – punkt 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 53, do następującej treści: „Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 7 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ – punkt 54

Dotyczy punktu 54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 54, do następującej treści: „Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 – Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ – punkt 58

Dotyczy punktu 58: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 58, do następującej treści: „Wszelkie akcesoria będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 – Dotyczy Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 15: „Wymiana wadliwego elementu powinna nastąpić w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w terminie wskazanym w zd. 1 traktowany będzie jako uznanie reklamacji za uzasadnioną.”

Na zapis następującej treści:

„Wymiana wadliwego elementu powinna nastąpić w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w terminie wskazanym w zd. 1 traktowany będzie jako uznanie reklamacji za uzasadnioną. Na czas wymiany powyżej 5 dni roboczych Wykonawca na własny koszt dostarczy urządzenie zastępcze o tych samych lub wyższych parametrach.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 – Dotyczy Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 16: „Strony ustalają, że usługa naprawy zostanie przez Wykonawcę zrealizowana nie później niż w czasie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od upływu terminu przystąpienia do naprawy.”

Na zapis następującej treści:

„Strony ustalają, że usługa naprawy zostanie przez Wykonawcę zrealizowana nie później niż w czasie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od upływu terminu przystąpienia do naprawy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 – Dotyczy Projektowanych postanowień umowy - § 9 ust. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie innego dokumentu ubezpieczenia – tj. świadectwa ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom **do dnia 12.10.2023 r. do godziny 12:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.10.2023 r. o godzinie 12:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia do dnia 10.11.2023 r.**

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie