

Warszawa, dnia 11 października 2022 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania” – sprawa nr 43/PN/2022/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie oryginalnej linii próbkującej dedykowanej do pułapki WaterLock 2 o długości 2,5 m co zapewni prawidłowy pomiar stężenia gazów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:
- pkt. 1 do 0,2%?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Uzasadnienie: Ustalone kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 4 poz. 2,

Czy Zamawiający dopuści gąbki w rozmiarze 70mm x 50mm x10mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §4 ust.1 i §11 ust.2 pkt 1)

Prosimy o dopisanie”...o okres 3 miesięcy”.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §7 ust.1

Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa

powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §8 ust.1 pkt 2) i 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §8 ust.1 pkt 2) i 3) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §8 ust. 8

Prosimy o zmianę treści §8 ust. 8 wzoru umowy w taki sposób, aby kary z tyt. opóźnienia naliczane były do momentu skorzystania z prawa do dokonania zamówienia zastępczego, zamiast do momentu poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §11 ust. 2 pkt 6) i 7)

Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 3 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający w poz. 13, poz. 14 dopuści opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy, zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, ze względu na zakończenie produkcji i wycofanie opatrunków opisanych przez Zamawiającego? Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 3 poz. 15, 17 i 18

Czy Zamawiający w poz. 15, poz. 17, poz. 18 dopuści opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy, zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, ze względu na zakończenie produkcji i wycofanie od 2023r. opatrunków opisanych przez Zamawiającego? Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści opatrunek o lepszych właściwościach niż opisany przez Zamawiającego: przeciwbakteryjny, wykonany w technologii Hydrofiber®, ze srebrem jonowym (1,2%), wzbogacony o dwie dodatkowe substancje zwalczające biofilm i wspomagające działanie srebra – EDTA – kwas etylodiaminotetraoctowy i chlorek benzetonowy BEC, wzmocniony przeszyciami, ze względu na zakończenie produkcji i wycofanie od 2023r. opatrunków opisanych przez Zamawiającego? ? Rozmiar zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców

działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający oczekuje, żeby gąbka kolagenowa miała możliwość przechowywania w temperaturze występującej na bloku operacyjnym, poza lodówką w okresie jej przydatności do użycia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający oczekuje, żeby gąbka kolagenowa była zarejestrowana jako produkt leczniczy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 3 poz. 13 do 19

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 3 pozycje od 13 do 19 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 18 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §2 ust. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w projekcie umowy §2 ust. 4, gdyż taki wymóg znacznie podraża koszty oferty?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §8 ust. 1

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w §8 ust. 1 na:
„opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 5 ust. 7 i 8 oraz 9 ust. 2 w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 3, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pasków pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 3, poz. 6-7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku bez możliwości dzieleni bez użycia nożyczek.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 3, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 3, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 150szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 3, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 3, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego wymiarach 7,5x10cm po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 3, poz. 15-18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %
- gramatura podstawowa: 150 g/m² (+/- 10%),
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm \pm 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m².
Chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści korek wykonany z polietylenu sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści korek do bezpiecznego uszczelnienia końcówek luer-lock?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 9, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a'1szt w białą torebkę foliową z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 13, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 13, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu „krzyżak”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład pod opaski gipsowe pakowany a'6sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 13, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład pod opaski gipsowe pakowany a'12sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 10, poz. 3-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek elastycznych nadających się do sterylizacji, co powinno zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta opasek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 13, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającym 8% stawkę podatku VAT oraz Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyrób medyczny opisany w deklaracji opatrzony jest oznakowaniem CE, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 13, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 13, poz. 3, 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 41 dotyczy załącznika nr 3 do SWZ §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w treści projektu umowy na:

„§8.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, w zakresie zadania, w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz zwłoki w stosunku do terminów o których mowa w § 5 ust. 7 i 8 oraz 9 ust. 2) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% całkowitej kwoty wynagrodzenia.

2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy.”?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządził: Bogumiła Kalinowska