



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 15.11.2023 roku

FZP.II – 241/68/23

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI**

Szpital Specjalistyczny w Piłe informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźnika z możliwością odczytu testu przy wykorzystaniu inkubatora będącego na wyposażeniu centralnej sterylizatorni z czasem odczytu 24 min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zadanie 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 121 stopni ponieważ żadne dostępne na rynku wskaźniki z super szybkim odczytem 20-30 min. nie posiadają takiego parametru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr II, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie 20min. kompatybilne z innym autoczytnikiem niż biovelox w przypadku bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy - 12-pozycyjnego autoczytnika z drukarką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w zał. nr 2 do SWZ oraz aby dostarczony na czas trwania umowy posiadał parametry nie gorsze od obecne posiadanego inkubatora tj. Wbudowana drukarka, skaner kodów QR, podświetlana podstawa sygnalizująca poprawność inkubacji, czytelny kolorowy wyświetlacz o przekątnej 6 cali.