

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.101...<sup>491</sup>...../2024

Tarnów, dnia 06.02.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest --„dostawa stołu operacyjnego, fotela operatora, myjnio – dezynfektora dla oddziału okulistyki sprawa nr 101/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ, zgodnie z poniższym:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało komorę o pojemności min. 145 l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość mycia co najmniej 8 tac narzędziowych DIN?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję termicznej dezynfekcji z temperaturą do 95°C?

Odpowiedź: Tak dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało przeszklone drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało co najmniej 20 fabrycznych programów mycia oraz co najmniej 20 programów z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało co najmniej 2 pompy dozujące detergenty?

Odpowiedź: Tak dopuszcza

7. Prosimy o wyjaśnienie punktu nr 19 – „Zasobnik na środki do mycia, neutralizacji i płukania”. Czy Zamawiający ma na myśli zasobnik w postaci zintegrowanej z urządzeniem bocznej szafki na wymienione środki?

Odpowiedź: Tak dopuszcza

8. Prosimy o wyjaśnienie punktu nr 21 (Akcesoria do myjni):

- kosz wsadowy – prosimy o określenie wielkości oraz pojemności
- stojak na tace – prosimy o określenie zastosowania, wielkości oraz pojemności
- stojak na narzędzia – prosimy o określenie zastosowania, wielkości oraz pojemności
- tace narzędziowe – prosimy o określenie ilości i wymiarów tac – czy Zamawiający ma na myśli standardowe tace narzędziowe 1/1 DIN o wymiarach (D x S x W) 480 x 250 x 50 mm?

Odpowiedź: Modyfikacja w załączniku ZAKRES NR 3 poz. 21

Otrzymują: Adresat + załącznik  
a/a

Z-CA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

SPECJALISTA  
DZIAŁU OKULISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie  
mgr Karolina Strzałba

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie  
mgr Anna Hajnysz