



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor Szpitala: dr hab. med. Szczepan Cofta

Nasz znak EZP/61/20

Poznań, dnia 08 czerwca 2020 roku

Szanowni Wykonawcy.

Dotyczy postępowania przetargowego na zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej

I. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 10 poz. 2

Jest

Pakiet nr 10 poz. 2

„Szkiełka nakrywkowe 15x15 mm, 1 op.= 200 szt.”

Zmieniono na /zmiany zaznaczone czcionką pogrubioną/

Pakiet nr 10 poz. 2

Szkiełka nakrywkowe 15x15 mm **+ 3 mm**, 1 op.= 200 szt.

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 10 poz. 5

Jest

Pakiet nr 10 poz. 5

„Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie cięte 76x26x1 mm, jednostronnie zmatowione, czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki):

Charakterystyka szkiełek podstawowych:

- wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przezroczystości, - wymiary: 76x26x1,0mm

- opakowania 1 op. = 50 szkiełek, w tekturowych kartonikach łatwe do otwierania (kartonik nieopakowany dodatkowo w folię) UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką.”

Zmieniono na / zmiana zaznaczona czcionką pogrubioną/

Pakiet nr 10 poz. 5

Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie cięte 76x26x1 mm, **lakierowane jednostronnie**, w **kolorze różowym** czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki):

Charakterystyka szkiełek podstawowych:

- wysoka jakość, mocne, **cięte**, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przezroczystości,

- wymiary: 76x26x1,0mm

- opakowania 1 op. = 50 szkiełek, w tekturowych kartonikach łatwe do otwierania (kartonik nieopakowany dodatkowo w folię)

UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką.

3. Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 10 poz. 6

Jest

Pakiet nr 10 poz. 6

„Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie cięte 76x26x1 mm, jednostronnie zmatowione, czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki):

Charakterystyka szkiełek podstawowych:

- wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przezroczystości,
- **adhezyjne**; o zwiększonej przyczepności dla fragmentów tkanek i preparatów cytologicznych
- opakowania 1 op. = 72 szkiełka, w tekturowych kartonikach łatwe do otwierania (kartonik nieopakowany dodatkowo w folię)

UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką.”

Zmieniono na / zmiana zaznaczona czcionką pogrubioną/

Pakiet nr 10 poz. 6

Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie **szlifowane** 76x26x1 mm, jednostronnie **lakierowane**, czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki):

Charakterystyka szkiełek podstawowych:

- wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przezroczystości,
- **adhezyjne**; o zwiększonej przyczepności dla fragmentów tkanek i preparatów cytologicznych
- opakowania 1 op. = 72 szkiełka, **w plastikowym opakowaniu, łatwe do otwierania.**

UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką.

Pozostałe zapisy bez zmian.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 10 poz. 8

Jest

Pakiet nr 10 poz. 8

„Parafilm folia w rolkach o wymiarach 10 cm x 37,5 m”

Zmieniono na /zmiany zaznaczone czcionką pogrubioną/

Pakiet nr 10 poz. 8

Parafilm folia w rolkach o wymiarach 10cm x 37,5 m (+/- 1 m)

Pozostałe zapisy pakietu bez zmian.

5. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy § 7 ust. 2

Jest

„2.Termin ważności sprzedawanego towaru nie może upłynąć wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu.”

Zmieniono na /zmiany zaznaczone czcionką pogrubioną/

2. Termin ważności sprzedawanego towaru nie może upłynąć wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu.

Dla Pakietu nr 28

-pozycja 3 minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu

-pozycja 4 minimum 3 miesiące od dnia dostarczenia do magazynu

- pozostałe pozycje 12 miesięcy

II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 25 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie z pakietu Nr 25 pozycji nr 6 tj. Dostawa Zestawu do oznaczeń wirusa CMV.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający wymaga szkiełek nakrywkowych 24x24 mm, 15x15 mm, 22x22 mm i 24x60 mm produkowanych **ze szkła D 263 M – białego (borokrzemowego)?**

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować przedmiot, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 10 poz.4

Czy Zamawiający wymaga szkiełek nakrywkowych 24x60 mm **do nakładania ręcznego** czy szkiełek wykonanych przez producentów i dedykowanych do **nakrywarek jako szkiełka do nakładania automatycznego typu Automat?**

Odpowiedź

Nakładanie ręczne, praca manualna.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 10 poz. 5,6

Czy Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych 76x26 mm typu SuperFrost lub równoważnych o **podwyższonej przezierności o zawartości Fe₂O₃ mniejszej lub równej 0,02 %?**

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować przedmiot, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 10 poz.6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szkiełka podstawowe SuperFrost lub równoważne, **adhezyjne z innym kolorem pola do opisu niż różowe (np. białe, zielone, żółte), z zachowaniem pozostałych zapisów w przedmiocie zamówienia?**

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szkiełka podstawowe SuperFrost lub równoważne w opakowaniu = 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szkiełek zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zachowaniem pozostałych zapisów w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Zaproponowana w zapytaniu wielkość opakowań nie spełnia wyżej wymienionego warunku.

Pytanie 7

dot. SIWZ część II 1.3., załącznik nr 10 do SIWZ, Umowa § 8 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby przedmiot zamówienia musiał posiadać znak CE, tym bardziej że Zamawiający w dalszej treści, dopuszcza produkty, wobec których dokument CE nie jest wymagany. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 1 i 2 w Pakiecie nr 23 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyroby medyczne i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów (nie posiadają oznakowania CE) ani żaden, inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o dopisanie w w/w punktach SIWZ i Umowy słów; „jeśli dotyczy”, a w załączniku: „dotyczy zaoferowanych wyrobów medycznych”. A także o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenia dot. pozycji 1, 2 w Pakiecie nr 23, iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

dot. SIWZ część VIII pkt 2

Zamawiający zapisał w pkt 2, że wartość pozycji brutto ma być obliczona w sposób: cena jednostkowa brutto x ilość przedmiotu (jedn. miary). Tak podany sposób obliczenia wartości oferty jest niezgodny z zasadami księgowości. Dodatkowo, taki zapis prowadzi do błędnych wyliczeń i niezgodności przy wystawianiu faktur, gdyż wszystkie systemy (programy) wystawiające faktury obliczają wartość wychodząc z ceny jednostkowej netto. Przy próbie obliczenia ceny netto z ceny brutto, zawsze dochodzi do wielu cyfr po przecinku i niedokładnych zaokrągleń, które nie są zgodne z pierwotną ceną jednostkową netto.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wyliczenia wartości brutto do zasady obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.), tj. zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto.

W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o umożliwienie dołączenia do oferty szczegółowego wyliczenia cen oferowanych produktów z wykazaniem cen jednostkowych netto, które będą podstawą do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą i będą zgodne z wystawianymi na fakturach lub prezentację ceny jednostkowej brutto do 4 miejsc po przecinku (wartość brutto zgodnie z ustawą zaokrąglona do dwóch miejsc).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, ale wartość pozycji musi być podana do miejsc po przecinku.

Pytanie 9 dotyczy wzoru umowy

dot. Umowa § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „koszt transportu zawarty w cenie” na zapis: „koszt transportu zawarty w cenie przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy wzoru umowy

dot. Umowa § 13 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 13 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 30 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sondę o poniższej specyfikacji?

Sonda PML/RAR α (RARA) Translocation, Dual Fusion z szybkim, jednogodzinnym protokołem hybrydyzacji:

15q24.1, Red (151, 174 kb)

17q21.1-q21.2, Green (167, 164 kb)

1 op. 10 testów

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować przedmiot, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie 12

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 – wzór umowy, pakiet nr 30:

§6 ust. 1 pkt a):

Upzejmie prosimy o dodanie do zapisu („w tym”): „*stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemii lub stanu nadzwyczajnego*”.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

§6 ust. 3 pkt b):

Prosimy o modyfikację ww. zapisu na:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

§8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „*do faktury VAT z dostarczonym towarem*”.

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

Odpowiedź

Wykonawca może przesłać wraz z towarem fakturę elektroniczną na adres poczty elektronicznej: szpital@skpp.edu.pl

Pytanie 15

§11 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności był liczony od *daty wystawienia* faktury VAT przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 dotyczy wzoru umowy

§11 ust. 2:

Prosimy o potwierdzenie czy dla pakietu nr 30 Zamawiający dopuści fakturę, która zawierać będzie poniższe informacje:

- numer umowy;
- numer zamówienia (jeśli zostanie wskazany na zamówieniu);
- nazwę produktów;
- numer serii produktów;
- termin ważności produktów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dotyczy wzoru umowy

§13 ust. 1 pkt b):

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie:

„*za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12** dopuści standardy do ilościowej reakcji RQ-PCR dla wymienionych transkryptów zawierające 5 dziesiętnych rozcieńczeń w zakresie 10-10⁶ kopii tj. 101, 102, 103, 105, 106

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować przedmiot, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie 19

W SIWZ nie zostały określone żadne czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, które Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy do wykonania

w swoim imieniu. W umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych nie został określony cel przetwarzania. Jakie zastosowanie w niniejszym postępowaniu przetargowym ma zatem załącznik nr 2?

Czy Zamawiający odstąpi od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą do SIWZ w dniu 26.05.2020 roku.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 15

Dotyczy pakietu nr Pakiet nr 15 Pracownia Hemostazy, poz. 39. Zestaw materiałów kontrolnych do oznaczeń czasu reptylazowego

Prosimy o wykreślenie/wyłączenie z pakietu nr 15 pozycji nr poz. 39. (Zestaw materiałów kontrolnych do oznaczeń czasu reptylazowego) z uwagi na brak dostępności na rynku takiej kontroli.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści wortex o zakresie ruchu 0-3400 rpm, wymiarach 14 x 16 x 13 cm, wadze 2,5 kg?

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować przedmiot, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 15, 18, 19, 20 z pakietu 13? Pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, oraz wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 6 dopuści przeciwciało w opakowaniu 2ml, pozwalające na wykonanie 100 testów, z uwagi na zamianę sposobu pakowania przeciwciał przez producenta?

Opakowanie o pojemności 100 testów, zostało wycofane ze sprzedaży.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 15 dopuści płyn lizujący 10x stężony, pozwalający na wykonanie minimum 1000 testów, i dopuści 17 opakowań, co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 18 dopuści przeciwciało o klonie 8H8.1, mysim izotypie IgG2a, o stężeniu 25µg/ml i opakowaniu, pozwalającym na wykonanie 100 testów?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 19 dopuści przeciwciało o klonie 80H5, mysim izotypie IgM, o stężeniu 50µg/ml i opakowaniu, pozwalającym na wykonanie 100 testów?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 20 dopuści zestaw przeciwciał: poliklonalna Lambda znakowana FITC o króliczym izotypie F(ab')₂, poliklonalna Kappa znakowana PE o króliczym izotypie F(ab')₂, oraz przeciwciało CD19 znakowane ECD o klonie J3-119, mysim izotypie IgG1, w stężeniu i opakowaniu, pozwalającym na wykonanie 25 testów

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 33 dopuści przeciwciało w opakowaniu 1ml o stężeniu 12,5 µg/ml, z uwagi na zmianę sposobu pakowania przeciwciał przez producenta? Opakowanie o pojemności 100 testów, zostało wycofane ze sprzedaży.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13, pozycji 34 dopuści przeciwciało w opakowaniu 1ml o stężeniu 25µg/ml, z uwagi na zmianę sposobu pakowania przeciwciał przez producenta? Opakowanie o pojemności 100 testów, zostało wycofane ze sprzedaży.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 14, dopuści produkt o średnicy 11-12mm, pakowany po 1000 sztuk, przy zaoferowaniu 5 opakowań produktu, aby zapewnić zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Zaproponowana w zapytaniu wielkość opakowania jest zbyt duża

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 14, dopuści produkt pakowany po 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Zaproponowana w zapytaniu wielkość opakowania jest zbyt duża.

Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 28

Dotyczy rozdziału 1.3 „Wymagania dotyczące oferowanych dostaw”, podpunkt 1) – pakiet 28

Zamawiający zapisał:

„Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny)

Na potwierdzenie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem /stosownie do pakietu i pozycji w pakiecie/ np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności, o ile taki dokument jest wymagany. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski. W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.”

Wnosimy o usunięcie w/w wymogu w odniesieniu do pakietu 28. Odczynniki wymienione w pakiecie 28 służą tylko i wyłącznie do badań naukowych. Nie są produktami medycznymi gdyż nie spełniają definicji produktu medycznego. Znak CE nie jest wymagany w przypadku odczynników laboratoryjnych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 2 – pakiet 28

Zamawiający zapisał:

„Termin ważności sprzedawanego towaru **nie może upłynąć wcześniej niż 12 miesięcy** od dnia dostarczenia do magazynu.”

Prosimy o korektę w/w ustępie tak by brzmiał w odniesieniu do pakietu 28:

„Termin ważności sprzedawanego towaru **nie może upłynąć wcześniej niż:**

- **pozycja 3 – minimum 6 miesięcy** od dnia dostarczenia do magazynu

- **pozycja 4 – minimum 3 miesiące** od dnia dostarczenia do magazynu

- **produkty z pozostałych pozycji – minimum 12 miesięcy** od dnia dostarczenia do magazynu.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż odczynniki laboratoryjne wymienione w pakiecie 28 charakteryzuje krótszy niż zakłada Zamawiający termin ważności. Nie jesteśmy w stanie spełnić obecnego warunku Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 34 dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy, § 11, ustęp 1 – pakiet 28

Zamawiający zapisał :

„Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wystawcy faktury VAT, w terminie **60 dni** od daty dostarczenia jej Zamawiającemu”.

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia powyższego zapisu na:

Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wystawcy faktury VAT, w terminie **30 dni** od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

Prośbę swą motywujemy tym, iż Wykonawca nie może sobie pozwolić na 60 dniowe kredytowanie zakupu Zamawiającego. Standardowy termin płatności faktury wynosi 30 dni.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 10

Poz 1. Czy Zamawiający dopuści szkiełka zgodne z opisem siwz lecz pakowne po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 10

poz.2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie z pakietu szkiełek nakrywkowych 15x15mm. Rozmiar 15x15mm nie jest produktem dostępnym na rynku polskim. Prosimy ewentualnie o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek 18x18mm pakowanych po 200 szt, ponieważ szkiełka 15x15mm nie są już dostępne na rynku polskim.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający nie popełnił omyki pisarskiej w podaniu długości rolki? Wnosimy modyfikację lub/i dopuszczenie parafilm, rolki 10cmx38m. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o wskazanie producenta, dystrybutora rolki parafilm o wskazanej w siwz długości 37,5 m.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Czy zamawiający dopuści opakowanie 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Poz 2 Czy zamawiający dopuści opakowanie 125 szt. z przeliczeniem opakowań zaokrąglając do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Zaproponowana w zapytaniu wielkość opakowania nie spełnia powyższego wymogu.

Pytanie 42 dotyczy wzoru umowy

W nawiązaniu do treści zapisu §2 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie przez Zamawiającego gwarantowanego minimalnego poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 80% wartości umowy.

Wykonawca wskazuje, iż określenie przez Zamawiającego minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43 dotyczy wzoru umowy

Z uwagi na doniosłość decyzji o rozwiązaniu umowy w trybie odstąpienia, czy Zamawiający może wskazać minimalny zakres dodatkowego terminu, o którym mowa w zapisie §2 ust. 4 wzoru umowy jako co najmniej 7 dni roboczych, w rozumieniu zapisu §3 ust. 3 wzoru umowy? Jest to termin realnie umożliwiający Wykonawcy wywiązanie się z nałożonego nań obowiązku, uwzględniający w szczególności organizację pracy zakładu Zamawiającego, z którego strony niezbędna jest współpraca przy realizacji niektórych zobowiązań Wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający może w następujący sposób doprecyzować definicję dni roboczych, wprowadzoną w zapisie §3 ust. 3 wzoru umowy? Proponowane brzmienie zapisu:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Zamawiającego w terminie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający, uwzględniając organizację pracy zakładu Zamawiającego i Wykonawcy, wyrazi zgodę na modyfikację terminów wskazanych w zapisach §5 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy i określenie ich w dniach roboczych?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46 dotyczy pakietu wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przez Zamawiającego zapisu §6 ust. 3 lit. b wzoru umowy bowiem zastosowanie wskazanego w nim pierwotnie mechanizmu – tj. utrzymanie ceny jednostkowej brutto usługi przy jakimkolwiek wzroście stawki podatku VAT jest równoznaczne z koniecznością obniżenia ceny netto tej usługi, co de facto prowadzi do wymuszenia na Wykonawcy udzielenia Zamawiającemu rabatu cenowego. Automatyczne obniżanie ceny netto niezależnie od rzeczywistego kosztu usługi może prowadzić do powstania po stronie Wykonawcy szkody m. in. w postaci konieczności poniesienia części kosztów związanych ze świadczeniem, co nie było uwzględniane ani w SIWZ ani przy składaniu oferty. Nadto Wykonawca wskazuje, iż podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy, w konsekwencji brak jest podstaw do kompensowania jego zmian poprzez obniżanie wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego zmianie winna ulegać cena brutto i zawarta w niej stawka podatku, przy jednoczesnym pozostaniu ceny netto na tym samym poziomie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający może wskazać co rozumie przez „niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy”, o których mowa w §6 ust. 5 wzoru umowy? Wykonawca wskazuje, iż użyte określenie jest nieostre i może prowadzić do rozbieżnych interpretacji na tle tego samego stanu faktycznego.

Odpowiedź

Niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy są dopuszczalne tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażąca strata, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy.

Pytanie 48 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający, uwzględniając zasadę równości stron umowy, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §6 ust. 6 wzoru umowy poprzez wskazanie, iż zmiana umowy wymaga zgody obu jej Stron, a nie tylko Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy, w ramach zapisu §6 ust. 7 pkt. 5, klauzuli waloryzacyjnej w odniesieniu do tzw. wskaźnika inflacji?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o wartość wskaźnika inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku).”

Niewątpliwym jest, iż w okresie obowiązywania umowy długoterminowej może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza, w szczególności jako efekt społeczno-gospodarczy epidemii COVID-19. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający, z uwagi na obecną sytuację pandemii, w której trudno przewidzieć w jakim zakresie i w którym momencie łańcuchy dostaw zostaną zakłócone, co może wpłynąć w sposób znaczący na realizację Umowy, wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu §6 ust. 1 lit. a wzoru umowy poprzez wprowadzenie następującej definicji siły wyższej: „zmiany spowodowane siłą wyższą, uniemożliwiającą zrealizowanie dostawy w terminie, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, wojnami, strajkami, atakami terrorystycznymi, zdarzeniami medycznymi i epidemiologicznymi, innymi zdarzeniami losowymi, aktami władzy państwowej oraz aktami organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Umowy, działaniami producentów, a także innymi okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie Umowy.”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51 dotyczy wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §13 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającą na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą w sposób nadmierny równowagę stron (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf).

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52 dotyczy wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §13 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że kary umowne będą naliczane od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu §13 ust. 4 wzoru umowy następującej treści:

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 16x16mm lub 18x18mm, w opakowaniu po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 15x15 mm, w opakowaniu po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie, pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 10 poz. 5


Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający ma na myśli pole lakierowane w kolorze różowym, na co wskazuje użyta przez Zamawiającego nazwa typu Super Frost a nie pole matowe jak zostało to przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Pole matowe nie jest polem lakierowanym, zatem nie może mieć ono koloru różowego.

Dla zobrazowania sytuacji przedstawiamy przekładowe zdjęcia wykończenia szkiełka

Zdjęcie A – przykład szkiełka z polem matowym

Zdjęcie B – przykład szkiełka z polem lakierowanym w kolorze różowym, zielonym i pomarańczowym

Zdjęcie A



Zdjęcie B



Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 10 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż oczekuje szkiełek których krawędzie są cięte, a nie szlifowane, zwracamy Zamawiającemu uwagę iż w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się zarówno terminem krawędzie cięte jak i dokładnie szlifowane, w związku z czym prosimy o doprecyzowanie jakich krawędzi szkiełek oczekuje.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 10 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Zamawiający w pozycji 6 wymaga szkiełek typu Super Frost Plus jednocześnie podając błędny opis przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym prosimy o korektę zapisu na zgodny z parametrami szkiełek Super Frost Plus to jest: Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie szlifowane 75x25x1 mm, jednostronnie lakierowane czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki):

Charakterystyka szkiełek podstawowych:

- wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwale, o wysokim stopniu przezroczystości,
- adhezyjne; o zwiększonej przyczepności dla fragmentów tkanek i preparatów cytologicznych
- opakowania 1 op. = 72 szkiełka, w plastikowym opakowaniu, łatwe do otwierania

UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką.

Poniżej przedstawiamy zdjęcie szkiełek jakie zgodnie z nazwą wymaga Zamawiający w celu zobrazowania typu szkiełek, jego opakowania, wymiarów i innych parametrów



Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 10 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie szkiełek o następujących parametrach:

Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie szlifowane 75x25x1 mm, jednostronnie lakierowane czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki):

Charakterystyka szkiełek podstawowych:

- wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwale, o wysokim stopniu przezroczystości,
- adhezyjne; o zwiększonej przyczepności dla fragmentów tkanek i preparatów cytologicznych
- opakowania 1 op. = 72 szkiełka, w plastikowym opakowaniu, łatwe do otwierania

UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką.

Odpowiedź

Wykonawca może zaproponować przedmiot, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 10 poz. 5 i 6

Prosimy o dopuszczenie szkielek z lakierowanym polem w kolorze białym zamiast różowego, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 10 poz. 8

Prosimy o zgodę na zaoferowanie parafilmu o wymiarach 10cmx38 m. jest to parametr równoważny do opisanego w SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą część I pisma.

Pytanie 62

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dwóch dostaw w przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji dotyczącej probówek cytometrycznych?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast Anti-KappaFITC/Lambda-PE można było zaoferować dwa oddzielne p-ciwciala tj. Anti-KappaFITC i Anti-Lambda-PE?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Bożena Stasik

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Mgr Krzysztof Dambek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Opracował: Jolanta Stachowiak



salus aegroti, educatio, scientio
SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



