



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 3766/2021/W

Wrocław dn. 10.11.2021 r.

Uczestnicy postępowania



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników chemicznych z podziałem na 45 części – na podstawie umowy ramowej, nr sprawy PO.271.45.2021.**



I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.



Pytanie 63:

Bardzo proszę o wskazanie produktów referencyjnych spełniających Państwa oczekiwania, niestety na podstawie opisu nie jesteśmy w stanie dobrać właściwych produktów:

część 7, poz. 18

część 20 poz. 11

Odpowiedź 63:

część 20 poz. 11 Arbor Assays K014-H1 lub równoważny.

Opis kryteriów równoważności:

Zestaw kortykosteronu ELISA, 1 płytką stałą

WielofORMATOWY - Standardowy zakres 10 000 - 39,06 pg/mL lub 5000 - 19,53 pg/mL

Stosowanie – Odmierz kortykosteron w zaledwie 2 µl próbce

Próbka – surowica, osocze, ślina, mocz, ekstrakty kałowe i podłoża do hodowli tkankowych

Próbki/zestaw – 37 lub 229 w Duplicate

Czułość – 20,9 pg/mL w formie 50 µL, 17,5 pg/mL w formie 100 µL



część 7, poz. 18 invivogen REP-qb1 lub równoważny.

Opis kryteriów równoważności dla invivogen REP-qb1:

Test enzymatyczny do określania fosfatazy alkalicznej AP - do hodowli komórkowych, odpowiedni do płytek 96 dołkowych i 1536 dołkowych, czas trwania testu mniej niż 10 min, łatwy w przygotowaniu, mocno wrażliwy, wysoki próg nasycenia, wynik testu można określić gołym okiem lub przy użyciu spektrofotometru (620-655nm).



Pytanie 67:

Dotyczy formularza wyceny, część 7, poz. 18

Prosimy o przeniesienie produktu do odrębnego pakietu.

Strona 1 z 4





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Odpowiedź 67:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

Dotyczy formularza wyceny, część 7, poz. 23

Czy Zamawiający zaakceptuje jedno opakowanie zbiorcze 10 x 1 l (zamiast 5 op. x 1 l).

Odpowiedź 68:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Dotyczy formularza wyceny, część 7, poz. 44

Czy zamawiający zaakceptuje 4 opakowania po 200 sztuk.

Odpowiedź 69:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70:

Dotyczy formularza wyceny, część 7, poz. 45

Czy zamawiający zaakceptuje 34 opakowania po 100 sztuk.

Odpowiedź 70:

Tak.

Pytanie 71:

Dotyczy formularza wyceny, część 7, poz. 70

Czy Zamawiający zaakceptuje jedno opakowanie zbiorcze 5x10 ml?

Odpowiedź 71:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Dotyczy formularza wyceny, część 7, poz. 82

Czy Zamawiający zaakceptuje jedno opakowanie zbiorcze 5x10 ml?

Odpowiedź 72:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1000146010 w beczce ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 73:

Nie, Zamawiający nie zaakceptuje zaproponowanego produktu.

Pytanie 74:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 271004-1L Acetonitrile anhydrous, 99.8%?

Odpowiedź 74:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



NARODOWE CENTRUM NAUKI



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wzwyższego



BBMRI.pl
Biobanking and
BioMolecular resources
Research Infrastructure
Poland



Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej



esa



Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Strona 2 z 4





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Pytanie 75:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 5
Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1000032500 Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur $\geq 99.5\%$ (GC)?

Odpowiedź 75:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



Pytanie 76:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 6
Prosimy o przeniesienie produktu do odrębnego pakietu.

Odpowiedź 76:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 77:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 9
Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1024472500 Chloroform for spectroscopy Uvasol®, stabilized with about 1% ethanol, $\geq 99.0\%$

Odpowiedź 77:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



Pytanie 78:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 11
Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1096662511 Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur $\geq 99.5\%$?

Odpowiedź 78:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



Pytanie 79:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 15
Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1060502500 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur $\geq 99.8\%$, Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene?

Odpowiedź 79:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



Pytanie 80:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 21
Prosimy o przeniesienie produktu do odrębnego pakietu.

Odpowiedź 80:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 81:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 22
Prosimy o przeniesienie produktu do odrębnego pakietu.

Odpowiedź 81:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 82:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 31



Strona 3 z 4





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1096231000 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur $\geq 99.5\%$?"

Odpowiedź 82:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 83:

Dotyczy formularza wyceny, część 18, poz. 32

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1096232511 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur $\geq 99.5\%$?"

Odpowiedź 82:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.



Strona 4 z 4

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

