

Puck, dn. 26.10.2022 r.

dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych, znak ZP/12/2022

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	ZAKRES 1 Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści opakowanie a' 200 sztuk?	Tak, Zamawiający w pozycji 15 dopuści opakowanie a' 200 sztuk.
2.	ZAKRES 1 Czy Zamawiający wymaga w celu lepszej identyfikacji aby strzykawki w poz. 1-8 pochodziły od jednego producenta?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby strzykawki w poz. 1-8 pochodziły od jednego producenta.
3.	ZAKRES 1 Czy Zamawiający wymaga w celu lepszej identyfikacji aby igły w poz. 11-14 pochodziły od jednego producenta?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby strzykawki w poz. 1-8 pochodziły od jednego producenta.
4.	ZAKRES 3 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści osłony w rozmiarze 30 x 50cm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.
5.	ZAKRES 3 Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści osłony w rozmiarze 20 x 30cm?	Tak, Zamawiający w pozycji 10 dopuści osłony w rozmiarze 20 x 30cm
6.	ZAKRES 17 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi?	Tak, Zamawiający w pozycji 2 dopuści koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi
7.	ZAKRES 17 Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?	Tak, Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk
8.	ZAKRES 17 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści koreczek typu Combi do bezpiecznego zamykania zarówno łączników typu luer jak i luer lock?	Tak, Zamawiający w pozycji 3 dopuści koreczek typu Combi do bezpiecznego zamykania zarówno łączników typu luer jak i luer lock.
9.	ZAKRES 17 Czy Zamawiający wymaga w celu lepszej identyfikacji aby porty w poz. 1, 4, 5 i 6 pochodziły od jednego producenta?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby porty w poz. 1, 4, 5 i 6 pochodziły od jednego producenta

10.	ZAKRES 17 Czy Zamawiający wymaga aby kaniula i korki w poz. 2, 3 i 7 pochodziły od jednego producenta?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby kaniula i korki w poz. 2, 3 i 7 pochodziły od jednego producenta.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.

Data wyk.: 26.10.2022 r.