



ZPZ- 2375- 1602 /23

Olsztyn, dnia 29.03.2023 r.

**P.T.**  
**Wykonawcy**

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę specjalistycznych narzędzi chirurgicznych”. Sprawa nr ZPZ-16/03/23

Zgodnie z art. 284 ust.2 i art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz informuje o zmianie SWZ:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy część nr VII: Czy Zamawiający dopuści kontener o wymiarach 600 x 272 h:190 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** kontenera o wymiarach 600 x 272 h:190 mm.

#### **Pytanie 2**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

#### **Część II. Narzędzia chirurgiczne brzuszne, atraumatyczne**

Lp. 1 Hak o wymiarach 180x60 mm.

Lp. 2 Hak o wymiarach 45x75 i długości 255 mm.

Lp. 3 Hak o następujących parametrach – łyżka środkowa 10070 mm, maksymalne rozwarście 250 mm, łyżki boczne 100 mm, szerokość 250 mm.

Lp. 4 Rama o rozwarciu 165 mm.

Lp. 5 Łyżki o wymiarach 62x80 mm.

Lp. 6 Łyżki o wymiarach 72x85 mm.

Lp. 7 Rama o wymiarach 270x270 mm.

Lp. 8 Łyżka typu Kirschner o wymiarach 85x90 mm.

Lp. 11 Nożyczki, jedno ucho czarne, jedno złote.

Lp. 12 Nożyczki o długości 250 mm.

Pinceta o długości 300 mm.

Lp. 20 Kleszczyki Glover DeBakey o rozstawie 60 mm i długości 230 mm.

Lp. 22 Zacisk o długości szczęk 20 mm i długości całkowitej 85 mm.

Lp. 23 Zacisk o długości szczęk 20 mm i długości całkowitej 75 mm.

Lp. 24 Kleszcze o szerokości części roboczej 20 mm.

Lp. 25 Kleszczyki o długości 225 mm.

Lp. 26 Imadło o długości 240 mm.

Lp. 28,29 Imadło o długości 300 mm.

Lp. 30 Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu z powodu ograniczonej ilości wytwórców.

Lp. 31 Rozwieracz typu Alan – Parks.

Lp. 32 Łyżki o głębokości 95 mm.

Lp. 33 Łyżki o głębokości 75 mm.

Lp. 34 Łyżka o głębokości 95 mm.

Lp. 35,36 Łyżka o długości 170 mm.

Lp. 37,38 Dźwignia o szerokości 18 mm

Lp. 39 Kleszcze o długości 180 mm.

Lp. 40 Kleszcze o długości 240 mm.

Lp. 41 Kleszcze o długości 190 mm.

Lp. 43 Osteotom o szerokości 12 mm.

Lp. 45 Imadło o długości 200 mm.

Lp. 46 Nożyczki, jedno ucho czarne, jedno złote.

Lp. 47 Wymiary pokrywy z kontenerem 590x290x170 mm, kosz o wymiarach 510x255x100mm

### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie w/w narzędzi. Zamawiający nie wyłączy do osobnego pakietu narzędzi określonych w poz. 30 Części II Formularza cenowego.

### **Pytanie 3**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

**Odpowiedź:**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 4**

Pytanie 1 dotyczy: Formularz cenowy, Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych punkt 1:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 1 narzędzia artroskopowego do kolana typu odgryzacz prosty, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** w Części V, poz. 1 Formularza cenowego narzędzia artroskopowego opisanego w pytaniu.

**Pytanie 5**

Pytanie 2 dotyczy: Formularz cenowy, Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych punkt 2:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 2 narzędzia artroskopowego do kolana typu odgryzacz zagięty w lewo, wygięty w ostatnich 40mm pod kątem 30°, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** w Części V, poz. 2 Formularza cenowego narzędzia artroskopowego opisanego w pytaniu.

**Pytanie 6**

Pytanie 3 dotyczy: Formularz cenowy, Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych punkt 3:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 3 narzędzia artroskopowego do kolana typu odgryzacz zagięty w prawo, wygięty w ostatnich 40mm pod kątem 30°, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** w Części V, poz. 3 Formularza cenowego narzędzia artroskopowego opisanego w pytaniu.

**Pytanie 7**

Pytanie 4 dotyczy: Formularz cenowy, Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 4 narzędzia artroskopowego do kolana typu odgryzacz prosty, końcówka robocza wygięta do góry pod kątem 15°, wyposażony w 5 zębów, 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z ciągnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** w Części V, poz. 4 Formularza cenowego narzędzia artroskopowego opisanego w pytaniu.

**Pytanie 8**

Pytanie 5 dotyczy: Formularz cenowy, Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych punkt 5:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 5 narzędzia artroskopowego typu haczyk artroskopowy 5mm, długość narzędzia 235mm, wyposażony w chropowatą rączkę o długości 80mm, średnica końcówki roboczej 1mm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części V, poz. 5 Formularza cenowego narzędzia artroskopowego opisanego w pytaniu.

**Pytanie 9**

Pytanie 6 dotyczy: Formularz cenowy, Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych punkt 6:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 6 narzędzia artroskopowego typu nożyczki artroskopowe, haczykowate, proste, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z ciągnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, długość ruchomej górnej końcówki roboczej 10mm, wysokość otwarcia narzędzia 8mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części V, poz. 6 Formularza cenowego narzędzia artroskopowego opisanego w pytaniu.

**Pytanie 10**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapisy w § 5 ust. 5 i ust. 7 oraz w § 6 ust. 2 projektu umowy, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 5 ust. 5. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wadę, usterkę, inne nieprawidłowości (poprzez naprawę lub wymianę wyrobu lub jego elementu składowego) **w terminie do 5 dni od dnia uznania reklamacji.**”

„§ 5 ust. 7. Wykonawca jest zobowiązany **w terminie 14 dni od zgłoszenia** reklamacji do jej rozpatrzenia i poinformowania na piśmie Zamawiającego. W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do informacji, uzasadnienia (ekspertyzy) odmowy.”

„§ 6 ust. 2. W przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy lub termin na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Zamawiającego przekroczy liczbę dni określoną odpowiednio w § 5 ust. 5 i ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości **0,1%** wartości brutto właściwej części zamówienia, określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.”

### **Pytanie 11**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt 1-2:

Strony uzgadniają następujące kary umowne:

1. W przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, szkolenia personelu Zamawiającego poza termin określony w § 2 ust. 1 i 8, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości **niedostarczonej części przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy i szkolenia personelu, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy**.

2. W przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przekroczy liczbę dni określoną w § 5 ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto właściwej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto właściwej części zamówienia**.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy (lub Części zamówienia), określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez każdą ze stron od umowy (Części zamówienia) lub rozwiązania umowy (części zamówienia) z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Sporządziła imieniu Komisji: Maria Mielniczek

**Dyrektor**  
**SP ZOZ MSWiA z W-MCO**  
**w Olsztynie**  
**mgr Krystyna Futyma**  
/podpis na oryginale/

