

Międzychód, dnia 17.03.2023r.

AG/ZP-05/2023

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZAPYTANIA DO SWZ**
w postępowaniu przetargowym pn.

DOSTAWA AMBULANSU TYPU „C”

w ramach projektu pn.:

„Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 oraz zwiększania dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych” w ramach osi priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR” Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Nr sprawy: AG/ZP-05/2023)

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

Czy kryterium: „rok produkcji 2023” oznacza, że pojazd bazowy i zabudowa mają być z rocznika 2023r.? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na ocenę przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobowiązany podać rok produkcji oferowanego pojazdu bazowego za co otrzymuje odpowiednią ilość punktów wg opisu niniejszego kryterium oceny zgodnie z swz.

Pytanie 2

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ? Wyjaśniamy, że automatyczna typu “Climatronic”, jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z swz.

Pytanie 4

Czy minimalna gwarancja na perforację nadwozia wynosi 24 czy 60 miesięcy ?

W załączniku nr 3 są dwa różne zapisy.

W odpowiedzi na pytanie: 60 miesięcy.

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 rozdz. VIII tabeli „WYMAGANIA OGÓLNE” punkt 2 w następujący sposób:

2.	Gwarancja na samochód bazowy – min. 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą –min. 24 miesiące Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min.60 miesięcy	Tak	
----	---	-----	--

Kolorem **czernym** naniesiono modyfikację w/w punktu tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić niniejszą modyfikację w wypełnianym załączniku nr 3.

Pytanie 5

Aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie zdefiniował wymogu dotyczącego okna dachowego.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie zdefiniował wymogu dotyczącego okna dachowego.

Pytanie 7

Czy kryterium: „okres gwarancji 48 m-cy” oznacza, że taki okres gwarancji musi być oferowany dla całego przedmiotu dostawy: pojazd bazowy (tylko gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów), zabudowa i wyposażenie medyczne?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyjaśnia, że kryterium oceny oferty „Wydłużony okres gwarancji” – dotyczy pojazdu bazowego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzezroczystą szybą w kolorze nadwozia?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3, 1m szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C i B?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje Pakietu gwarancyjnego min. 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania dłuższej gwarancji – pakiet gwarancyjny obejmujący okres udzielonej gwarancji.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza standardowy termin płatności przyjęty w obrocie gospodarczym na terenie UE i wynoszący 30 dni? Wyjaśniamy, że wydłużony termin płatności do 60 dni zwiększa cenę oferty o kwotę dodatkowego finansowania kolejnych 30 dni.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wskazuje w swz i jego załącznikach terminu płatności, a jedynie określa jego minimalny termin.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm, z EURO VI i alternatorem o mocy 185 A?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy załącznik nr 3 pkt. III.1 – prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej – skrzynia manualna nie ma możliwości automatycznej redukcji biegów – chyba, że Zamawiający wymaga skrzyni automatycznej. Prosimy o doprecyzowanie.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 3 pkt III. 1 następującą treść:

1.	Skrzynia biegów manualna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów	Tak	
----	--	-----	--

Pytanie 15

Dotyczy załącznik nr 3 pkt. III.3-4 – prosimy o potwierdzenie, iż panele sterowania mają być przyciskowe (analogowe), a nie dotykowe typu touchscreen.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16

Dotyczy załącznik nr 3 pkt. V.5 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający używa tableków Getac. Z wiedzy wykonawcy wynika, iż w niektórych jednostkach PRM weszły tablety „Zebra”.

W odpowiedzi na pytanie: Na chwilę obecną Zamawiający używa tableków Getac, jednak Zamawiający zweryfikował przyszłe plany ZRM i modyfikuje treść Załącznika nr 3 pkt V.5 – w następujący sposób:

1.	Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablek w kabinie kierowcy oraz doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablek z drukarką.(bez tabletu i bez drukarki,). Uchwyt do drukarki umożliwiający korzystanie z niej podczas jazdy ambulansu. Uchwyt do drukarki Brother PJ-762 Stacja dokująca z zasilaczem po stronie Wykonawcy. Zamawiający będzie używa tableków „Zebra”.	Tak	
----	---	-----	--

Pytanie 17

Dotyczy załącznik nr 3 pkt. VIII.5 – prosimy o potwierdzenie, iż przy zaproponowaniu dłuższej gwarancji w parametrach punktowanych Wykonawca ma obowiązek doliczyć odpowiedni pakiet przeglądów – np. gwarancja na 36 miesięcy – pakiet przeglądów na 36 miesięcy.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający potwierdza, że Wykonawca winien doliczyć pakiet przeglądów w zależności od zaferowanego wydłużenia gwarancji.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie iż w ofertę ma być wliczony pakiet przeglądów sprzętu medycznego na 24 miesiące w siedzibie Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

Dotyczy parametry punktowane – prosimy o potwierdzenie iż wydłużony okres gwarancji dotyczy tylko samochodu bazowego, a nie sprzętu medycznego oraz adaptacji.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający potwierdza, że kryterium oceny oferty „Wydłużony okres gwarancji” – dotyczy pojazdu bazowego.

Pytanie 20**Dotyczy Nosze:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści uprzęż pediatryczną dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat – powyżej 7 lat wzrost dziecka umożliwia użycie standardowych pasów ?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuści.

Pytanie 21**Dotyczy Ssak:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści ssak z przepływem 26 l/min (+/- 4 l/min) bez obciążenia, o wymiarach: 370 mm x 277 mm x 146 mm (S x W x G) i wadze ok 5,6 kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z swz

Pytanie 22**Dotyczy WARUNKI GWARANCJI I SERWISU zał. nr 5 do SWZ – nosze oraz ssak**

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu gwarancyjnego oraz usunięcia uszkodzenia sprzętu medycznego z 48 godzin do 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego ?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z swz

UWAGA!!!

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w związku z powyższymi zmianami treści swz zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Było:

XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **21.03.2023r. o godz. 9:30**
2. Oferty zostaną otwarte w dniu **21.03.2023r. o godz. 10:00**

Jest:

XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

3. Termin składania ofert upływa dnia **22.03.2023r. o godz. 9:30**
4. Oferty zostaną otwarte w dniu **22.03.2023r. o godz. 10:00**

Zmianie ulega także termin związania ofertą wskazany w swz oraz Załączniku nr do swz.

Treść SWZ

Było:

5. Termin związania ofertą: **do dnia 19.04.2023r.**

Jest:

5. Termin związania ofertą: **do dnia 20.04.2023r.**

Treść formularza ofertowego

Było:

Termin związania ofertą	30 dni – licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.04.2023r.
-------------------------	---

Jest:

Termin związania ofertą	30 dni – licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.04.2023r.
-------------------------	---

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz na platformie zakupowej Zamawiającego.