



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa Kontrolera temperatury płytki grzejnej w stoliku stereotaktycznym – 1 szt.

A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

Lp.	Parametr	Opis wymaganego parametru
1.	Kontroler temperatury płytki grzejnej w stoliku stereotaktycznym	<ol style="list-style-type: none">1. Kompatybilny z płytką grzejącą zamontowaną w stoliku stereotaktycznym nr kat. 51500UD, Stoelting.2. Do obsługi jednego elementu grzejnego.3. W zestawie kabel do podłączenia do płytki grzejnej, zasilacz urządzenia.4. Zakres kontroli temperatury: 25-45°C, dokładność kontroli temperatury 0,1°C.5. Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed terminem Dostawy.
2.	Instrukcje obsługi	<ol style="list-style-type: none">1. W języku angielskim lub języku polskim - wersja drukowana.

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Przedmiot zamówienia obejmuje również podłączenie urządzenia do stolika stereotaktycznego nr kat. 51500UD, Stoelting w siedzibie zamawiającego tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław ul. Stabłowicka 147, budynek nr 2 pomieszczenie nr 2.24.

