



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin 01.08.2022 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Dostawa inkubatora otwartego nr postępowania 8/2022.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści swz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pyt. 1 Dot. Część 1 Pkt. 3 / Część 2 Pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG którego platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu została wprowadzona do produkcji w 2019 roku ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 2 Dot. Część 1 Pkt. 5/ Część 2 Pkt. 83

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z panelem sterowania z możliwością obrotu +/- 25 stopni oraz manualną regulacją wysokości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga

Pyt. 3 Dot. Część 1 Pkt. 6 / Część 2 Pkt. 84

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który posiada cyfrowe na ekranie dotykowym suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 4 Dot. Część 1 Pkt. 9 / Część 2 Pkt. 87

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z monitorem LCD o wielkości 21,5 cala oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pix ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 5 Dot. Część 1 Pkt. 12 / Część 2 Pkt. 90

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z dotykowym panelem LCD o wielkości 10,1 cala do obsługi ultrasonografu bez regulacji pochylenia ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 6 Dot. Część 1 Pkt. 13 / Część 2. Pkt. 91

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z 4 000 000 niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.


Pyt. 7 Dot. Część 1 Pkt. 15 / Część 2 Pkt. 94

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG ze zintegrowanym – wbudowany, podgrzewacz żelu bez możliwości regulacji temperatury ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pyt. 8 Dot. Część 1 Pkt. 16 / Część 2 Pkt. 95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej oraz przetwornikiem 12-bitowym ?



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 9 Dot. Część 1 Pkt. 17 / Część 2 Pkt. 96

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia wynosi 1-18 MHz ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 10 Dot. Część 1 Pkt. 18 / Część 2 Pkt. 97

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode 290 dB ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 11 Dot. Część 1 Pkt. 20 / Część 2 Pkt. 99

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z 4 aktywnymi gniazdami do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 12 Dot. Część 1 Pkt. 23 / Część 2 Pkt. 102

Prosimy o usunięcie w/w punktu ponieważ Doppler PW nie posiada częstotliwości odświeżania obrazu, gdyż wynikiem działania tego trybu jest wykres przepływu (przedstawiony na skali prędkości w czasie). Doppler Pulsacyjny posiada parametr PRF (częstotliwość analizy) która wyrażona jest w kHz i opisany w punkcie 29 część 1 oraz punkcie 108 część 2

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 13 Dot. Część 1 Pkt. 26 / Część 2 Pkt. 105

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym zakres prędkości Doppler Ciągły (CW) wynosi +/- 21,8 m/s ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 14 Dot. Część 1 Pkt. 29 / Część 2 Pkt. 108

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW) wynoszącą 40 kHz ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 15 Dot. Część 1 Pkt. 30 / Część 2 Pkt. 109

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z zakresem regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) +/- 80 stopni ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 16 Dot. Część 1 Pkt. 31 / Część 2 Pkt. 110

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z zakresem wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) 0,5 – 20 mm ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 17 Dot. Część 1 Pkt. 32 / Część 2 Pkt. 111

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z maksymalną głębokością obrazowania wynoszącą 40 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pyt. 18 Dot. Część 1 Pkt. 34 / Część 2 Pkt. 113

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który zawiera wszystkie wymienione tryby oprócz trybu Fullscreen?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 19 Dot. Część 1 Pkt. 40 / Część 2 Pkt. 119

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z 4 ogniskami głowicy pracujących jednocześnie?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 20 Dot. Część 1 Pkt. 41 / Część 2 Pkt. 120

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z 40 krotnym zoomem dla obrazów na żywo oraz 20 krotnym zoomem dla obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 21 Dot. Część 1 Pkt. 45, 46 / Część 2 Pkt. 124, 125

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG ze zintegrowanym (wbudowany w aparat) systemem archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB z boku aparatu bez możliwości nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB) ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 22 Dot. Część 1 Pkt. 49 / Część 2 Pkt. 128

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z wyjściem HDMI bez VGA?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 23 Dot. Część 1 Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą liniową liniowa o zakresie częstotliwości 4,0 – 18,0 MHz wykonaną w technologii Micro piezo kompozytowej ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 24 Dot. Część 1 Pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą microconvex o zakresie częstotliwości 3,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów 960 oraz kącie skanu 80 stopni wykonaną w technologii wielowarstwowej ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 25 Dot. Część 1 Pkt. 71 / Część 2 Pkt. 154

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z bez możliwość rozbudowy o protokoły BIRADS?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pyt. 26 Dot. Część 1 Pkt. 75 / Część 2 Pkt. 158

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z maksymalnym poborem energii 750 VA ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pyt. 27 Dot. Część 2 Pkt. 132

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą endowaginalna o zakresie częstotliwości 2,0 – 10,0 MHz, liczbie elementów 960 oraz kącie skanu 200 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pyt. 28 Dot. Część 2 Pkt. 133

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą objętościowa convex o zakresie częstotliwości 2,0 – 8,0 MHz, liczbie elementów 192 oraz kącie skanu 80 stopni wykonaną w technologii micro piezo kompozytowej ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Prezes Zarządu


Henryk Szymczak

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359
NIP 61 72189328, Regon:301415604