



Szp/FZ/Spr-1/Miniatura-7/ 213 /2024

Wrocław dn. 18.04.2024 r.

### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zaproszenia do składania ofert „Usługa sekwencjonowania wysokoprzepustowego typu NGS metodą odczytów sparowanych”

#### **Pytanie nr 1**

Z jakiego rodzaju materiału pochodzą izolaty DNA?

**Odpowiedź: Metagenom wirusowy.**

#### **Pytanie nr 2**

Jaki typ bibliotek ma zostać wykonany: standardowa biblioteka (PCRplus) czy biblioteka PCRfree?

**Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania w tym zakresie, przygotowanie biblioteki o odpowiednich do sekwencjonowania parametrach pozostaje po stronie Wykonawcy.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy w przypadku wyboru biblioteki PCRfree Zamawiający jest w stanie dostarczyć izolaty spełniające wymagania ilościowe:  $\geq 1 \mu\text{g}$  DNA, stężenie  $\geq 50 \text{ ng}/\mu\text{l}$ , objętość  $\geq 20 \mu\text{l}$ ? Jeśli nie, jakie parametry próbki deklaruje Zamawiający?

**Odpowiedź: Zamawiający deklaruje następujące minimalne parametry ilościowe, przy czym oczekiwane wartości końcowe mogą być wyższe: stężenie  $\geq 5 \text{ ng}/\mu\text{l}$ , objętość  $\geq 20 \mu\text{l}$ .**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji z 21 do 30 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas realizacji był liczony od momentu dostarczenia prób spełniających wymagania ilościowe? Przy czym Wykonawca miałby 5 dni roboczych na wykonanie kontroli ilościowej i poinformowanie Zamawiającego o jej wyniku?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

Powyższa zmiana jest integralną częścią Zaproszenia i dotyczy wszystkich Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Monika Wojciechowska*  
inż. Monika Wojciechowska

Z-ca Kierownika Zespołu  
Zamówień i Zamówień Publicznych  
*mgr inż. Jacek Baranek*