

## PAKIET 3

Przedmiot zamówienia: wytrząsarka typu Vortex – 10 szt Producent: Scilogex, Chiny; Typ aparatu: MX-S (nazwa, kraj) Rok produkcji: 2021				
LP.	WYMAGANE PARAMETRY	WYMAGANA ODPOWIEDŹ	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA	PUNKTACJA
<b>I.</b>	<b>Wytrząsarka typu Vortex – 10 szt.</b>	TAK	TAK. Wytrząsarka typu Vortex – 10 szt.	
1.	Typ ruchu: orbitalny	TAK	Typ ruchu: orbitalny	
2.	Amplituda 4 mm	TAK	TAK. Amplituda 4 mm	
3.	Regulacja prędkości co najmniej od 0 do 2.500 obr./min	TAK	TAK. Regulacja prędkości od 0 do 2.500 obr./min	
4.	Tryby pracy: 1) chwilowy (uruchamiany pod wpływem nacisku) 2) ciągły	TAK TAK	Tryby pracy: 1) TAK. Chwilowy (uruchamiany pod wpływem nacisku) 2) TAK, ciągły	
5.	Możliwość wytrząsania pojedynczych probówek o pojemności do co najmniej 50 ml	TAK	TAK, możliwość wytrząsania pojedynczych probówek o pojemności do 50 ml	
6.	Nóżki antypoślizgowe	TAK	Tak. Nóżki antypoślizgowe	
7.	Stopień ochrony nie gorszy niż IP21	TAK	TAK. Stopień ochrony IP21	
8.	Warunki pracy: 1) temperatura w zakresie co najmniej od 5 do 40°C 2) wilgotność co najmniej 80%	TAK TAK	Warunki pracy: 1)TAK. Temperatura w zakresie od 5 do 40°C 2) TAK. Wilgotność 80%	
9.	Zasilanie 230 V / 50 Hz	TAK	TAK. Zasilanie 230 V / 50 Hz	
10.	Możliwość rozbudowy o przystawkę umożliwiającą wytrząsanie jednocześnie co najmniej: 1) 48 probówek o średnicy 6 mm 2) 15 probówek o średnicy 10 mm 3) 12 probówek o średnicy 12 mm 4) 8 probówek o średnicy 16 mm 5) 8 probówek o średnicy 20 mm	TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE	TAK. Możliwość rozbudowy o przystawkę umożliwiającą wytrząsanie jednocześnie: 1)TAK. 48 probówek o średnicy 6 mm 2) TAK. 15 probówek o średnicy 10 mm 3) TAK. 12 probówek o średnicy 12 mm 4) TAK. 8 probówek o średnicy 16 mm 5) TAK. 8 probówek o średnicy 20 mm	dla każdego podpunktu 1), 2), 3), 4), 5)  TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
<b>II.</b>	<b>WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO</b>	<b>WYMAGANA ODPOWIEDŹ</b>	<b>OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI</b>	
1.	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego	TAK podać	<b>TAK, 36 miesięcy</b>	
2.	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)	podać	TAK. AGA Analytical Sp. z o.o Sp. K. ul. Dzierzby 17A, 02-836 Warszawa	
3.	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie	podać	TAK. <a href="mailto:serwis@aga-analytical.com.pl">serwis@aga-analytical.com.pl</a> , ul. Dzierzby 17A, 02-836 Warszawa; Tel/fax 22-641-10-41	

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....  
osoba/y upoważniona/e do występowania w imieniu wykonawcy