

## PAKIET 2

Przedmiot zamówienia miniwirówka Producent: DRAGONLAB, Francja Typ aparatu D1008 (nazwa, kraj) Rok produkcji: 2021				
LP.	WYMAGANE PARAMETRY	WYMAGANA ODPOWIEDŹ	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA	PUNKTACJA
<b>I.</b>	<b>Miniwirówka – 1 szt.</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
1.	Zastosowanie: 1) do szybkich zwirowań 2) do mikrofiltracji	TAK TAK	<b>TAK</b> <b>TAK</b>	
2.	Maksymalne przyspieszenie co najmniej 2.600 x g	TAK	<b>TAK 2680 xg</b>	
3.	Praca ciągła	TAK		
4.	Rotory: 1) na co najmniej 8 probówek okrągłodennych o poj. 2 ml z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek o poj. 0,2 i 0,5 ml 2) na co najmniej 4 paski 8 x 0,2 ml	TAK  TAK	<b>TAK</b>  8 x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml;  16 x 0,2 ml stripów PCR (2 x 0,2 ml PCR8 stripów)	
5.	3) wymiana rotorów bez użycia narzędzi	TAK / NIE	<b>TAK</b>	TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt
6.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	TAK / NIE	<b>TAK</b>	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
7.	Głośność max 45 dB	TAK	<b>TAK 45DB</b>	
8.	Zasilanie 230 V/50 Hz	TAK	<b>TAK 230 V/50 Hz</b>	
9.	Pokrywa w kolorze zielonym	TAK / NIE	<b>TAK</b>	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
<b>II.</b>	<b>WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO</b>	<b>WYMAGANA ODPOWIEDŹ</b>	<b>OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI</b>	
1.	Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego	TAK podać	<b>TAK 12 MIESIĘCY</b>	
2.	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)	podać	LABINDEX SC UL NUTKI 3-5 02-785 WARSZAWA	
3.	Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie	podać	EMAIL: odczynniki@labindex.pl	

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

**JULITA KULPA**

.....  
osoba/y upoważniona/e do występowania w imieniu wykonawcy