

### **05-obłożenia pola operacyjnego-artroskopia kolana I**

lp	ASORTYMENT	jm	II	Proponowany/ Asortyment / Producent	Cena Jedn netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	CPV
1	<p><b>Zestaw do artroskopii stawu kolanowego z workiem na płyny-</b> <b>min.skład:</b> - 1</p> <p>serweta z samouszczelniającym się otworem (min.180 x 300cm)zintegrowana z workiem na płyny</p> <p>- 1 osłona na kończynę dolną pacjenta (min.22 x 55 cm)</p> <p>- 1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium</p> <p>- 1 serweta na stolik Mayo (min.140cm x 75cm)</p> <p>- min.2 taśmy samoprzylepne</p> <p>Wymagany zestaw o min.gramaturze serwety stanowiącej obłożenie pola 50g/m2</p>	szt	90	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego z workiem na płyny, nr kat. 60102/ Molnlycke	58,20 zł	5 238,00 zł	8%	5 657,04 zł	33141116-6
	<b>SUMA</b>					<b>5 238,00 zł</b>		<b>5 657,04 zł</b>	

Zaoferowano asortyment zgodnie z dopuszczeniami z dnia 05.11.2021r.

**Specyfikacja zawiera minimalny wymagany skład pod względem ilości i wymiarów.Oferent może zaoferować więcej elementów i większe wymiary ale nie mniej i nie mniejsze,chyba że Zamawiający wyrazi zgodę.**

**Wymagania:**

- Oferent jest zobowiązany do dostarczenia próbek w ilości 1 szt. produktu jałowego z każdej pozycji. Niezgodność próbek ze specyfikacją skutkuje odrzuceniem oferty. Próbką nie podlega zwrotowi i może zostać zużyta w czasie zabiegu.
- Produkty muszą spełniać bezwzględnie wymogi normy EN 13795-1,2,3
- Oferując zestawy dwuwarstwowe serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub włóknina wiskozowa).
- Oferując zestawy trójwarstwowe serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z trzech warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa,włóknina wiskozowa lub polipropylenowa).
- Zestaw musi być zapakowany w papier krepowy lub opakowanie typu TYVEC (lub serwetę przeznaczoną na stół narzędziowy)i opakowanie foliowo-papierowe.

6.Opakowanie jednostkowe musi posiadać informację w języku polskim odnośnie nazwy wyrobu,składu i rozmiarów poszczególnych elementów,dat ważności ,numeru serii,kodu katalogowego.

7.Opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę oraz min.1 naklejkę którą można wkleić do dokumentacji , zawierającą: indeks wyrobu , lot , datę ważności oraz identyfikację producenta .

8. Serwety muszą być oznaczone piktogramami kierunku.

9.Karta danych techn.potwierdzająca spełnienie parametrów normy wystawioną przez producenta.

Oferta zostanie poddana ocenie jakościowej przez wykwalifikowany personel w trakcie zabiegu.

Kryterium oceny: cena – 60 % , jakość – 40 %

Zakres ocen:

- nieprzemakalność: 1-6 pkt.

- chłonność: 1-5 pkt.

- wytrzymałość: 1-5 pkt.

- przyczepność do podłoża: 1-4 pkt.

**Cena =**

$$\frac{C_{min}}{C_{ofer}} \times 60$$

C min – najniższa cena brutto ze wszystkich ofert

C ofer – cena brutto danej oferty

**Jakość =**

$$\frac{J_{ofer}}{J_{max}} \times 40$$

J ofer – ilość punktów uzyskanych w danej ofercie

J max – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert