

	<u>07-obłożenia pola operacyjnego-biodro</u>								
lp	ASORTYMENT	jm	Il	Proponowany Asortyment / Producent	Cena Jedn netto	Wartość netto	VA T	Wartość brutto	CPV
1	<u>Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra:</u> -1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium -1 serweta (min.140 x 80 cm) na stół Mayo -1 serweta operacyjna (min.150 x 300 cm) z przylepcem -1 serweta samoprzylepna (min. 180 x 260 cm) z wycięciem „U” (min. 6 x 90cm) -1 serweta (min. 170 x 150 cm) nieprzylepna -1 serweta (min. 90 x 75 cm) nieprzylepna -1 osłona na kończynę (min. 50 x 100) cm -2 taśmy samoprzylepne (min. 10 x50 cm) -min.2 ręczniki (min. 30 x 20 cm) <u>Wymagany zestaw 3-warstwowy co najmniej w polu krytycznym o min.gramaturze obszaru wzmocnionego 70g/m2 *</u>	szt	400	Zestaw do chirurgii stawu biodrowego/ 33388/ Lohmann & Rauscher	48,83	19.532,00	8%	21.094,56	33141116-6
2	<u>Zestaw do zabiegów chirurgii biodra w ułożeniu bocznym:</u> Skład zestawu -1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm -4 ręczniki celulozowe min.30cm x 40 cm -1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMMS o gram. min. 35g/m2 długość 150cm (+/- 5cm) -2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm (+/-5cm) -1 obłożenie na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocnienie wykonane z laminatu, gramatura min 130g/m2 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm, przewiązywane po 10szt. -2 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z rtg i tasiemką rozmiar po praniu wstępnym 40cmx40cm. -1 dren do ssaka min.300cm średnica 8mm -1 folia operacyjna 35x40cm z czerwonymi paskami po bokach, ułatwiającymi aplikację -1 serweta pod kończynę 150x180cm z	szt	150	Zestaw do zabiegów chirurgii biodra/ 246126/ Lohmann & Rauscher	174,30	26.145,00	8%	28.236,60	33141116-6

<p>laminatu 2-warstwowego min. 57 g/m2 -1 osłona na kończynę 33x110cm z laminatu 2-warstwowego min. 57 g/m2 z 2 taśmami 10x50cm wykonanymi z folii</p> <p>-1 serweta do obłożenia do zabiegów na biodrze o wym. 285/400x400 cm z otworem samouszczelniającym elastometrycznym o wymiarze/średnicy 18x22 z 6 organizatorami przewodów oraz dwoma zintegrowanymi kieszeniami do dyslokacji umieszczonymi symetrycznie po bokach. Nad otworem elastometrycznym po stronie wewnętrznej – część przylepna umożliwiającą zamocowanie obłożenia na biodrze pacjenta, obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/-1cm). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2 (+/-1cm), dolne krawędzie serwety wykonane z folii</p>								
<u>SUMA</u>					45.677,00		49.331,16	

*oferta zgodna z odpowiedziami z 05.11.2021r.