


Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA


ELEMENT WYPOSAŻENIA			
LP	SYMBOL	NAZWA	WARTOŚĆ WYMAGANA
1	Cd4	Wózek wielofunkcyjny - anestezyjologiczny	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		oznakowanie CE	tak
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
1.1		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• konstrukcja	ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
		• podstawa	stalowa wyposażona w odboje
		• blat	• z pogłębieniem • otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 – 60 mm
		• szafka	• stalowa lakierowana proszkowo, • front lakierowany na kolor wg palety RAL
		• szuflady	• 4 szt. • wysokość frontów: 3 szt.*156 mm \pm 5mm 1 szt.*234 mm \pm 5mm • prowadnice szuflad z samodociąganiem
		• zabezpieczenie	zamek centralny
		• wyposażenie	• wysuwany blat boczny • nadstawka na 5 i 6 uchylnych pojemników z tworzywa • 3 szt. odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem • 1 szt. pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, • 1 szt. uchwyt do pojemnika na zużyte igły (możliwość dopasowania wymiarów uchwytu do potrzeb Zamawiającego), • 1 szt. kosz ze stali kwasoodpornej na cewniki 115x115x500mm, (\pm 20%) • 1 szt. kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pion, • 4 szt. wyciągane podziałki do szuflad, • 1 szt. uchwyt do przetaczania

Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”


FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

		• system jezdny	4 koła o średnicy min 125 mm 100– 125 mm w tym 2 koła z indywidualną blokadą
1.2		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• długość	650mm ± 50mm
		• szerokość	550mm ± 50mm
		• wysokości	1000mm ± 50mm
2	Cd4.1	Wózek reanimacyjny	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.*
		kraj pochodzenia	Podać: Polska.*
		oznakowanie CE	tak
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
2.1		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• konstrukcja	ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
		• podstawa	stalowa wyposażona w odboje
		• blat	• ze stali kwasoodpornej • z wgłębieniem • otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 –60 mm
		• szafka	• stalowa lakierowana proszkowo, • front lakierowany na kolor wg palety RAL
		• szuflady	• 5 szt. • wysokość frontów: 2 szt.* 97 mm ± 5mm 3 szt.* 156 mm ± 5mm 1 szt.* 175 mm ± 5mm • prowadnice szuflad z samodociąganiem
		• zabezpieczenie	zamek centralny

Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)


		<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie 	<ul style="list-style-type: none"> • wysuwany blat boczny ze stali kwasoodpornej • 4 szt. odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem • 1 szt. pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, • 1 szt. koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm, • 1 szt. koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 290x96x90mm • 1 szt. wieszak kroplówki z regulacją wysokości, • 1 szt. kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej, • 1 szt. uchwyt do butli z tlenem, • 1 szt. deska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego, • 5 szt. wyciągane podziały do szuflad, • 1 szt. uchwyt do przetaczania
		<ul style="list-style-type: none"> • system jezdny 	4 koła o średnicy min 125 mm 100– 125 mm w tym 2 koła z indywidualną blokadą
2.2		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • długość 	650mm ± 50mm
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość 	550mm ± 50mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokości 	1000mm ± 50mm
3	Cd1	Stolik Mayo dla instrumentów chirurgicznych	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
3.1		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • materiał 	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
		<ul style="list-style-type: none"> • układ jezdny 	• 3 podwójne koła o średnicy min 75 mm, • wszystkie z blokadą
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	• z pogłębieniem • obracany w poziomie o 360° z możliwością blokady obrotu • regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 950-1320 mm (±50mm)
3.2		<i>parametry</i>	x





Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

		• szerokość całkowita	500mm \pm 50mm
		• długość całkowita	750mm \pm 50mm
		• wysokość całkowita	1320mm \pm 50mm
4	Cd3	Stolik dla instrumentów chirurgicznych	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
4.1		<i>opis</i>	x
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)
		• materiał podstawa	• materiał na dwóch kolumnach • materiał z czterema kółkami nie brudzi podłoża, o średnicy min. 75 mm (wszystkie z blokadą)
		• blat	z pogłębieniem, podnoszony ręcznie, za pomocą korby
		• podstawa	wyposażona w specjalne odboje
		• wyposażenie	uchwyt do przetaczania
4.2		<i>parametry</i>	x
		• długość całkowita	600mm \pm 50mm
		• szerokość całkowita	1100mm \pm 50mm
		• wysokość całkowita	850÷1200mm \pm 50mm
		• wymiary blatu	1100*600mm \pm 50mm
5	Cd8	Wózek wielofunkcyjny opatrunkowy	4 szt.





Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
5.1		<i>opis</i>	x
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)
		• układ jezdny	• z czterema kółkami nie brudzi podłoża, o średnicy min. 75 mm (min. 2 z blokadą)
		• blat i półka dolna	zagięta LUB** z podniesionymi rantami - montowana na stałe
		• odbojniki	• z tworzywa sztucznego przy kołach
		• wyposażenie	uchwyt do przetaczania przy krótszym boku
5.2		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	770mm ± 50mm
		• długość całkowita	430mm ± 50 70 mm
		• wysokość całkowita	880mm ± 50mm
6	Cd9	Wózek do przewożenia narzędzi	12 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
6.1		<i>opis</i>	x
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)
		• drzwi	• podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni • ze szczelną silikonową uszczelką oraz zamkiem

Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

		• półki	wewnątrz wózka dwie półki
		• wyposażenie	dwa uchwyty do prowadzenia o średnicy 20 mm
		• układ jezdny	4 koła niebrudzące podłoża o średnicy min -160, dwa kółka z blokadą
6.2		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	680 mm ± 50mm
		• długość całkowita	1260mm ± 50mm
		• wysokość całkowita	1240mm ± 50mm
7	Fd2	Wózek na brudną bieliznę	10 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać; Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.*
		kraj pochodzenia	Podać: Polska.*
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
7.1		<i>opis</i>	x
		• przystosowany do instalacji	worków foliowych o poj. 100÷120 l
		• materiał	stal nierdzewna w gatunku 1.4301 (304),
		• obręcz z klipsami	blokująca położenie worka,
		• pokrywa	z tworzywa ABS w kolorze białym - podnoszona nożnie,
		• kąt otwarcia pokrywy	powyżej 80°,
		• układ jezdny	podstawa na kółkach min - ø50 mm (dwa kółka z blokadą, wykonane z materiału niebrudzącego podłoża),
		• zabezpieczenie	wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
7.2		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	395mm ± 50mm
		• głębokość całkowita	495mm ± 50mm
		• wysokość całkowita	875mm ± 50mm



Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)



8	Fd5	Pojemnik na odpadki zbieracz	20 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.*
		kraj pochodzenia	Podać: Polska*
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
8.1		<i>opis</i>	x
		• przystosowany do instalacji	worków foliowych o poj. 60÷80 l
		• materiał	stal nierdzewna w gatunku 1.41201 (1204),
		• obręcz z klipsami	blokująca położenie worka,
		• pokrywa	• ze stali nierdzewnej - podnoszona nożnie • kąt otwarcia pokrywy powyżej 80°,
		• układ jezdy	• podstawa na kółkach min. $\varnothing 50$ mm (dwa kółka z blokadą, wykonane z materiału niebrudzącego podłoża), • przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego,
			• wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,
8.2		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	390mm ± 30 mm
		• głębokość całkowita	440mm $\pm 30-60$ mm
		• wysokość całkowita	680mm ± 30 mm
9	Da4.6.1	Wózek z koszami A	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.*
		kraj pochodzenia	Podać: Polska*
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
9.1		<i>opis</i>	x
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)

Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

		• stelaż	z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwiający dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
		• układ jezdny	4 koła nie brudzi podłoża, o średnicy min. 75 mm (min. 2 z blokadą)
		• kosze	komplet koszy zainstalowanych na trzech poziomach
9.2		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• szerokość całkowita	520mm \pm 50mm
		• długość całkowita	430mm \pm 50mm
		• wysokość całkowita	880mm \pm 50mm
10	Da4.6.2	Wózek z koszami B	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.*
		kraj pochodzenia	Podać: Polska.*
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
10.1		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)
		• stelaż	z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwiający dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
		• układ jezdny	4 koła nie brudzi podłoża, o średnicy min. 75 mm (min. 2 z blokadą)
		• kosze	komplet koszy zainstalowanych na trzech poziomach
10.2		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• szerokość całkowita	840mm \pm 50mm
		• długość całkowita	430mm \pm 50mm
		• wysokość całkowita	880mm \pm 50mm
11	Da4.6.3	Wózek z koszami C	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis


Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
11.1		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)
		• stelaż	z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwiający dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
		• układ jezdny	4 koła nie brudzi podłoża, o średnicy min. 75 mm (min. 2 z blokadą)
		• kosze	komplet koszy zainstalowanych na czterech poziomach
11.2		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• szerokość całkowita	840mm ± 50mm
		• długość całkowita	430mm ± 50mm
		• wysokość całkowita	880mm ± 50mm
12	Da4.6	Wózek z koszami	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o *
		kraj pochodzenia	Podać Polska.*
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
12.1		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (0H18N9)
		• układ jezdny	4 koła nie brudzi podłoża, o średnicy min. 100 mm (min. 2 z blokadą)
		• kosze	komplet koszy zainstalowanych na trzech poziomach
12.2		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• szerokość całkowita	550mm ± 50mm
		• długość całkowita	750mm ± 50mm
		• wysokość całkowita	1000mm ± 50mm
		• wymiar koszy	575*280*260 mm ± 50mm

Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

13	Gg12	Stojak do płynów infuzyjnych	15 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
		producent	Podać: Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o *
		kraj pochodzenia	Podać: Polska *
		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
13.1		opis	x
		• materiał	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1.41201 (0H18N9)
		• układ jezdny	na 5 kółkach niebrudzących podłoża o średnicy min. $\varnothing 50$ mm, dwa kółka z blokadą
		• głowica	min. 2 haczyki
		• konstrukcja	przystosowana do instalacji pompy infuzyjnej,
13.2		parametry	x
		• średnica podstawy	600 mm ± 50 mm
		• regulacja wysokości	1350-1250 1320-2150mm (± 50 mm)
		• wysokość całkowita	1200mm ± 50 200 mm

*wypełnia wykonawca

** Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	WARTOŚĆ NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wózek wielofunkcyjny - anestezjologiczny	Cd4	2	6 745,00 zł	13 490,00 zł	8%	14 569,20 zł
2	Wózek reanimacyjny	Cd4.1	2	7 015,00 zł	14 030,00 zł	8%	15 152,40 zł
3	Stolik Mayo dla instrumentów chirurgicznych	Cd1	2	3 555,00 zł	7 110,00 zł	8%	7 678,80 zł
4	Stolik dla instrumentów chirurgicznych	Cd3	2	2 940,00 zł	5 880,00 zł	23%	7 232,40 zł


Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

5	Wózek wielofunkcyjny opatrunkowy	Cd8	4	1 395,00 zł	5 580,00 zł	8%	6 026,40 zł
6	Wózek do przewożenia narzędzi	Cd9	12	8 970,00 zł	107 640,00 zł	23%	132 397,20 zł
7	Wózek na brudną bieliznę	Fd2	10	875,00 zł	8 750,00 zł	23%	10 762,50 zł
8	Pojemnik na odpadki zbieracz	Fd5	20	835,00 zł	16 700,00 zł	23%	20 541,00 zł
9	Wózek z koszami A	Da4.6.1	2	1 290,00 zł	2 580,00 zł	23%	3 173,40 zł
10	Wózek z koszami B	Da4.6.2	2	1 595,00 zł	3 190,00 zł	23%	3 923,70 zł
11	Wózek z koszami C	Da4.6.3	2	1 925,00 zł	3 850,00 zł	23%	4 735,50 zł
12	Wózek z koszami	Da4.6	4	3 495,00 zł	13 980,00 zł	23%	17 195,40 zł
13	Stojak do płynów infuzyjnych	Gg12	15	435,00 zł	6 525,00 zł	8%	7 047,00 zł

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).



Załącznik nr 4 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/3b)

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **48 miesięcy**.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:

Netto: **209 305,00 zł**

słownie złotych: **dwieście dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100 netto**

Brutto: **250 434,90 zł**

słownie złotych: **dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 90/100 brutto**

Bydgoszcz, dnia 05.10.2022 r.

Patrycja Ruszczak
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy