


Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2b)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Fa1	Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej	8 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.2		producent	Podać: ...Stryker Corp.....*
1.3		kraj pochodzenia	Podać:.....Turcja.....*
1.4		oznakowanie CE	tak
1.5		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
1.6		opis	x
		• konstrukcja	- wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, - oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji - rozstaw pomiędzy kolumnami 1080 mm ($\pm 2\%$) - podstawa z tworzywa ABS z tacą do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu, - dwupoziomowa konstrukcja do badań rentgenowskich (materiał przezierny, HPL, na całej długości) - platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z materiału tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń
		• powierzchnia leża pacjenta	- szerokość 600 mm ($\pm 2\%$) - długość 1930 mm ($\pm 2\%$)
		• materac	- piankowy 2 warstwowy o grubości min. 76 mm ($\pm 5\%$) - mocowany na rzepy
		• rączki do prowadzenia wózka	- składane poniżej poziomu materaca, - ergonomiczne - zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta
		• uchwyt butli z tlenem	- pionowy LUB** poziomy - przymocowany do leża LUB** do podstawy
		• blokada kół	- centralna na cztery koła, - włączana pedałami sterowniczymi z jednego i drugiego końca łóżka - piąte koło kierunkowe
		• elementy do nożnego sterowania	- układem hydrauliki i układ - pedały do opuszczania leża zamontowane po obu bokach w zakresie 60-90cm ($\pm 2\%$)
		• poręcze boczne	- chromowane - składane pod leże
		• gniazda na statywy infuzyjne	- 4 zintegrowane

Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2b)

		• przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga	- tak, przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka - w zakresie $\pm 16^\circ$
		• napęd segmentu oparcia pleców/stacjonarny	- pneumatyczny, nożny LUB** pneumatyczny, ręczny z uchwytami do opuszczania po obu stronach leża od strony głowy - zakres regulacji $0^\circ-90^\circ$
		• układ płynnego opadania leża	hydrauliczny
		• hamulec/elementy do kierowania	po obu końcach łóżka
		• uchwyt	na papierowe prześcieradła
		• pasy do unieruchamiania pacjenta	tak
		• półka na defibrylator	z uchwytem na kartę pacjenta
1.7		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• całkowita długość łóżka	2150 mm ($\pm 2\%$)
		• całkowita szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi	780 mm ($\pm 2\%$)
		• bezpieczne obciążenie robocze	- nie mniejsze niż 250 kg
		• średnica kół jezdnych	165 - 200mm ($\pm 5\%$)

* Wypełnia wykonawca

** Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	WARTOŚĆ NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wózek do transportu pacjentów w poz. leżącej	Fa	8	12342,72	98741,76	8	106641,10
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ							106641,10

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.

Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2b)

7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres24.. miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:.....106641,10..... złotych słownie złotych:...sto sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i dziesięć groszy.....

Warszawa, dnia 06.10.2022 r.

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy