

03-obłożenia pola operacyjnego – ginekologia II

L.p	Asortyment	J.m	Ilość	Propozycja	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do zabiegów ginekologicznych z jednorazowymi narzędziami laparoskopowymi.	zestaw	10	Zestaw do zabiegów ginekologicznych z jednorazowymi narzędziami laparoskopowymi.	1 687,50 zł	16 875,00 zł	8%	18 225,00 zł
SUMA						16 875,00 zł		18 225,00 zł

Skład zestawu:

1. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona, będąca również owinięciem zestawu. Rozmiar obszaru wzmocnienia 75x190 cm. Laminat wykonany z mocnej folii PE o grubości 55 µm i gramaturze polipropylenowego wzmocnienia 30 g/m2.
2. Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 1 szt., XL – 2 szt.

Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy z wielowarstwowej włókniny SMS o gramaturze 40 g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z tkaniny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 troki, dwa zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku, umożliwiającym wiązanie, zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 135 kPa/130 kPa. Tkanina gwarantująca paroprzepuszczalność na poziomie 72120 g/m²/24 h (WVTR (water vapor transmission rate) – oznaczenie rozmiaru dopuszczalne poprzez nadruk lub/i naklejkę z rozmiarówką podaną na dwa sposoby w cm oznaczającą długość fartucha i/lub literowo M,L,XL zgodne z norma 13975 i widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Spełnia wymagania normy 13975.

3. Osłona na uchwyt do lampy, duża zielono-biała z kołnierzem – 2 szt.

Jednorazowa osłonka na uchwyt do lampy pasująca na przejściówkę w miejsce fabrycznego uchwytu umożliwiającą wielokrotne ustawienie lampy w czasie zabiegu bez utraty sterylności, osłonka wyposażona w wypustki uniemożliwiające zsuwanie się osłonki z uchwytu lampy oraz kołnierz ochronny zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylne.

4. Płyn przeciwmgielny (butelka + watka) – 1 szt.
5. Osłona foliowa na kamerę 14x250cm (perforowana końcówka, taśma mocująca) – 2 szt.
Osłona wykonana z mocnej folii o grubości 50 µm.
6. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 30 szt.
7. Dren do insuflacji z filtrem 26Ch/18Ch 250cm – 1 szt.
8. Taśma lepna 9x49cm – 1 szt.
9. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm – 2 szt.
10. Trokar ostrzowy z osłoną 5mm transparentna kaniula 10cm – 1 szt.
11. Trokar ostrzowy z osłoną 11mm transparentna kaniula 10cm – 1 szt.
12. Igła Veressa 14G 120mm z korkiem – 1 szt.
13. Miska nerkowa 800 ml – 1 szt.
14. Ostrze chirurgiczne nr 11 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 1 szt.
15. Laparoskopowa elektroda monopolarna typu hak “L” 5mm 33cm – 1 szt.
16. Lap. kleszcze proste 5mm 33cm, uchwyt typu wielokrotnego użytku – 1 szt.
17. Laparoskopowy disektor Maryland 5mm, 33 cm, uchwyt w stylu wielorazowym – 1 szt.
18. Laparoskopowe kleszcze chwytające zaciskowe 5mm 33cm typu wielokrotnego użytku – 1 szt.
19. Laparoskopowe nożyce monopolarne Metzenbaum 5 mm, 33 cm – 1 szt.
20. Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przezroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa, zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie i literowo – ssanie i irygacja. Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiega zablokowaniu ssaka przy odsysaniu, ustawienie w jednej linii przycisków z drenami i końcówka ssąco-płuczącą. Ssak matowy o długości 33 cm i średnicy 5 mm, nie odbijający światła. – 1 szt.
21. Obłożenie chirurgiczne do zabiegów laparoskopowych w rozmiarze 300/200/270x295 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie prostokąta o wymiarach 25x30 cm, otoczony folią flex, zapewniającą szczelne przyleganie podczas insuflacji. Obłożenie posiada samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarze 13x24 cm, z klapką. Obłożenie wyposażone w dwie dwukomorowe kieszenie z folii PE po obu stronach otworu o rozmiarze 64x36 cm (40x36 cm jedna komora i 24x36 cm druga). Obłożenie wyposażone w warstwę komfortową od strony pacjenta, o gramaturze 23 g/m2, odporność na przenikanie płynów min 100 cm H2O, – 1 szt.

Pozostałe wymagania:

Zestaw posiada przynajmniej 2 etykiety samoprzylepne, zawierające nr LOT, nr katalogowy oraz dane producenta opisane w języku polskim oraz informację dotyczącą składu ilościowego i przedmiotowego zestawu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania serwety, muszą posiadać oznaczenia kierunków rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną przezroczystą torbę z folii PE, z klapką papierową zgrzewana z folia w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia podczas wyjmowania zawartością z opakowania, przy zgrzewaniu powinien znajdować się sterylne margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorowym symbolem, umożliwiającym wzrokową identyfikację zestawów.

Zestawy zabiegowe, obłożenia oraz fartuchy muszą cechować się I klasą palności na poziomie $>3,5s$ - wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Do oferty należy dołączyć raport potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji.

W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wezwać oferenta do dostarczenia sterylnych próbek przedmiotu zamówienia (po 1 szt).

Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyr. med.