

10-obłożenia pola operacyjnego-dłoń stopa II

lp	ASORTYMENT	jm	Ilość	Propozycja	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	<u>Zestaw do operacji dłoń/stopa 1-min.skład:</u> -1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium ze wzmocnieniem (min.70 x80cm) -1 serweta na stolik Mayo (min.140 x 75 cm) ze wzmocnieniem (min.50 x70cm) -1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy (min.300 x200)ze wzmocnieniem (min.120 x 120cm) -2 ręczniki celulozowe (min.30 x 30 cm) <u>Wymagany zestaw o min.gramaturze serwety stanowiącej obłożenie pola 50g/m2</u>	szt	300	OPERO®SET – Zestaw do chirurgii dłoni / stopy / nr ref. 910800000 / producent: Cobes Industries Co. Ltd	39,87	11 961,00	8%	12 917,88
	<u>SUMA</u>					11 961,00		12 917,88

***Zaoferowano zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego**

Specyfikacja zawiera minimalny wymagany skład pod względem ilości i wymiarów.Oferent może zaoferować więcej elementów i większe wymiary ale nie mniej i nie mniejsze,chyba że Zamawiający wyrazi zgodę.

Wymagania:

1. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia próbek w ilości 1 szt. produktu jałowego z każdej pozycji. Niezgodność próbek ze specyfikacją skutkuje odrzuceniem oferty. Próbką nie podlega zwrotowi i może zostać zużyta w czasie zabiegu.
- 2.Produkty muszą spełniać bezwzględnie wymogi normy EN 13795-1,2,3
- 3.Oferując zestawy dwuwarstwowe serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub włóknina wiskozowa).
- 4.Oferując zestawy trójwarstwowe serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z trzech warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa,włóknina wiskozowa lub polipropylenowa).
- 5.Zestaw musi być zapakowany w papier krepowy lub opakowanie typu TYVEC (lub serwetę przeznaczoną na stół narzędziowy)i opakowanie foliowo-papierowe.
- 6.Opakowanie jednostkowe musi posiadać informację w języku polskim odnośnie nazwy wyrobu,składu i rozmiarów poszczególnych elementów,dat ważności ,numeru serii,kodu katalogowego.
- 7.Opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę oraz min.1 naklejkę którą można wkleić do dokumentacji , zawierającą: indeks wyrobu , lot , datę ważności oraz identyfikację producenta .
8. Serwety muszą być oznaczone piktogramami kierunku.
- 9.Karta danych techn.potwierdzająca spełnienie parametrów normy wystawioną przez producenta.

Oferta zostanie poddana ocenie jakościowej przez wykwalifikowany personel w trakcie zabiegu.

Kryterium oceny: cena – 60 % , jakość – 40 %

Zakres ocen:

- nieprzemakalność: 1-6 pkt.
- chłonność: 1-5 pkt.
- wytrzymałość: 1-5 pkt.
- przyczepność do podłoża: 1-4 pkt.

$$\text{Cena} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{ofer}}} \times 60$$

C min – najniższa cena brutto ze wszystkich ofert

C ofer – cena brutto danej oferty

$$\text{Jakość} = \frac{J_{\text{ofer}}}{J_{\max}} \times 40$$

J ofer – ilość punktów uzyskanych w danej ofercie

J max – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert