

## Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 9

## Załącznik nr 10 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy jednorazowych pętli do polipektomii oraz pętli z siateczką do usuwania polipów i ciał obcych**, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego gastroskopem wideo GIF 1100 EVIS X1 Olympus oraz kolonoskopem wideo PCF-H190L Olympus, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 9 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - wyraźnie oznakowany rozmiar,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

**Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji.
6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer 81 741 77 29 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: [camedica@gmail.com](mailto:camedica@gmail.com) . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Pętla do polipektomii jednorazowego użytku</b> , sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, plectiona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm, do wyboru przez Zamawiającego. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia min 2300mm, średnica osłonki 2,4mm.	<b>szt.</b>	<b>40</b>	31,00	1 240,00	8%	1 339,20	33,48	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd, pętla do polipektomii, AG-5071-241023 AG-5071-241523 AG-5071-242523 AG-5071-243223
2.	<b>Pętla z siatką chwytającą;</b> Jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm, do wyboru przez Zamawiającego. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza min 2300mm	<b>szt.</b>	<b>40</b>	91,50	3 660,00	8%	3 952,80	98,82	Jiangsu Kangjin Medical Instrument Co. Ltd, pętla z workiem ekstrakcyjnym, FG-E-24-252300 FG-E-24-352300
				<b>Razem Netto:</b>	<b>4 900,00</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>5 292,00</b>		