

Ewakuator laparoskopowy

**Bezpieczna ewakuacja usuniętych
tkanek podczas procedur
laparoskopowych**



Ewakuator laparoskopowy

Ewakuator laparoskopowy

Specyfikacja:

Łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanek i struktur takich jak:

- wyrostek robaczkowy
- jajowody
- pęcherzyk żółciowy
- jelito grube
- więzadła
- zakrzepy
- kamienie żółciowe
- jelito cienkie
- mięśniaki
- jajniki
- i inne

Wyrób dostępny w 5 rozmiarach: 200 ml, 400 ml, 800 ml oraz 1200 mm, 1500 mm przeznaczony do użytku z trokarem o średnicy 10 mm.

Ewakuator laparoskopowy składa się z elastycznego woreczka wyposażonego w drucik z pamięcią kształtu, który ułatwia otwieranie wyrobu po umieszczeniu go w jamie ciała oraz zachowanie w pozycji otwartej. Woreczek został umieszczony w wykonanej z tworzywa rurce bez trwałego przytwierdzenia go do niej. Dzięki temu po wprowadzeniu ewakuatora do jamy ciała możliwe jest swobodne używanie trokara w dalszym toku operacji.

Woreczek może pozostać w jamie ciała i być napełniany podczas pojedynczej procedury, a następnie usunięty tuż przed jej zakończeniem.

| REF | Pojemność | Średnica trokara (mm) | Kolor | Ilość w opak. (szt.) |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 0208-RBM200 | 200 ml | 10 mm | Biały | 5 |
| 0208-RBM400 | 400 ml | 10 mm | Niebieski | 5 |
| 0208-RBM800 | 800 ml | 10 mm | Zielony | 5 |
| 0208-RBM1200 | 1200 ml | 10 mm | Żółty | 5 |
| 0208-RBM1500 | 1500 ml | 10 mm | Czerwony | 5 |

Brentford, 2020-09-21

Do: zainteresowanych stron

Niniejszym Grena Ltd z siedzibą 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9HH Zjednoczone Królestwo, informuje jako producent m.innymi ewakuatorów laparoskopowych, że wyróby medyczne o nr katalogowym 0208-RBM-poj 200, 400, 800, 1200 i 1500 ml, przeznaczone są do mało inwazyjnych resekcji, posiadają system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci kształtu, wykonane z materiału wytrzymującego wysokie ciśnienie i naprężenie o sile 50-60N.


Director/Direktor/
Dyrektor
Wiesław Brodaczewski