

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY

Część nr 32

LP.	OPIS PRODUKTU	NAZWA HANDLOWA	J.M.	Ilość zamaw.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
1	Paski diagnostyczne przeznaczone do badania poziomu glukozy we krwi. Metoda pomiaru fotometryczna lub biosensoryczna. Zakres pomiaru minimum do 600mg/dl Pomiar z krwi kapilarnej ,krew zasysana kapilarą lub nakładana bezpośrednio na pole testowe paska. Automatyczny wyrzut zużytego paska Wymagana sygnalizacja pobrania zbyt małej próbki krwi. Wymagamy aby zgodnie z nową normą EN ISO 15197:2015 95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru zawierało się w przedziale obarczonym błędem nie większym niż ± 15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub $\pm 15\%$ przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl ($\geq 5,55$ mmol/l). Opakowanie zbiorcze 50pasków +10płynów kontrolnych +50glucometrów	PASKI TESTOWE GLUCOMAXX (A.50SZT) GENEXO	op	1200	18,90	20,41	22 680,00	8%	1 814,40	24 494,40
Razem:							22 680,00	XXX		24 494,40