

Załącznik nr 14 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.3.13.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 13

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>6=4x5</i>	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto <i>8=9/4</i>	Wartość brutto <i>9=6+7</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ultraszerokokątny system do obrazowania dna oka z angiografią	szt.	1	337 950,00	337 950,00	8	364 986,00	364 986,00
Razem cena oferty					337 950,00	-	-	364 986,00

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Ultraszerokokątny system do obrazowania dna oka z angiografią– 1 szt.</u>		<p>Typ: Clarus</p> <p>Model: 700</p> <p>Producent: Carl Zeiss Meditec Inc.</p> <p>Kraj pochodzenia: USA</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Możliwość wykonywania zdjęć:	
	- kolorowych: separacja kanałów: czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na uzyskanie naturalnego koloru dna oka	
	- autofluorescencja niebieska	
	- autofluorescencja zielona	
	- bezczerwonych	
	- obrazowanie przedniego odcinka oka	
	- stereo	
	- moduł angiografii fluoresceinowej	
4.	Pole widzenia (mierzone ze środka gałki ocznej):	
	- min. 133° (jedno zdjęcie)	
	- min. 200° (dwa zdjęcia)	
	- min. 267° (montaż do 6 zdjęć)	
5.	Rozdzielczość optyczna zdjęć: min. 7,3 µm	
6.	Średnica oka badanego	

7.	Dystans roboczy (obiektyw - oko pacjenta): min. 25mm
8.	Czas akwizycji obrazu maks. 0,2 sek.
9.	Korekcja refrakcji badanego: - 24D do + 20D, bez dodatkowych soczewek
10.	Możliwość wykonania zdjęcia w trybie Non-mydratic
11.	Urządzenie wychylne na bok. Ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dźwostka
12.	Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta
13.	System automatycznego wyostrażania – autofocus
14.	Pokrętko manualnego wyostrażania obrazu
15.	System automatycznego wysycenia barw obrazu
16.	Obserwacja dna oka w podczerwieni
17.	Źródło światła: -czerwone LED, zakres 585-640 nm -zielone LED, zakres 500-585 nm -niebieskie LED, zakres 435-500 nm -dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni), 785 nm
18.	Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.), uwzględniające korekcję krzywizny dna oka
19.	Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego
20.	Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu, powiększanie obrazu
21.	Możliwość eksportu danych w formatach DICOM
22.	Funkcja migotania fiksatora wewnętrznego
23.	Fiksator wewnętrzny w położeniu do plamki, położeniami peryferyjnymi oraz z możliwością jego dowolnego przemieszczania w podglądzie dna oka za pomocą myszki komputerowej lub ekranu dotykowego
24.	FA – angiografia fluoresceinowa
25.	Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka. Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań
26.	Na wyposażeniu urządzenia twardy dysk o pojemności min. 2 TB pozwalający na przechowywanie min. 200 tyś. zdjęć
27.	Możliwość rozbudowy urządzenia o ICG w sytuacji wprowadzenia tej funkcjonalności przez producenta.
	Informacje dodatkowe
28.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
29.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
30.	Okres gwarancji min. 24 miesiące

31.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
32.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca prześle Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
33.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji
34.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmenny wniosek.

 <i>Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy</i>
--	--