

Załącznik nr 3 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.2.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp.                      | Przedmiot zamówienia                         | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto<br>6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto<br>8=9/4 | Wartość brutto<br>9=6+7 |
|--------------------------|--|-----------------|-------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                        | 2  | 3               | 4     | 5                      | 6                      | 7            | 8                                | 9                       |
| I                        | Moduł do pomiaru rzutu serca PiCCO           | szt.            | 1     | 17 950,00 zł           | 17 950,00              | 8            | 19 386,00                        | 19 386,00               |
| II                       | Moduł do pomiaru głębokości uśpienia         | szt.            | 5     | 18 300,00 zł           | 91 500,00              | 8            | 19 764,00                        | 98 820,00               |
| III                      | Moduł do pomiaru kalorymetrii pośredniej     | szt.            | 4     | 27 690,00 zł           | 110 760,00             | 8            | 29 905,20                        | 119 620,80              |
| IV                       | Moduł pomiarowy ciśnienia śródczaszkowego    | szt.            | 4     | 30 000,00 zł           | 120 000,00             | 8            | 32 400,00                        | 129 600,00              |
| V                        | Uchwyty do kardiomonitorów wraz z instalacją | szt.            | 17    | 4 600,00 zł            | 78 200,00              | 8            | 4 968,00                         | 84 456,00               |
| <b>Razem cena oferty</b> |  |                 |       |                        | <b>418 410,00 zł</b>   | -            | -                                | <b>451 882,80 zł</b>    |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi **24** miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>I. Moduł do pomiaru rzutu serca PiCCO - 1 szt.<br/>           II. Moduł do pomiaru głębokości uśpienia – 5 szt.<br/>           III. Moduł do pomiaru kalorymetrii pośredniej – 4 szt.<br/>           IV. Moduł pomiarowy ciśnienia śródczaszkowego – 4 szt.<br/>           V. Uchwyty do kardiomonitorów wraz z instalacją – 17 szt.</p> | <p>Typ: E-PiCCO, e-BIS, e-SCOVX, NPS2, A-230A-1V.bl1<br/><br/>           Model E-PiCCO, e-BIS, e-SCOVX, NPS2, A-230A-1V.bl1<br/><br/>           Producent GE Healthcare; Raumedic AG, CIM-MED<br/><br/>           Kraj pochodzenia: Finlandia, Niemcy</p> |
| 1.  | Rok produkcji   | 2022/2023   |
| 2.  | Certyfikat CE   |   |
| <b>I. Moduł do pomiaru rzutu serca PiCCO - 1 szt.</b> |   |   |
| 3.  | Moduł kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego monitorami serii CARESCAPE,  |   |
| 4.  | Realizacja ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przepłucznej,   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 5.   | Pomiar wykorzystuje 2 dostępy naczyniowe (żyła główna górna i tętnica udowa),  |  |
| 6.   | Funkcja obliczeń hemodynamicznych  |  |
| 7.   | Prezentacja danych w formie liczbowej i graficznej (wykres typu pająk)   |  |
| 8.   | Komplet akcesoriów wielorazowych do podłączania zestawów pomiarowych – 3 szt.  |  |
| <b>II. Moduł do pomiaru głębokości uśpiania – 5 szt.</b>         |  |  |
| 9.   | Moduł kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego z monitorami serii CARESCAPE  |  |
| 10.  | Pomiar głębokości uśpiania metodą BIS z prezentacją wskaźnika bispektralnego BIS oraz wskaźnika jakości sygnału SQI  |  |
| 11.  | W komplecie do każdego modułu: zestaw 25 elektrod dla dorosłych.   |  |
| <b>III. Moduł do pomiaru kalorymetrii pośredniej – 4 szt.</b>    |  |  |
| 12.  | Moduł kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego z monitorami serii CARESCAPE  |  |
| 13.  | Monitorowanie wdechowego i wydechowego stężenia tlenu i dwutlenku węgla w drogach oddechowych,   |  |
| 14.  | Pomiar realizowany w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych,   |  |
| 15.  | Funkcja pomiarów spirometrycznych wraz z kreśleniem krzywych i pętli oddechowych,  |  |
| 16.  | Monitorowanie zapotrzebowania energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej: VO2 i VCO2 (w tym indeksowane /m2 oraz /kg) z obliczaniem parametrów EE i RQ,   |  |
| 17.  | Funkcja uśredniania pomiarów od 2 do 24 godzin,  |  |
| 18.  | Moduł wyposażony w paramagnetyczny czujnik tlenu, nie wymagający kalibracji pomiędzy pomiarami,  |  |
| 19.  | W komplecie do każdego modułu: 10 zestawów do pomiaru kalorymetrii i spirometrii u pacjentów zaintubowanych.   |  |
| <b>IV. Moduł pomiarowy ciśnienia śródczaszkowego – 4 szt.</b>    |  |  |
| 20.  | Urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego, typu NPS2 z okablowaniem, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego z monitorami serii CARESCAPE   |  |
| 21.  | Do każdego modułu przewód przyłączeniowy czujników, kompatybilny z modułem zerującym typu NPS2   |  |
| 22.  | Czujnik pomiarowy śródmiaższowy ICP.   |  |
| 23.  | W komplecie do każdego modułu zestaw DRILL/BOLT do implantacji   |  |
| <b>V. Uchwyty do kardiomonitorów wraz z instalacją – 17 szt.</b> |  |  |
| 24.  | Uchwyt kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego z monitorami serii CARESCAPE typ B650  |  |
| 25.  | Montaż ramienia do pionowej rury zainstalowanej na zabudowie typu most   |  |
| 26.  | <b>Informacje dodatkowe</b>  |  |
| 27.  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem  |  |
| 28.  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu   |  |
| 29.  | <b>Okres gwarancji min. 24 miesiące</b>  |  |
| 30.  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)   |  |
| 31.  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaze Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |
| 32.  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji   |  |
| 33.  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.  | Częstotliwość przeglądów: 1 przegląd / rok |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmie wniosek.

.....  
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy*