

23 Załącznik nr 12 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.11.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 11

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>6=4x5</i>	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto <i>8=9/4</i>	Wartość brutto <i>9=6+7</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Chłodziarka laboratoryjna	szt.	2	7427,00	14854,00	23 %	18 270,42	18 270,42
Razem cena oferty					14854,00	-	-	18 270,42

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 48 m-cy miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

I. Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt.		<p>Typ chłodziarka</p> <p>Model SLC100 Glass</p> <p>Producent Bolarus S.A.</p> <p>Kraj pochodzenia Polska</p>
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × gł.): 650 mm × 850 mm × 650 mm (± 5 mm)	
4.	Korpus zewnętrzny lakierowany	
5.	Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej	
6.	Izolacja 70 mm ± 2 mm	
7.	Ekologiczny czynnik chłodniczy	
8.	Drzwi przeszklone z wymienną uszczelką	
9.	Zamek mechaniczny drzwi	
10.	System automatycznego domykania drzwi	
11.	Drzwi prawe	
12.	Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0.1K	
13.	Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.	
14.	Alarm otwartych drzwi	
15.	Alarm zabrudzonego skraplacza	
16.	Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	
17.	Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy	
18.	Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	
19.	System przeciwwamrożeniowy	

20.	Prowadnice półki / wsporniki poziome
21.	2 półki powlekane z drutu
22.	Możliwość regulacji położenia półki
23.	Otwór walidacyjny
24.	Nogi regulowane
25.	Oświetlenie LED
26.	Poziom hałasu 51 dB ± 1 dB
27.	Dynamiczny tryb chłodzenia
28.	Zasilanie z sieci 230 V
	Informacje dodatkowe
29.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
30.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
31.	Okres gwarancji min. 24 miesiące
32.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
33.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaze Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
34.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji
35.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Częstotliwość przeglądów 1 na zakończenie gwarancji

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmenny wniosek.

.....
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy*