

Formularz Cenowo-Techniczny dla zadania nr 3

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.									
Tytuł projektu:									
Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.									
Komentarz									
<p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</p> <p>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</p> <p>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</p> <p>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</p>									
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%] 7	Wartość podatku VAT [zł] 8	Wartość brutto [zł] 9=6+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wózek inwalidzki Rok produkcji 2023 1) Wytrzymałość wózka na obciążenie min. 130 kg. 2) Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami, 3) możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża, 4) możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć, 5) możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, 6) możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn, odporny na korozję - wykonany z aluminium. 7) podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz. 8) podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane 9) długość całkowita z podnóżkiem: 101 cm +/- 4 cm 10) szerokość po złożeniu: 30 cm +/- 3 cm 11) waga całkowita 14,3 kg +/- 2 kg 12) odległość siedziska od podnóżka: 38,5 -45,5 cm 13) odległość siedziska od podłokietnika: 22-24 cm 14) minimalny promień skrętu: 150cm 15) średnica kół tylnych: 24" 16) średnica kół przednich: 20 cm 17) Oznakowanie CE	Producent VERMEIREN, model D200 B69.B03 oraz kraj pochodzenia POLSKA	1 206,00 zł	48	57 888,00 zł	8%	4 631,04 zł	62 519,04 zł	
2	Krzeselko prysznicowe Rok produkcji 2023 1) Powinno być aluminiowe i składane. 2) Wszystkie powierzchnie krzesła wyposażone powinny być w warstwę antypoślizgową. 3) Szerokość krzesła 57 cm +/- 2 cm, 4) Wysokość krzesła 103 cm +/- 2 cm, 5) Wysokość siedziska 51 cm +/- 2 cm, 6) Szerokość siedziska 48 cm +/- 2 cm, 7) waga krzesła nie większa niż 10 kg, 8) wymagane obciążenie użytkowe minimum 140 kg, 9) podstawa mobilna na 4 kółkach z blokadami, 10) boczne barierki, 11) możliwość transportu pacjenta na krzesle w pozycji siedzącej, 12) oparcie dla pleców wykonane z tworzywa sztucznego, wytrzymałe i odporne na wszelkie środki dezynfekujące, 13) regulacja wysokości hydrauliczna lub elektryczna lub bez regulacji 14) Demontowane oparcie. 15) Odchylane podłokietniki 16) Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości. 17) Koła o średnicy 5". Dwa hamulce. 18) Siedzisko z wycięciem sanitarnym 19) Oznakowanie CE	Producent VERMEIREN, model PLUO 2W1 oraz kraj pochodzenia POLSKA	1 573,00 zł	8	12 584,00 zł	8%	1 006,72 zł	13 590,72 zł	

3	Krzeselko mikcyjne Rok produkcji 2023 1) Regulacja wysokości co 2 cm, 2) miękkie podparcia pod dłoń – np. pianka poliuretanowa, 3) zdejmowana deska sedesowa oraz pojemnik/wiaderko ze szczelną pokrywą, 4) materiał wykonania konstrukcji to aluminium, 5) konstrukcja składana, 6) waga maksymalna to 9 kg, 7) maksymalne obciążenie użytkowe minimum 120 kg, 8) wysokość siedziska krzesła pomiędzy 53 – 63 cm +/- 9 , 9) głębokość siedziska 43 cm +/- 2 cm, 10) szerokość siedziska 48 cm +/- 3 cm, 11) powinno ułatwiać korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym ruchowo, a także pomagać przy wszelkich czynnościach pielęgnacyjnych dotyczących chorego, po zdjęciu wiaderka możliwość stawiania krzeselka bezpośrednio nad sedesem. 12) Oznakowanie CE	Producent VERMEIREN, model STACY oraz kraj pochodzenia POLSKA	324,00 zł	4	1 296,00 zł	8%	103,68 zł	1 399,68 zł
4	Materac próżniowy Rok produkcji 2023 1) Powinien być wykonany z wytrzymałego wodoodpornego materiału 2) wymiarach minimalnych 200 cm x 82 cm, 3) odporny na mycie i odkażanie, 4) przeznaczony do unieruchomienia i transportu oraz wykonania diagnostyki RTG, TK, MRI pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa oraz do transportu pacjenta pomiędzy kondygnacjami w razie niebezpieczeństwa, 5) materac powinien być zgrzewany, 6) możliwość używania go w niskich temperaturach +60 do -40 stopni Celsjusza, 7) materac musi posiadać test szczelności, który trwa 48 h, 8) powinien posiadać pompkę dwukierunkową, pokrowiec i instrukcję obsługi, musi być łatwy do czyszczenia, posiadać minimum 3 pasy bezpieczeństwa pacjenta, posiadać minimum 6 uchwyty po bokach do przenoszenia pacjenta. 9) Min. 28 komór materaca wypełnionych specjalnym sprężystym i trwałym granulem nie przemieszczającym się pod wpływem ciężaru pacjenta 10) Ciężar materaca maks. 7 kg oraz udźwig min 150 kg 11) Oznakowanie CE	Producent Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG, model Materac próżniowy 820 K oraz kraj pochodzenia Niemcy	3 600,00 zł	48	172 800,00 zł	8%	13 824,00 zł	186 624,00 zł
5	Stolik do badań niemowląt Rok produkcji 2023 1) Stolik do badań niemowląt: 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa, 2) Wykonanie: stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, 3) podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, 4) wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, 5) blat stalowy lakierowany proszkowo z bandami z tworzywa ABS z zaokrąglonymi, bezpiecznymi krawędziami, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym, 6) szafka z płyty meblowej laminowanej, front z płyty meblowej laminowanej, 7) wymiary stolika: szerokość: 900 mm +/- 30 mm 8) głębokość: 700 mm +/- 30 mm 9) wysokość od podłoża do blatu: 900 mm +/- 30 mm 10) wysokość całkowita stolika: 980 mm +/- 30 mm 11) Wymiar blatu z bandami 910x705x70 mm +/- 30 mm 12) Wymiar powierzchni użytkowej blatu 740x620 mm. +/- 30 mm 13) Oznakowanie CE	Producent TECHMED, model SPTM-02 oraz kraj pochodzenia POLSKA	2 900,00 zł	4	11 600,00 zł	8%	928,00 zł	12 528,00 zł
Razem cena oferty					256 168,00 zł	8%	20 493,44 zł	276 661,44 zł