

CERTYFIKAT WE

Certyfikat Badania Typu WE

Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (MDD), Załącznik II (4)

(Wyroby klasy III)

Nr G7 025701 0064 Zmiana 01

Wytwórca: **B. Braun Surgical S.A.**

Ctra. de Terrassa 121
08191 Rubi (Barcelona)
Hiszpania

Produkt: **Materiały Szewne**

Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Product Service GmbH oświadcza, iż badanie projektu ww. wyrobów przeprowadzono zgodnie z Załącznikiem II (4) Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD). Projekt ww. wyrobów spełnia postanowienia określone w niniejszej Dyrektywie. Do celów sprzedaży ww. produktów niezbędny jest dodatkowy certyfikat według Załącznika II. Patrz również uwagi na odwrocie strony.

Raport nr: 713162554

Ważny od: 2020-03-03

Ważny do: 2024-05-26

Data, 2020-03-03

/-/ [podpis nieczytelny]

Christoph Dicks

Dyrektor ds. Certyfikacji / Jednostka Notyfikowana

Strona 1 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH jest jednostką notyfikowaną posiadającą numer identyfikacyjny 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH – Jednostka notyfikowana – Ridlerstrasse 65 – 80339 Monachium – Niemcy

TÜV®

C E R T Y F I K A T

CERTYFIKAT WE

Certyfikat Badania Typu WE

Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (MDD), Załącznik II (4)

(Wyroby klasy III)

Nr G7 025701 0064 Zmiana 01

Model(e):

Monosyn® Quick

Parametry:

Szew glikolidowy, jednowłókowy, szybko wchłaniający, bezbarwny

Średnica: EP 0.7 do 4

USP 6/0 do 1

Długość: maksymalnie 150 cm

Strona 2 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH jest jednostką notyfikowaną posiadającą numer identyfikacyjny 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH – Jednostka notyfikowana – Ridlerstrasse 65 – 80339 Monachium – Niemcy

TÜV®