

**Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia  
do postępowania na "Sukcesywną dostawę odczynników i sprzętu do badań z zakresu mikrobiologii medycznej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim"  
nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.10.2023**

**Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.**

**Wykonawca :**

**Pakiet nr 5 - Krążki i odczynniki**

**Krążki do oznaczania lekowrażliwości i krążki diagnostyczne oraz odczynniki i testy diagnostyczne**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Cecha dodatkowa towaru</i>	<i>Ilość na 36 miesięcy</i>	<i>Jedn. Miary</i>	<i>nr katalogowy</i>	Cena 1 opak. netto	VAT	Cena 1 opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Krążki do różnicowania S.pneumoniae	termin ważności min 1rok	150	krążki	DD0001T	20,00 zł	8%	21,60 zł	60,00 zł	64,80 zł
2	Krążki z czynnikiem X V	termin ważności min 1rok	150	krążki	DD0005B	80,00 zł	8%	86,40 zł	48,00 zł	51,84 zł
3	Krążki z czynnikiem V	termin ważności min 1rok	150	krążki	DD0004B	80,00 zł	8%	86,40 zł	48,00 zł	51,84 zł
5	Krążki do różnicowania Neisseria i Moraxella	termin ważności min 1rok	150	krążki	CBM BC-6	280,00 zł	8%	302,40 zł	840,00 zł	907,20 zł
6	Krążki do wykrywania beta-laktamazy	termin ważności min 1rok	150	krążki	R211667	135,00 zł	8%	145,80 zł	810,00 zł	874,80 zł
7	Odczynnik do wykrywania oxydazy w czasie do 10 minut	fiolki po 0,5 ml	150	oznaczeń	R21540	220,00 zł	8%	237,60 zł	660,00 zł	712,80 zł
8	Krążki jałowe białe		1 000	krążki	CT0998B	35,00 zł	8%	37,80 zł	140,00 zł	151,20 zł
9	Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama	opakowania jednostkowe po 500-1000 ml, gotowe do użytku	8	zestawów	361490-1000	155,00 zł	8%	167,40 zł	1 240,00 zł	1 339,20 zł
					367400-1000	189,00 zł	8%	204,12 zł	1 512,00 zł	1 632,96 zł
					361510-1000	155,00 zł	8%	167,40 zł	1 240,00 zł	1 339,20 zł

					361500-1000	155,00 zł	8%	167,40 zł	1 240,00 zł	1 339,20 zł
10	Zestaw do otrzymywania atmosfery beztlenowej (saszetka z 1 wkładem, woreczek )	Opakowanie zbiorcze maksymalnie po 20szt , zestawu suche, tzn bez użycia wody	720	szt.	AN0010C	70,00 zł	8%	75,60 zł	5 040,00 zł	5 443,20 zł
11	Saszetki z wkładem do hodowli beztlenowej w słoju	Opakowanie zbiorcze maksymalnie po 20sz, zestawu suche, tzn bez użycia wody	60	szt.	AN0025A	80,00 zł	8%	86,40 zł	480,00 zł	518,40 zł
12	Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus	zestaw zawiera maksymalnie 100 oznaczeń	300	oznaczeń	DR0850M	210,00 zł	8%	226,80 zł	630,00 zł	680,40 zł
13	Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR	zestaw zawiera maksymalnie 30 oznaczeń	60	oznaczeń	R30859602	1 100,00 zł	8%	1 188,00 zł	2 200,00 zł	2 376,00 zł
14	Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-(kompletny zestaw z enzymem)	zestaw zawiera maksymalnie 50 oznaczeń	150	oznaczeń	DR0585A	400,00 zł	8%	432,00 zł	1 200,00 zł	1 296,00 zł
15	E-testy lekowrażliwości z oznaczeniem MIC	metodą rozcieńczeń w bulionie	10	opakowań	PASKI MIC A10 BAKTERYJ NE	170,00 zł	8%	183,60 zł	1 700,00 zł	1 836,00 zł
16	Krażki do oznaczania lekowrażliwości wg zapotrzebowania	średnica 6mm,na każdym umieszczona jest jego nazwa w formie skróconej wg nomenklatury CLSI/EUCAST, symbole po obu stronach oraz jego stężenie	150	fiolek	CT...	35,00 zł	8%	37,80 zł	1 050,00 zł	1 134,00 zł
Razem									20 138,00 zł	21 749,04 zł

Warunki konieczne:	
1	Krażki pakowane w fiolki po 50 szt
2	Fiolki z krążkami do lekowrażliwości pakowane oddzielnie w hermetyczne zamknięte opakowania, i dołączony środek higroskopijny
3	Na każdej fiołce z krążkami do lekowrażliwości umieszczona data ważności i numer serii
4	Do odczynników i krążków diagnostycznych dołączyć opis metody i sposób wykonania testu w języku polskim

Wymagane dokumenty:	
1	Kopia oryginału certyfikatu jakości
2	Aktualne wytyczne CLSI/EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji
3	Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem

Wymagania konieczne do spełnienia zadania-E testy :	
1	Paski pakowane pojedynczo w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci
2	Na opakowaniu zbiorczym oraz pasku umieszczona nazwa antybiotyku
3	W opakowaniu max.30 pasków
4	Przechowywanie pasków w lodówce lub zamrażarce
5	Aktualne certyfikaty kontroli jakości
6	Do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinię KORLD
7	Dokładna wartość odczytu
8	Wszystkie paski od jednego producenta w celu uzyskania porównywalnych wyników oznaczeń

Wymagania konieczne do testów lateksowych	
1	Wskazania dotyczące warunków przechowywania
2	Czas wykonania testu maksymalnie 15 minut
3	Testy muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesin
4	Test do wykrywania Staphylococcus aureus powinien posiadać możliwość badania CF (clumping factor), białka A , receptora otoczkowego
5	Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do różnicowania paciorkowców
6	Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców