

| Zadanie nr 4 | | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIEJAŁOWE NITRYLOWE BEZPUDROWE | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunko wa liczba/ 12 m-cy | Jednostk a miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Staw ka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | <p>Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL jednorazowego użytku. o długości równej lub powyżej 240 mm, o grubości od 0,05 do 0,14 mm, mankiet rolowany. Przy zakładaniu rękawice nie mogą ulegać przerwaniu, pękaniu, rozrywaniu, obrywaniu się mankietów. Zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3 AQL dla szczelności 1,5 lub poniżej i normą PN-EN 374-2, PN-EN-420. Kolor inny niż czarny. Pakowane po 100 szt.. Rękawice nie mogą być posklejane ze sobą. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym minimum takie informacje jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datę ważności - oznakowanie znakiem CE, - AQL dla szczelności, - wyrób medyczny klasy I, - środek ochrony indywidualnej klasy III *DOPUSZCZENIE AQL-1 | Hartalega | Nie dotyczy | Brak | 26 000 | op. | 12,40 | 322 400,00 | 8% | 25 792,00 | 348 192,00 |
| | | | | | | | RAZEM | 322 400,00 | | | 348 192,00 |