

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy<sup>1</sup>: **Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.**

Siedziba Wykonawcy: **ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew woj. mazowieckie**

REGON: **750455286** NIP: **837-10-04-367**

Wykonawca wpisany do Rejestru **Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie**  
pod Nr **0000091385**

Telefon kontaktowy **46 863261** fax: .....-.....e-mail: [g.grajczak@euro-centrum.pl](mailto:g.grajczak@euro-centrum.pl)

Osoba/y, które będą podpisywać umowę **Cezariusz Wirkowski – Dyrektor Naczelny , Bożena Wirkowska – Dyrektor ds. Produkcji**

Osoba/osoby wpisane w dokumencie rejestracyjnym firmy uprawniona/ne do reprezentowania firmy:  
**Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych**

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o. o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,  
Nr postępowania: **ZP/23/23**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE (sterylne)** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w podziale na poszczególne Pakiety:

Pakiet Nr 4 - wartość netto: **41 650,00 zł**, wartość brutto: **44 982,00 zł\*\***

Pakiet Nr 11 - wartość netto: **10 524,00 zł**, wartość brutto: **11 365,92 zł\*\***

1. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie **do 1 dni roboczych** od złożenia danego zamówienia. **UWAGA: wpisać termin dostawy.**
2. Wyrażamy zgodę na termin płatności: **45 dni (45 dni/60 dni)\*\*\*** od dnia przedłożenia prawidłowej pod względem księgowym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
3. Należność będzie wplacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy, który jest zgodny(\*): **UWAGA: niepotrzebne skreślić**
  - z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT
  - ~~z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością w przypadku innych podatników~~
4. **OŚWIADCZAMY, że:**
  - 1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
  - 2) przedmiot zamówienia dostarczymy na swój koszt i ryzyko;
  - 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
  - 4) **zamierzamy / nie zamierzamy\*** powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom\*: **UWAGA: niepotrzebne skreślić**

\* niepotrzebne skreślić.

\*\* wypełnić tylko w zakresie składanej oferty.

\*\*\* wpisać termin płatności

<sup>1</sup> w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

Lp.	Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę	Nazwa Podwykonawcy

- 5) zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 6) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>3</sup>.

6. **OŚWIADCZAMY**, że wybór naszej oferty\*: **UWAGA: niepotrzebne skreślić**

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106)

~~będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106), wobec czego wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:~~

Lp.	Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

7. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko	Grzegorz Grajczak
Adres	Ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew

\* niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>3</sup> w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).

Adres	Ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
Telefon	46 8632561
e-mail	<a href="mailto:g.grajczak@euro-centrum.pl">g.grajczak@euro-centrum.pl</a>

8. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte w pliku nr .... pod nazwą ..... stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 r., poz. 1913, tj. ze zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

**Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajduje się w pliku pn. ....**

9. Rodzaj Wykonawcy: oświadczamy, iż należymy do następującej kategorii wykonawców:

- a) Mikroprzedsiębiorstw .....
- b) małych przedsiębiorstw .....
- c) średnich przedsiębiorstw .....
- d) jednoosobowa działalność gospodarcza .....
- e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- f) inny rodzaj .....

*(zaznaczyć właściwe – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi Zamawiający będzie przyjmował, iż Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw – Zamawiający wymaga udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie ze względu na konieczność przekazywania informacji w tym zakresie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych)*

**Sochaczew, 14.07.2023**

Pakiet Nr 4 - OBŁOŻENIA UNIWERSALNE

L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Uniwersalny zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych, ze wzmocnieniem w polu krytycznym, wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi :- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar ok.150x190 cm – 1 szt, Pokrowiec do nakrycia stolika Mayo1 szt,- Samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach 75x90cm – 2szt., 170x185cm-1szt.,150x240cm 1 szt., Ręczniki celulozowe 2szt. Taśma samoprzylepna włókninowa 9 x50cm 1szt.	szt	1000	41,65	8%	44,98	41 650,00	44 982,00
<b>RAZEM:</b>							<b>41 650,00</b>	<b>44 982,00</b>

wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %

Sochaczew, 14.07.2023

Pakiet Nr 11 - SERWETY CHIRURGICZNE STERYLNE									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Serwety chirurgiczne jednorazowe sterylne wielowarstwowe zgodne z normą 13795. Serweta pakowana folia/papier. O wymiarach:- 75x90 cm z otworem 10 cm	szt	300	4,20	8%	4,54	1 260,00	1 360,80	
2	50x60 cm z otworem 5- 8 cm	szt	400	2,52	8%	2,72	1 008,00	1 088,64	
3	75 x 45 cm bez otworu	szt	200	1,53	8%	1,65	306,00	330,48	
4	90 x75 cm pasek lepny na boku boku	szt	2500	3,18	8%	3,43	7 950,00	8 586,00	
<b>RAZEM:</b>							<b>10 524,00</b>	<b>11 365,92</b>	

Sochaczew, 14.07.2023

**Zamawiający:**  
„Kutnowski Szpital Samorządowy”  
Spółka z o.o.  
ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  
NIP: 7752631681, REGON: 100974785

**Wykonawca<sup>1</sup>:**

**Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10**

**96-503 Sochaczew, NIP: 837-10-04-367, KRS: 0000091385**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

**Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych**

**Podstawa do reprezentacji – pełnomocnictwo**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

### **Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.z dnia 2022.08.16) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

#### **PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.pn.: **JEDNORAZOWE ARTUKUŁY MEDYCZNE (sterylne).**

Oświadczam/(-my), co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)\*.
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.\*
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.\*
- ~~Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze\*:~~

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) aktualny odpis z KRS: <https://ekrs.ms.gov.pl/>

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2).....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

Sochaczew, 14.07.2023

- 1 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze oświadczenie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

\* niepotrzebne skreślić

Nr postępowania: ZP/23/23

Wykonawca: Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10  
96-503 Sochaczew, NIP: 837-10-04-367, KRS: 0000091385

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez: **Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych**  
**Podstawa do reprezentacji – pełnomocnictwo**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

### Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE (sterylne)**

oświadczam/(-my), co następuje:

Oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022.974 z dnia 2022.05.09) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zobowiązujemy się do ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

Sochaczew, 14.07.2023



# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 4, poz. 1

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

**Producent:** EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** zestaw serwet uniwersalnych  
**SKŁAD, ROZMIAR:** 1. Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar ok.150x190 cm – 1 szt, 2. Pokrowiec do nakrycia stolika Mayo 80x140cm 1 szt,  
3. Samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach 75x90cm – 2szt., 4. 170x185cm-1szt.,  
5. 150x240cm 1 szt., 6. Ręczniki celulozowe 2szt. 7. Taśma samoprzylepna włókninowa 9 x50cm 1szt.

<b>NR KATALOGOWY:</b>	ZOSU-1		
<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa + folia PE		
<b>Gramatura:</b>	55g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
<b>DODATKOWE WZMOCNIENIA</b>			
<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa + folia PE		
<b>Gramatura:</b>	60g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym</b>	168 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym</b>	159 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym</b>	302 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym</b>	318 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Pylenie</b>	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym</b>	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym</b>	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
<b>Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)</b>	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	0,23 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
<b>Łatwopalność</b>	Klasa 1	-----	
<b>Chłonność warstwy zewnętrznej</b>	450%	-----	
<b>Wodoodporność</b>	296 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3, sterylizacja tlenkiem etylenu
- pełnobarierowy, 2 warstwowa włóknina (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii numer ref, dane wytwórcy w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta

Sochaczew, 14.07.2023

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 11, poz. 1

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: serweta nieprzemakalna 75x90cm z otworem jałowa  
SKŁAD, ROZMIAR: 75x90cm z otworem 10 cm

NR KATALOGOWY: S-77ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	151 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	145 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	279kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	388 kPa	metoda badania	EN -13938 -1
Pylenie	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,36 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	780%	-----	
Wodoodporność	255 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- serweta pakowana w opakowanie folia/papier
- sterylna, jednorazowa

Sochaczew, 14.07.2023

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 11, poz. 2

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: serweta nieprzemakalna 50x60cm z otworem jałowa  
SKŁAD, ROZMIAR: 50x60cm z otworem 6x8 cm

NR KATALOGOWY: S-123ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	151 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	145 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	279kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	388 kPa	metoda badania	EN -13938 -1
Pylenie	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,36 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	780%	-----	
Wodoodporność	255 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- serweta pakowana w opakowanie folia/papier
- sterylna, jednorazowa

Sochaczew, 14.07.2023

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 11, poz. 3

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: serweta nieprzemakalna 45x75cm jałowa  
SKŁAD, ROZMIAR: 45x75cm

NR KATALOGOWY: S-78ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	151 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	145 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	279kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	388 kPa	metoda badania	EN -13938 -1
Pylenie	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,36 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	780%	-----	
Wodoodporność	255 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- serweta pakowana w opakowanie folia/papier
- sterylna, jednorazowa

Sochaczew, 14.07.2023

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 11, poz. 4

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: serweta nieprzemakalna 75x90cm z przylepcem jałowa  
SKŁAD, ROZMIAR: 75x90cm z przylepcem na boku serwety

NR KATALOGOWY: S-90ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	151 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	145 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	279kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	388 kPa	metoda badania	EN -13938 -1
Pylenie	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,36 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	780%	-----	
Wodoodporność	255 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- serweta pakowana w opakowanie folia/papier
- sterylna, jednorazowa

Sochaczew, 14.07.2023