

Formularz cenowo- techniczny zadania nr 16

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **igieł do biopsji szpiku kostnego mostka i talerza biodrowego**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do **1 dnia roboczego** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr **126344411** lub poczty elektronicznej na adres e-mail: **bman@beryl-med.com**
 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
***Wypełnia Wykonawca**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
|----------------|---|-----|-------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10 |
| 1 | <p>Igły sterylne jednorazowego użytku do biopsji szpiku kostnego mostka i talerza biodrowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość igły 30-50 mm, - średnica 14-18 G, - wygodny zdejmowalny ergonomiczny uchwyt typu poprzecznego (typ T), - metalowe lub z twardego tworzywa sztucznego - zakres regulacji igły od 30 do 50 mm, - zdejmowalny pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji, - długość całkowita po zdjęciu ogranicznika 70 mm - | Szt | 1 200 | 24,49 | 29 388,00 zł | 8% | 26,45 zł | 31 739,04 zł | <p>Medax/ Igła PRFECTUS/ PS14050-10, PS15050-10, PS16050-10, PS18050-10</p> |
| RAZEM : | | | | | 29 388,00 zł | | | 31 739,04 zł | |