

Nr referencyjny: NZ.261.38.2023

Załącznik nr 3 do SWZ - po zmianach  
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.38.2.2023

### Formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 1 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: b.szpak@medica.lubin.pl
7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6 = 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4	Wartość brutto 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Przyrządy do przetaczania płynów</b> cechy produktu: - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra, stożkowa lub igła dwupłaszczynowa ściętą lub igła dwukanałowa, ściętą czteropłaszczynowo, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - posiada filtr hydrofobowy o wielkości oczek 15 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą kłapką - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przezroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu	szt.	500000	0,47	235 000,00 zł	8%	0,51 zł	253 800,00 zł	Webest/ INFU-MED P/ brak numeru katalogowego

2	<b>Przyrządy do przetaczania krwi</b> Cechy produktu: - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - posiada filtr hydrofobowy o wielkości oczek 200 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką w kolorze czerwonym - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przezroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie kolorystyczne (nadruk w kolorze czerwonym ) umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu	szt.	43000	0,78	33 540,00 zł	8%	0,84 zł	36 223,20 zł	Webest/ TRANSFU-MED/ TS001
3	<b>Przyrządy do podawania leków światłoczułych</b> Cechy produktu - przyrząd w całości w kolorze bursztynowym - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra ,stożkowa, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - posiada filtr hydrofobowy o wielkości oczek 15 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przezroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu	szt.	2000	0,99	1 980,00 zł	8%	1,07 zł	2 138,40 zł	Webest/ INFU-MED P/ brak numeru katalogowego
4	Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi sterylne, w całości wolne od ftalanów	szt	1200	11,5	13 800,00 zł	8%	12,42 zł	14 904,00 zł	GALMED/ Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi/ 660001602

RAZEM :	284 320,00 zł
---------	---------------

14,84 zł	307 065,60 zł
----------	---------------