



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 06.02.2024 r.

DZP – 3/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 10, cz. 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler tnąco-zamykający z prostą główką, 40 mm linia cięcia. Stapler umożliwi 8-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. Wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 10, cz. 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchyloną główką, rozmiary:

21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm

24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm

26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm

29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

Ergonomiczna konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 10, cz. 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy 60mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wys. otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wys. otwartej zszywki 4,8mm), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 10, cz. 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki, kompatybilne ze staplerem, opisanym w pytaniu do pozycji 3?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie