

Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy introducerów typu peel away wraz z igłą i liderem**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie **do 3 * dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem **poczty elektronicznej na adres e-mail: logistyka@biotronik.com ***
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
***wypełnia Wykonawca**
-

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto (zł) 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	INTRODUCERY TYPU „PEEL AWAY” DO IMPLANTACJI ELEKTROD: Koszulki typu Peel – away do techniki Seldingera dostępne w rozmiarze 6F – 11F. Rotacyjny mechanizm ryglujący rozszerzacz w koszulce. Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika. W zestawie: – Prowadnik drutowy 0.035” dł. 40-50 cm – Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm – Rozszerzadło naczyniowe 190 mm – Koszulka introduktora 150-160 mm – Strzykawka 10 ml typ Luer Lock LUB Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne Zestaw zawiera: – Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu). – Prowadnik ø 0,38”, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest wosłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle. – Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm. – Strzykawka, pojemność 10 ml.	szt.	950	80,00	76 000,00	8%	82 080,00	86,40	Galt Medical Corp. Li Plus G 367568, 367569, 367570, 367571, 367572, 367573, 367574 Oscor Inc. Adelante 434124, 434126, 434128, 434129, 434130, 434131, 434132, 434133
				Razem Netto:	76 000,00	Razem Brutto:	82 080,00		