

Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obejm tytanowych do zespalandia złamań okołoprotezowych, zwanych dalej wyrobami wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- 1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
- 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet narzędzi specjalistycznych, zwanymi dalej instrumentarium, umożliwiającą implantację wyrobów,
- 3) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ...1... dni roboczych od przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ... logistics@implantcast.pl lub t.fijalkowski@implantcast.pl

Zamawiający wymaga, aby instrumentarium były dostarczone w kontenerach umożliwiającą sterylizację.

Wykonawca użyć te kontenery Zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy.

Wymagania dot. kontenera:

- kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością używanego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera).

Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+0,30 kg).

- kontenery specjalnego przeznaczenia z barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą,
- wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane do mycia mechanicznego i ręcznego,
- kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285),
- kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera,
- wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów).

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

.....

1.1	Obejma tytanowa do zespалania złamań okołoprotezowych: - taśma o szerokości minimum 8 mm, - na taśmie fabrycznie umieszczony zacisk Instrumentarium: zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania taśmy.	szt.	53	500,00	26 500,00	8%	28 620,00	540,00	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; nazwa własna: ic-cerclage; numer katalogowy: 0060-1008
				Razem Netto:	26 500,00	Razem Brutto:	28 620,00		