

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 29 ZESTAWY KARDIOLOGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Numer katalogowy	Nazwa handlowa / Wytwórca
1	<p><b>Sterylny zestaw do zabiegów zakładania stymulatorów serca</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</li><li>•Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</li><li>•Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów</li><li>•Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</li><li>•Serweta na stołik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.</li><li>•Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</li><li>•Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</li></ul> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•1szt. serweta chirurgiczna (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m2;</li><li>•1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm</li><li>•1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE</li><li>•1 szt. osłona na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE</li><li>•1 szt. sterylne wzmocnione fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2.</li></ul> <p>Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•1 szt. sterylne wzmocnione fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L.</li><li>•min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm</li><li>•2 szt. miska 500 ml</li><li>•1 szt. skalpel bezpieczny nr 23</li></ul>	zestaw	700	48,50	33 950,00	8%	36 666,00	132.221.01	ZESTAW DO ROZRUSZNIKÓW/ MEDCARE
2	<p>Sterylny zestaw do angiografii udowo-promieniowej</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</li><li>•Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</li><li>•Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów</li><li>•Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</li><li>•Serweta na stołik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.</li><li>•Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</li><li>•Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</li></ul> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•1 szt. serweta angiograficzna (serweta główna) min. 240 x 340 cm z 2 samoprzylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. 8 cm, wykonanych z folii chirurgicznej oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległy do dłuższego boku serwety), składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m2, serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron. Wokół otworów w serwisie materiał powinien posiadać dodatkowe pady chłonne.</li><li>•1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm</li><li>•1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE</li><li>•1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE</li><li>•1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie.</li></ul> <p>Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie.</li></ul> <p>Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm</li><li>•1 szt. skalpel bezpieczny nr 11</li><li>•1 szt. miska 500 ml - kolor</li><li>•1 szt. miska 500 ml - biała</li></ul>	zestaw	3 400	58,80	199 920,00	8%	215 913,60	132.222.01	ZESTAW DO ANGIOGRAFII/ MEDCARE
Razem					233 870,00		252 579,60		

...DOROTA BUJAC.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 31 ZESTAW DO OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Numer katalogowy	Nazwa handlowa / Wytwórca
1	<p>Sterylny zestaw podstawowy</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</li><li>•Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</li><li>•Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m2: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą chłonna włóknina PP.</li><li>•Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</li><li>•Serweta na stółk narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.</li><li>•Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</li><li>•Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</li></ul> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•1 szt. serweta na stół narzędziowy min. wym. 150 x 100 cm</li><li>•2 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. min. 170 x 175 cm</li><li>•2 szt. samoprzylepne serwety operacyjne wym. min. 75 x 90 cm</li></ul>	zestaw	1 300	19,00	24 700,00	8%	26 676,00	110.TMP.01	ZESTAW UNIWERSALNY / MEDCARE

DOROTA BUJACZ  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)