

Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **zestawów do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku- wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
 - naklejki identyfikujące wklucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane **w terminie do 5....* dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej **na adres e-mail: orders.pl@teleflex.com ***
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
***wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8=9/4	Wartość Brutto 9= 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych dwuświatłowy 7,0 i 8,0 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne światła wkluc: 14/14G lub 14/18G, sterylne, jednokrotnego użytku	szt.	500	55.92	27 960.00	8%	60.39	30 196.80	Arrow Int./ Teleflex/ CV-12712, CV-17702, CV-15802
2	Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych trójswiatłowy 7,0 i 8,5 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne światła wkluc: 16/14/16G lub 16/18/18G, sterylne jednokrotnego użytku	szt.	1 100	76.99	84 689.00	8%	83.15	91 464.12	Arrow Int./ Teleflex/CV-12703, CV-15703, CV-12853
3	Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych czteroświatłowy 8,5 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne światła wkluc: 18/14/18/16G, sterylne jednokrotnego użytku	szt.	1 000	95.94	95 940.00	8%	103.62	103 615.20	Arrow Int./ Teleflex/CV-12854, CV-15854
4	Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych pięćświatłowy 9,5 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne światła wkluc: 14,16,18,18,18G, sterylne jednokrotnego użytku	szt.	1 000	136.22	136 220.00	8%	147.12	147 117.60	Arrow Int./ Teleflex/CV-12955, CV-15955
				RAZEM :	344 809.00 zł			372 393.72 zł	

Zestawy do nakłucia w pozycjach 1-4 muszą spełniać wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe wg poniższej tabeli:

Lp.	Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe:
1	przewodnica typu J („J” z jednej strony, Prosty koniec z drugiej)
2	strzykawka 5 ml 3 częściowa Luer Slip
3	rozszerzacz
4	skrzydełka do mocowania cewnika
5	igła do nakłucia naczynia o rozmiarze: 6,0 - 6,35 cm
6	znaczniki odległości na cewniku
7	zakładanie metodą Seldingera