



Szp/FZ – 55/ *490*/2021

Wrocław, dnia 24.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *dostawa materacy przeciwoleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego*

## INFORMACJA NR 2

### Pytanie nr 1 - Zadania nr 4 – Wózek do przewożenia chorych – opis parametru wymaganego:

Prosimy o dopuszczenie wózka przeznaczonego do przewożenia chorych, o parametrach wyszczególnionych poniżej:

1. Szerokość całkowita powierzchni przeznaczonej dla pacjenta (nie wliczając barierki) 700 mm.
2. Szerokość całkowita z barierkami 810 mm.
3. Długość całkowita 2040 mm.
4. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 590 – 900 mm.
5. Oparcie regulowane sprężynami gazowymi z blokadą od 0° do 90°.
6. Przechył Trendelenburg'a 18°.
7. Przechył anty-Trendelenburg'a 18°.
8. Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.
9. Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych powłoką epoksydową.
10. Podstawa jezdna wózka osłonięta jest termoplastyczną osłoną z ABS. Ochronia ona mechanizm oraz ułatwia dekontaminację. Dodatkowo wyposażona jest w zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem. Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG.
11. RTG oraz wykonanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C.
12. Leże na całej długości wypełnione tunelem na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym).
13. Zaopatrzone w 4 krążki odbojowe.
14. Materace leża i oparcia pleców o grubości 100 mm, zdejmowalne. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi. Obszycie niepalne zgodnie z normą.
15. Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne.
16. Właściwości bakterio- i grzybobójcze, oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty.
17. Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym.
18. Dopuszczalne max. obciążenie wózka do 300 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia / Zamówień Publicznych

mgr inż. *[Signature]*  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 35 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

DYREKTOR SZPITALA

*[Signature]*  
Prof. dr hab. *Wojciech Witkiewicz*  
(5)



DOLNY  
ŚLĄSK