

Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie dostawy zestawów do drenażu przezskórnego, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: balton@balton.pl
7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość - 24 m-ce	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Zestawy do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową:</p> <p>-cewnik Pigtail grubości dokładnie 9F i długości minimum 26 cm, z zewnętrznym plastikowym kołnierzem umożliwiającym swobodne przesuwanie się cewnika po zaciśnięciu prowadnicy celownika usg na kołnierzu;</p> <p>- cewnik powinien opierać się na igle dwuczęściowej (jednokanałowej, igła+mandaryn) grubości dokładnie 15G i długości minimum 29 cm;</p> <p>-plastikowy kołnierz umożliwiający mocowanie cewnika do skóry przy pomocy szwów oraz plastikowa opaska zaciskowa utrzymująca sztywność założonej nefrostomii przy skórze;</p> <p>-zakończenie cewnika Pigtail powinno umożliwiać podłączenie uniwersalnego końca strzykawk (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml,) oraz nakręce- nie uniwersalnego końca zestawu do przetoczeń;</p> <p>- zestaw powinien być jałowy, nietoksyczny</p> <p>LUB*</p> <p>–Cewnik pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego-innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny-redukujący zatkanie i urwanie cewnika, na zewnątrz miękki-redukujący ból pacjenta), rozmiar Ch8 lub Ch10 do wyboru,- długość cewnika 29 cm, z zewnętrzną plastikową tulejką ułatwiającą mocowanie cewnika,</p> <p>–Cewnik umieszczony na igle dwuczęściowej (jednokanałowej, igła + mandryn) w rozmiarze 19G, długość min- 29 cm,</p> <p>–Silikonowa szpulką mocująca będąca odpowiednikiem plastikowego kołnierza mocującego oraz opaski uciskowej,</p> <p>–Zakończenie cewnika umożliwia podłączenie uniwersalnej strzykawki oraz uniwersalnego końca zestawu do przetoczeń-</p>	szt.	160	120,00 zł	19 200,00	8%	20 736,00 zł	129,60	Balton, Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową/ nr kat. OSD9F/ opak. 10szt.
				Razem Netto:	19 200,00	Razem Brutto:	20 736,00		

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.

