



Zakład Badawczo-Produkcyjny
„CHEMED” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, Kochanowskiego 29/30
tel. 032-230 52 20

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Substancja: **FORMALDEHYD do histopatologii 4 %
(Formalina do histopatologii 10%)**
Gatunek: **sp. cz buforowany**
Nr katalogowy: **1832001488; 1832005488; 030028;**
Nr partii: **158/09/23**
Okres ważności: **marzec 2025**

| <u>Oznaczany parametr</u> | <u>Norma</u> | <u>Wynik</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Zawartość % | 3,95 – 4,15 | 4,10 |
| pH | 7,2 - 7,4 | 7,30 |
| Zawartość stabilizatora % | min. 0,1 | odpowiada |
| Siarczany (j. SO ₄) % | max. 0,0005 | odpowiada |
| Metale ciężkie (j. Pb) % | max. 0,0005 | odpowiada |
| Żelazo (Fe) % | max. 0,0001 | odpowiada |

Orzeczenie: **ODPOWIADA WYMOGOM**

GLIWICE, 06.09.23 r.

Główny Specjalista
d/s Jakości

mgr inż. Lech Adamczyk