

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Liczba sztuk	Wartość netto za sztukę	Wartość netto razem	Vat w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy*
1	<p>Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji RD 900 NEOPUFF Ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min.145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna,19mm średnica zewnętrzna.</p> <p>Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min.Układ przeznaczony jest o podłączenia do resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff</p> <p>Maska do resuscytacji noworodków maski neonatologiczne do resuscytacji zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji. Materiał z jakiego wytwarzane są maski, powinien być miękki, przezroczysty i nie powinien zawierać plastyfikatorów DEHP</p>	30	47,00 zł	1 410,00 zł	8%	1 522,80 zł	BESMED	CT11500+SM86503 LUB SM-86513,LUB SM-86523,LUB SM- 86573,LUB SM-86583

*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację. W przypadku braku nr katalogowego wpisać taką informację.