

Znak: ZOZ.V.010/DZP/38/20

Sucha Beskidzka dnia 07.07.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Dotyczy: Pakiet 1 Część 1
Analizator do jonów Na, K, Ca, Cl, Li**

1. Prosimy o doprecyzowane czy podana ilość oznaczeń – 35 000 dotyczy okresu 4 lat (48 miesięcy) czy dotyczy 46 miesięcy?

Odp. 46 miesięcy.

2. Jakiego rodzaju elektrod wymaga Zamawiający : elektrod obsługowych czy bezobsługowych ?

Odp. Obsługowych.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową transmisją danych (wysyłanie wyników badań do LIS)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści analizator z czasem pomiaru 60 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Pkt. 17. Czy zamawiający dopuści odczynniki i elektrody innego producenta niż aparat?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 500 wyników badań?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 1 część 2

Automatyczny analizator do oznaczenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi włósnickowej, tętnicznej, żylniej i pępowinowej

7. Prosimy o doprecyzowane czy podana ilość oznaczeń – 44 000 dotyczy okresu 4 lat (48 miesięcy) czy dotyczy 46 miesięcy?

Odp. 46 miesięcy.

8. Jakiego rodzaju elektrod wymaga Zamawiający: elektrod obsługowych czy bezobsługowych ?

Odp. Bezobsługowych.

9. Czy przez pojęcie pojemnika z odczynnikami Zamawiający rozumie także pojemnik na odpady?
Odp. TAK.

Dotyczy Pakiet 2

10. Czy ilość badań osadu moczu jest równoznaczna z ilością badań parametrów fizykochemicznych moczu (135000 badań) i czy taką ilość badań należy przyjąć do obliczania kontroli, odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania badań osadu moczu?

Odp. Tak, należy przyjąć 135 000 wsadu moczu.

11. Dotyczy pkt nr 10. Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością jednorazowego załadowania 110 probówek (analiza fizyko-chemiczna)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wymaga analizatora do badania parametrów fizykochemicznych moczu z systemem kontroli temperatury?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

13. Czy Zamawiający wymaga analizatora do badania parametrów fizykochemicznych moczu z archiwizacją obrazu paska testowego przypisanego do wyniku pacjenta z możliwością wydruku obydwóch danych.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

14. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora osadu moczu posiadającego trzy kanały pomiarowe?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 5 Bakteriologia

15. Czy Zamawiający dopuści jałowe ezy kalibrowane 10ul pakowane po 20 sztuk (50x 20 sztuk)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

... DZIEKORA
zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sieci Regionalnej
mgr Janina Bączewska

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Stęczek

OK