



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 14.04.2020r

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu



EZP 130/2020



dot. przetargu nieograniczonego nr D-13/2020 na Dostawę art. medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

W odpowiedzi na pytania działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:



Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę pediatryczną z otworami, tak jak obecnie stosowaną przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 25 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga masek z nebulizatorem i nebulizatorów umożliwiających pracę zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej, tak jak obecnie stosowaną przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 25 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do nebulizatora z szeroką końcówką o długości 2,0 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 25 poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100 kg, tak jak obecnie stosowaną przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 25 poz. 11-17

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe kodowane kolorystycznie na pierścieniu mocującym (odpowiednio dla każdego rozmiaru), zamiast wymogu kodowanej kolorystycznie etykiety ułatwiającej szybkie rozpoznanie rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający obecnie korzysta z takiego rozwiązania. Pragniemy nadmienić, że rury rozciągliwe wykonane są z polipropylenu, a rury karbowane o stałej długości wykonane są z polietylenu. Nie ma produktu, który spełniałby obecny opis przedmiotu zamówienia tj. nie ma możliwości zaoferowania obwodu rozciągliwego z polietylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 34 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy składający się z trzech rur o maksymalnej długości do 150 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania nr 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej- bez warstwy elektrostatycznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

wirusowej 99.999999%, przestrzeni martwej 54 ml i masie 40 g, o oporach przepływu 2.7cm H₂O przy 60 l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34.2 H₂O przy V_t=500 ml, z hydrofobowym medium filtracyjnym, z wkładem harmonijkowym, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr ze złączem prostym, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania nr 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999%, przestrzeń martwa 45 ml i masa 25 g, złącze proste, o oporach przepływu 0.83cm H₂O przy 30l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżaniu 33 mg/l H₂O przy V_t=500 ml, hydrofobowe medium filtracyjne, przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 10

Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1-26, 41-45

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, bez zawartości lateksu i silikonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 11

Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1-26

Czy Zamawiający dopuści rurki pakowane folia-papier, bez fabrycznych zgrzewów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 12

Dotyczy Zadania nr 14 poz. 46-49

Prosimy o dopuszczenie prowadnic do rurek intubacyjnych dostępnych w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odpowiedź:

Poz.46-48 Zamawiający dopuszcza powyższe, ale muszą być do ukształtowania z drutem.

Poz. 49 Zamawiający dopuszcza ale typu Bougie z wyraźnie zagiętym jednym końcem.

Pytanie 13

Dotyczy Zadania nr 36 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30kg, maksymalna objętości worka 1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, objętości rezerwuaru tlenu 1700 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dorosłych, dren tlenowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 14

zadanie 36, pozycja 10

Ze względu na niejednorodny charakter zamawianych produktów, zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu oraz zrealizuje zapis ustawy PZP o uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zadanie 36 jest podzielone na pozycje zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

zadanie 36, pozycja 10

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użyty produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16

Zadanie 42

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębnika gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagającego interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 18 dł. 60 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego silikonu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych. Zestaw zawiera: przezroczysty, silikonowy zgłębnik o długości 60 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, płytkę zewnętrzną wykonaną z silikonu do mocowania zgłębnika przy skórze zapewniającą utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem do wprowadzania nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 17

Zadanie 43

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 3 dopuści zaoferowanie zgłębników gastrostomijnych z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 14/24cm w pozycji 1, Ch 18/24 cm w pozycji 2 i Ch 20/24 cm w pozycji 3, wypełnianie balonu sterylną wodą. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada pojedynczą linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw nie wymagający obecności zacisku do regulacji przepływu, z zewnętrzną płytką mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 18

Zadanie 44

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika przeznaczonego do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar CH 10/110 Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENfit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany nie częściej niż co 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową prowadnicę oraz 1 cieniодajną linię kontrastującą w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada trzy otwory boczne. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 19

Zadanie 44

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębnika przeznaczonego do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar CH 12/110 Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENfit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany nie częściej niż co 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową prowadnicę oraz 1 cieniодajną linię kontrastującą w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada trzy otwory boczne. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 20

Zadanie 49

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem z silikonu, długość 60 cm, CH 16.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 21

Zadanie 49

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem z silikonu, długość 60 cm, CH 20.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 22

Zadanie 47

Czy Zamawiający w pakiecie 47 dopuści zgłębnik silikonowy żołądkowo dwunastniczy o długości 125cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższe, pod warunkiem, że posiada znacznik RTG zatopiony w zgłębniku oraz nadruk pozwalający na identyfikację długości i rozmiaru po założeniu.

Pytanie 23

Pakiet 23

Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarach 7,2F i 9,5F Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5F i 6,5F. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Oraz zestaw do zakładania pakowany oddzielnie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa
- 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm
- 1 x Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm
- 1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm
- 1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm
- 1 x Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm
- 1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm
- 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm
- 1 x Hak do ran typu Senn Miller 16 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone
- 1 x uchwyt rzepowy przylepny 2 x 23 cm
- 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 24 nitek
- 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m²
- 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m²
- 3 x tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm

1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką

1 x skalpel jednorazowy Nr 11

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie jednostkowe posiadające numer katalogowy wraz z czterema etykietami samoprzylepnymi umożliwiającymi identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 29

Czy Zamawiający w pakiecie 29 zadaniu 1 dopuści cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 7F (14Ga), długość 20cm- rozszerzacz 8,5Fr wprowadzany metodą Seldingera

Zestaw zawiera :

- igłę wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm,
- nitinolowy przewodnik J 0,035"
- strzykawka 5ml
- cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości,
- skrzydełka mocujące do skóry pacjenta,
- Rozszerzacz 8,5Fr,
- korek z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 29

Czy Zamawiający w pakiecie 29 zadaniu 2 dopuści cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18G), długość 20cm- rozszerzacz 8,5Fr wprowadzany metodą Seldingera

Zestaw zawiera :

- igłę wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm,
- nitinolowy przewodnik J 0,035"
- strzykawka 5ml



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

- cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości,
- skrzydełka mocujące do skóry pacjenta,
- Rozszerzacz 8,5Fr,
- dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 29 poz 3

Czy Zamawiający w pakiecie 29 zadaniu 3 dopuści cewnik do naczyń centralnych trzyswiatłowy 7F (16/16/18G), długość 20cm- rozszerzacz 8,5Fr wprowadzany metodą Seldingera

Zestaw zawiera :

- igłę wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm,
- nitinolowy przewodnik J 0,035"
- strzykawka 5ml
- cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości,
- skrzydełka mocujące do skóry pacjenta,
- Rozszerzacz 8,5Fr,
- dtrzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu 4

W związku z tym, że igły do trepanobiopsji występują w dwóch opcjach, tzn. w wersji podstawowej (standard), przy użyciu której dla pozyskania wycinka, należy wykonać ruchy kołyskowe w ciele pacjenta, oraz zmodyfikowane, z kaniulą ekstrakcyjną z widelczykowatym zakończeniem, zapewniające odcięcie bioptatu bez konieczności wykonywania tych czynności, bardzo prosimy o informację jakiego rozwiązania Zamawiający oczekuje?

Informacja ta jest niezbędna do poprawnego przygotowania oferty, ponieważ produkty te mają różne ceny oraz różne kody katalogowe.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podstawowej wersji produktu.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu 6

W związku z tym, że zabrakło informacji, jakiej długości igieł Zamawiający będzie oczekiwał, informujemy, że dostępne one są w następujących długościach: 8cm; 10cm; 12cm; 16cm; 20cm i 25cm.

Czy należy rozumieć, że Zamawiający każdorazowo, według bieżących potrzeb, przy zamówieniach cząstkowych będzie wskazywał odpowiedni rozmiar spośród tych długości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje igieł o długości 25 cm.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu 12 poz. 48 i 49

W związku z tym, że dreny z łącznikiem męskim do cewnika, są dostępne w dwóch wersjach t.zn. ze standardowym łącznikiem Finger Tip, służącym do połączenia z cewnikiem, oraz w wersji, w której łącznik ten jest uzupełniony o trwale zamocowany kapturek nakrywający, służący do zabezpieczenia zainfekowanej końcówki po każdorazowym zdjęciu cewnika, bardzo prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, której opcji będzie oczekiwał.

Informacja ta jest niezbędna do poprawnego przygotowania oferty, ponieważ produkty te mają różne kody katalogowe.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu ze standardowym łącznikiem.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu 12 poz. 48

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu o średnicy 8 x 6 mm, jako równoważnego do wymaganego 8 x 5,6 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu 12 poz. 49

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o długości 200 cm i średnicach wewnętrznych 5 mm i 6 mm, jako równoważnych do wymaganych o średnicach 4,76 i 6,35.

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający dopuszcza dreny o średnicy wewnętrznej 5 mm jako równoważne do 4,76 i oczekuje drenów o średnicy wewnętrznej 6,35 i więcej do równoważnych 6,35.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu 16 poz. 7 i 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z dotychczasowego zadania nr 16 pozycji nr 7 i 8 i utworzenie odrębnego pakietu dla igieł biopsyjnych.

Wydzielenie tych produktów umożliwi złożenie korzystnych ofert firmom specjalizującym się w wąskich grupach produktowych, co z pewnością przyczynia się do korzystniejszego zakupu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu 16 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie wkradła się omyłka pisarska w opisie średnicy igły wprowadzającej?

Jeśli ta igła ma być kompatybilna z igłą z pozycji nr 7 posiadającą średnicę 18G, według naszej wiedzy, powinna być posiadać średnicę 17G.

Odpowiedź:

Igła powinna posiadać średnicę 17G.

Pytanie nr 34

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 35

Pakiet 1 poz 17

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 17 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 36

Zadanie nr 19 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź:

Papier Lifepack o rozmiarze 107mmx23m. może być dopuszczony do ww. pozycji.

Pytanie 37

Zadanie nr 19 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 194 składanki (sztuki).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 38

Zadanie nr 19 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Schiller AT2 o rozmiarze 210 x 280 mm x 180 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 407 składanek (sztuk), ponieważ producent zmienił w oryginalnym papierze ilość kartek w składance z 215 na 180.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażam zgodę na dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Schiller AT2 o rozmiarze 210 x 280 mm x 180 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 407 składanek (sztuk), ponieważ producent zmienił w oryginalnym papierze ilość kartek w składance z 215 na 180.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 39

Zadanie nr 19 poz. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuszcza również zamiennik papieru oryginalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiennika papieru oryginalnego.

Pytanie 40

Zadanie nr 19 poz. 12, 13, 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

Pytanie 41

Zadanie nr 19 poz. 12, 13, 14

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie cen jednostkowych za opakowanie, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

Pytanie 42

Zadanie nr 19 poz. 14

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do badań holterowskich i wysiłkowych ma posiadać podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody służący do przełożenia kabla?

Odpowiedź:

Elektroda do badań holterowskich i wysiłkowych ma posiadać podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody służący do przełożenia kabla by zagwarantować lepszą



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

skuteczność badania, poza tym nie ma wtedy potrzeby dodatkowego doklejania na plaster kabli nad elektrodą.

Pytanie 43

Zadanie nr 19 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny żelu USG o pojemności 0,5 l z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 875 szt. (po 0,5 l).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny żelu USG o pojemności 0,5 l z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 875 szt. (po 0,5 l).

Pytanie 44

Zadanie nr 19 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny żelu USG o pojemności 0,26 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny żelu USG o pojemności 0,26 ml.

Pytanie 45

Zadanie nr 15 poz. 1

W związku z wycofaniem z produkcji podkładu o parametrach wymienionych w poz. 1 prosimy o dopuszczenie w poz. 1 podkładu stanowiącego jego zamiennik o następujących parametrach: podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140 cm x 230 cm. Warstwa chłonna min. 70 cm x 230 cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min. od zmożenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m², niebieska dolna warstwa PE 35g/m². Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN1149-1/UNE-EN1149-5. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm. Chłonność 4000ml/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 46

SIWZ – rozdział VI pkt. 6 – Grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą

Pytanie 47

Zad 7 poz 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie **7 pozycja 4** strzykawkę 20 ml bez rozszerzonej skali pomiarowej z logo producenta nadrukowanym na cylindrze? Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach, pakowaną po 80 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 48

Zad 7 poz 5


Czy Zamawiający dopuści w pakiecie **7 pozycja 5** strzykawkę 10 ml bez rozszerzonej skali pomiarowej z logo producenta nadrukowanym na cylindrze? Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 49

Zad 7 poz 6



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie **7 pozycja 6** strzykawkę 5 ml bez rozszerzonej skali pomiarowej z logo producenta nadrukowanym na cylindrze? Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 50

Zad 7 poz 7

Czy zamawiający dopuści w pakiecie **7 pozycja 7** strzykawkę 2 ml bez rozszerzonej skali pomiarowej z logo producenta nadrukowanym na cylindrze? Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 51

Zad 7 poz 10

Proszę o wydzielenie z pakietu **7 pozycji 10**, umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 52

Zad 8 poz 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie **8 pozycja 1** produkt pakowany po 120 szt. z przeliczeniem ilości jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 53

Zadanie 10 w pozycjach od 1 do 6

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę wykonana z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 54

Zad 10 poz 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby w **pakiecie 10 pozycjach od 1 do 10** jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniuli?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Pakiet 10 w pozycjach od 7 do 10

czy zamawiający dopuści Kaniule wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowo, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnieniem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 56

Pakiet 10 poz 11

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu **10 pozycje 11**, ten rozmiar kaniuli znajduje się już w innym pakiecie a wydzielenie jej z powyższego zadania umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 57

Pakiet 10 poz 8

Czy Zamawiający w pakiecie **10 pozycji 8** dopuści rozmiar 1,1 x 32 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 58

Pakiet 10 poz 10

Czy Zamawiający w pakiecie **10 pozycji 10** dopuści rozmiar 1,8 x 45 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 59

Pakiet 26 poz 1

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 26 pozycja 1** przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych (IS), o następujących parametrach:

- zestaw do infuzji grawitacyjnej
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej
- Spike ABS, igła czterokanałowa/ stożek
- Kompatybilny z lipidami
- Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony
- Objętość wypełnienia drenu 11 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stałe
- Komora kroplowa o długości 57mm
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 60

Pakiet 26 poz 1



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie **26 pozycja 1** przyrząd do przetaczania krwi o następujących parametrach:

- zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,
- Bez odpowietrzenia
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min. z filtrem 200 µm, długość min.90mm
- Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet
- Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- Kompatybilny z lipidami
- długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm.
- Objętość wypełnienia drenu 14 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stale
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 61

Pakiet 26 poz 3

Czy Zamawiający w pakiecie **26 wydzieli pozycję 3** umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 62

Pakiet 26 poz 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie **26 pozycja 4** aparat bursztynowy o następujących parametrach,

- precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca),
- **wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny**
- Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet
- Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

- łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia,
- długość drenu 150 cm, objętość wypełnienia drenu 12 ml.
- Złącze luer lock **obrotowe**
- dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym **priming cap** sterylny - EO,
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 63

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 1,2,3:

Zawracamy się do Zamawiającego o wydzielenie poz. 1, 2, 3 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty bezpośredniemu producentowi produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 64

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. System bezigłowy z podzielną membraną, niewymagający zabezpieczenia koreczkiem, dezynfekowalny. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 65

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 2



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97


województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), z filtrem 0,2um na linii, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 190 cm, zawierający zacisk zatraskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 21 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 15um w komorze kroplowej, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). nakładkę z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV. Produkt sterylny. Apirogenny.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 66

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 38cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 3 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatraskowe, złącze typu luer-lock, nakładkę z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu. Produkt sterylny. Apirogenny



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 67

dot zadania 48 poz. 1

6



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii był zakończony złączem typu EnFit?

Odpowiedź:

Tak, zakończenie powinno być złączem EnFit.

Pytanie 68

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą

Pytanie 69

Dotyczy pakiet 36, poz 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylizowane EO, o wymiarach 8 x 5 x 3,5 cm , z włosiem o równej długości, rozmieszczonym w ok. 40 rzędach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 70

Dotyczy zadania 34 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu dla dorosłych rozciągliwego do 150 cm bez portów w Yku, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 71

Dotyczy zadania 34 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu anestetycznego dla dorosłych rozciągliwego do 2 metrów z trzecią furą rozciągliwą do 150 cm i workiem oddechowym o objętości 2L, z Ykiem bez portów, spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 72



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Dotyczy zadania 34 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu anestetycznego dla dzieci rozciągliwego do 2 metrów z trzecią furą rozciągliwą do 150 cm i workiem oddechowym o objętości 1L, z Ykiem bez portów, spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 73

Pakiet 21, pozycja 1,2

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania **równoważny antybakteryjny** system do odsysania konkurencyjnego producenta. System ten posiada następujące cechy:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Każdy wkład wyposażony w środek żelujący w postaci saszetek. Wkłady o kształcie okrągłym, wykonane z polietylenu. (dające możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji, przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie i perforację) Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000ml, 2000ml. Na każdym wkładzie fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (dat ważności) oraz identyfikacji (numer serii). Opcjonalnie dostępna opcja łączenia w tandem dla wkładów 2000 ml. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 74

Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka do pomp inf. posiadała dwustronną skalę pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 75

Zadanie 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wpisanej strzykawki w menu pompy i dopuszczenie strzykawki kompatybilnej z pompą potwierdzonej oświadczeniem Producenta strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 76

Zadanie 7 poz. 2,10

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 77

Zadanie 7 poz. 2,10

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 78

Zadanie 7 poz. 2,10

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 79

Zadanie 7 poz. 3



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 50/60 ml bursztyn w opakowaniu po 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 80

Zadanie 7 poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały tłok w kolorze kontrastującym innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego

Pytanie 81

Zadanie 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 80szt./op. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 82

Zadanie 7 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka 100ml była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego

Pytanie 83

Zadanie 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do TBC z igłą 0,45 x 13 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 84

Zadanie 9 poz. 2-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą: 50-60 ml, 20-22 ml, 10-12 ml, 5-6 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 85

Zadanie 9 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki z rozszerzoną skalą: 5-6 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 86

Zadanie 9, poz. 2-6

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały nazwę producenta na cylindrze?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 87

Zadanie 10, poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym? Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, nr kat. i nr serii na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 88

Zadanie 10, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylniej, wyposażonej w 4 paski widoczne w RTG?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 89

Zadanie 10, poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej trzpień powyżej koreczka?

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 90

Zadanie 10, poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającą zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekaniem krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 91

Zadanie 10, poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającą dodatkowy port umiejscowiony w osi skrzydełek kaniuli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 92

Zadanie 10, poz. 7-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej posiadającej nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym? Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, nr kat. i nr serii na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 93

Zadanie 10 poz. 7-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, posiadających koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi oraz filtr hydrofobowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 94

Zadanie 10 poz. 7-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, posiadających poniższe przepływy:

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm |
|------------|------------------|--------------|
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 |
| | 18 G | 1,3 X 32 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 95

Zadanie 10, poz. 7-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej posiadającą dodatkowy port umiejscowiony w osi skrzydełek kaniuli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 96

Zadanie 11 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznych wykonanych z termoplastycznego teflonu FEP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 97

Zadanie 11 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z PUR? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 98

Zadanie 11 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z FEP? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 99

Zadanie 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 100

Zadanie 26 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów bez opaski stabilizującej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 101

Zadanie 26 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 102

Zadanie 26 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy posiadały dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 103

Zadanie 26 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów bez dodatkowego łącznika do iniekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 104

Zadanie 26 poz. 1



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 105

Zadanie 26 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 106

Zadanie 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza strzykawki wpisane do menu pomp ASCOR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 107

Zadanie 7, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 108

Zadanie 7, poz.4-7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 109

Zadanie 7, poz. 4-7

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez przedłużonej skali ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym:

- Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml
- Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml
- Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml
- Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 110

zadanie 22, poz. 2

czy zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 111

Zadanie 22,poz. 11

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia w formie elastycznego drenu , dren posiada zacisk rolkowy, worek na wydzieliny, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 112

Zadanie 22, poz. 25

Czy zamawiający dopuści koreczki kombi w kolorze czerwonym i niebieskim, natomiast koreczki białe- zwykłe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 113

Zadanie 22, poz. 45

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 114

Zadanie 22, poz. 1-25,27-28,37,39,45

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-25,27-28,37,39,45 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 115

Zadanie 25, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 116

Zadanie 26, poz. 1-2



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 117

Zadanie 26, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 118

Zadanie 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 119

Zadanie 26, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 120

Zadanie 26, poz. 1-2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz pogładowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 121

Zadanie 26, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 122

Dotyczy zadania 41, poz 1

Czy Zamawiający wymaga zestawu do pompy, zgodnego z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Tak, tj jak w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity str. 38 "Pompę Flocare Infinity należy stosować wyłącznie z odpowiednim zestawem do podaży diety, przy użyciu pompy Flocare Infinity". (28037_F, Instruction manual Flocare Infinity Northern Europe, October 2016).

Pytanie 123

Dotyczy zadania 54, poz 1

Czy Zamawiający w zadaniu 54 w pozycji 1 wymaga zestaw uniwersalny do grawitacji, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga koszyczka do mocowania butelki.

Pytanie 124

Zadanie 54 w pozycji 1

W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe- typu ENLock/ENFit. Było to jednak rozwiązanie



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami nie są już produkowane. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów bez nasadek i adapterów przejściowych na system EnLock

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw bez adapterów przejściowych i bez nasadek systemu EnLock

Pytanie 125

Dotyczy pakietu nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika poliuretanowego o dł. 120 cm Nutritub Intestinal?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 126

Zadanie 22 poz. 12-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 22 pozycje nr: 12-13 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 127

Zadanie 22 poz. 12-13

Czy Zamawiający wymaga masek do podawania tlenu z drenem pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie 128

Zadanie 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę pediatryczną z nebulizatorem, z otworami, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 129

Zadanie 25 poz. 4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dren do nebulizatora o dł. 2 m, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 130

Zadanie 25 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową od 50-70 kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 131

Zadanie 25 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową od 70-100 kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 132

Zadanie 25 poz. 6-10

Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej z informacją dotyczącą rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczonej na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski umieszczonym na rurce, z luźnym drenem do napełniania balonika kontrolnego (połączonym z rurką na krótkim odcinku), z kolorowym kodowaniem rozmiaru maski na opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie 133

Zadanie 25 poz. 6-10

Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających wszystkich szkodliwych ftalanów, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 134

Zadanie 25 poz. 6-10

Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 135

Zadanie 25 poz. 11-17

Czy Zamawiający wymaga maski twarzowej wykonanej z materiałów nie zawierających wszystkich szkodliwych ftalanów, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Czy Zamawiający wymaga maski twarzowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie 136

Zadanie 34 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga obwodu oddechowego ze złączem rur wykonanym z elastycznego materiału EVA?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 137

Zadanie 34 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z trzecią rurą (gałęzią) rozciągliwą do dł. 75cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Lub

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z trzecią rurą (gałęzią) rozciągliwą do dł. 150 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza jako równoważny obwód oddechowy z trzecią rurą (gałęzią) rozciągliwą do dł. 75cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Zamawiający dopuszcza jako równoważny obwód oddechowy z trzecią rurą (gałęzią) rozciągliwą do dł. 150 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 138

Zadanie 36 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 36 pozycji nr 19 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź:

Zadanie 36 jest podzielone na pozycje zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Zadanie 36 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, o objętości worka 1547 ml, objętości oddechowej 1000 ml, drenie tlenowym o długości 2,15, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 140

Zadanie 36 poz. 19

Czy Zamawiający wymaga resuscytatora przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, z paskiem zabezpieczającym przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowanym z workiem samorozprężalny?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 141

Zadanie 36 poz. 19

Czy Zamawiający wymaga resuscytatora przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie 142

Zadanie 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , przeciwwirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml, oporach przepływu 2,14 cm H₂O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg/l H₂O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa V_t



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 143

Zadanie 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , przeciwwirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml przy złączu prostym, opory przepływu 0,82 cm H₂O przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg/l H₂O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa V_t 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 144

Zadanie 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą do TBC 0,4 x 12,55 mm pakowane po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 145

Zadanie 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej , jałowej, końcówka luer-lock 60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 146

Zadanie 9 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej , jałowej, końcówka



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 147

Zadanie 9 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej, jałowej, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 148

Zadanie 9 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej, jałowej, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 149

Zadanie 9 poz. 6 (nieoznaczone)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej, jałowej, końcówka luer-lock, - 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 150

Zadanie 9

Prosimy Zamawiającego o poprawę numeracji w zakresie pakietu Nr 9.

Odpowiedź:

W pakiecie nr 9 wystąpiła omyłka pisarska. W kolumnie „Lp.” należy odpowiednio wstawić kolejność od 1 do 5.

Pytanie 151

Zadanie 11 poz. 3

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaofiarowania kaniuli z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paro przepuszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m²/24h) z wycięciem w opatrunku na kaniulę, z piankowymi podkładkami pod skrzydełka i 2 dodatkowymi piankowymi paskami do mocowania linii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie powyższej kaniuli.

Pytanie 152

Zadanie 25 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do nebulizatora o dł. 2,1m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 153

Zadanie 25 poz. 6-10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia masek bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie 154

Zadanie 25 poz. 10-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV bez DEHP, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży, dla łatwej identyfikacji rozmiar produktu kodowany kolorem pierścienia, umieszczony na produkcie i na etykiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 154a

Zadanie 25 poz. 10-17

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy w środowisku MRI – informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie 155

Zadanie 27 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy do wkłuc centralnych z 6 portami bezigłowymi z przedłużaczem o długość 150 cm. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 156

Zadanie 27 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy do wkłuc centralnych z 6 portami bezigłowymi z przedłużaczem o długość 150 cm. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 157

Zadanie 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini spike, z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z portem dostępu w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, czas użytkowania potwierdzony dokumentem producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 158

Zadanie 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini spike, z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z portem dostępu w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, czas użytkowania potwierdzony dokumentem producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 159

Zadanie 32 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy linia ma posiadać 5 bezigłowych zastawek z możliwością podłączenia 5 dawek cytostatyku ?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160

Zadanie 32 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego przyrządu do podawania grawitacyjnego cytostatyków z 5 bezigłowymi zastawkami w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do łatwej dezynfekcji

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 161

Zadanie 32 poz. 2

W związku z opisem w jednej pozycji zestawów do podaży grawitacyjnej i przez pompę, a są to 2 różne produkty, prosimy Zamawiającego o określenie i wydzielenie do osobnego pakietu ilości poszczególnych zestawów.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 162

Zadanie 32 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 163

Zadanie 34 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 164

Zadanie 34 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 165

Zadanie 34 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonany z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 166

Zadanie 34 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 7 dniowy czas stosowania obwodu oddechowego ma być potwierdzony w instrukcji użycia produktu umieszczonej w opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 167

Zadanie 36 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasączonej mydłem rękawicy higienicznej, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku, myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie, hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej, dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnątrz, impregnacja mydłem w formie poziomych, równoległe ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6.3 g, grubość myjki 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 168

Zadanie 33

Prosimy o rozdzielenie pakietu na dwa: pakiet 33 poz. 1 i 2 oraz Pakiet 33A pozycja 3 i 4. Działanie takie spowoduje zwiększenie konkurencyjności ofert w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 169

Zadanie 33 poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16/18, długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34 - 36cm; Możliwość stosowania przez 72 godzin. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora;



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, blokada przycisku poprzez jego obrót o 90 lub 180 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki oraz dodatkową blokadą dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwnych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości inercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 170

Zadanie 14

Czy Zamawiający wymaga aby rurki w pakiecie 14 były bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 171

Zadanie 14 poz. 1-14.

Czy rurki intubacyjne z mankietem powinny posiadać rozmiar rurki na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 172

Zadanie 14 poz. 41 – 45

Czy rurki tracheostomijne powinny posiadać dwie tasiemki mocujące?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 173

Zadanie 14 poz. 41 – 45



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający wymaga aby rurki tracheostomijne były dostępne jako rurki z odsysaniem z nad mankietu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 174

Zadanie 14 poz. 49

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o prowadnicę do trudnej intubacji typu bougie jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 175

Zadanie 14 poz. 49

Czy prowadnica do trudnej intubacji ma posiadać sztywny futerał w celu zabezpieczenia jej przed zniszczeniem?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 176

Zadanie 14 poz. 49

Czy prowadnica do trudnej intubacji ma posiadać wzmocnienie na całej długości w postaci plecionki z włókien pokrytej żywicą?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 177

Zadanie 14 poz. 46 – 48

Czy Zamawiający wymaga aby prowadnice do ukształtowania były wykonane z mosiądzu, zapewniającego elastyczność a zarazem utrzymanie kształtu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 178

Zadanie 14 pozycja 46-49

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 46-49 z Zadanie 14 i utworzy z nich oddzielny Pakiet?

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 179

Zadanie 14 pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z drutem 2.0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 180

Zadanie 14 pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z drutem 3.3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 181

Zadanie 14 pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z drutem 4.7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 182

Zadanie 19 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści średnicę 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza średnicę 50 mm dla elektrody EKG.

Pytanie 183

Zadanie 19 pozycja 12-13

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 12-13 z Zadania 19 i utworzy z nich oddzielny Pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 184

Zadanie 22 pozycja 36, 45

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 36, 45 z Zadania 22 i utworzy z nich oddzielny Pakiet?

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 185

Zadanie 22 pozycja 45

Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 186

Zadanie 22 pozycja 26

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 26 z Zadania 22 i utworzy z nich oddzielny Pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 187

Zadanie 25 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maska krtaniowa od 50-70 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 188

Zadanie 25 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści maska krtaniowa od 70-100 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 189

Zadanie 25 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maska krtaniowa od 70-100 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 190

Zadanie 25 pozycja 11-17



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści pierścień na masce kodowany kolorystycznie zamiast kolorowej etykiety?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 191

Zadanie 33 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system o następującym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary CH 10/12/14/16, długość 60 cm dla rurki intubacyjnej
- Rozmiary CH 10/12/14/16, długość 34 cm dla rurki tracheostomijnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 192

Zadanie 33 pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy Pozycję 2 z Zadania 33 i utworzy z niej oddzielny Pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 193

Zadanie 34 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane o długości 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 194

Zadanie 34 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści trzecią rurę o długości 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 195

Zadanie 34 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rury o długości 160 cm, trzecia rura o długości 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 196

Zadanie 36 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania z zastawką do regulacji siły ssania, z 2 otworami ssącymi, z drugiej strony szczoteczki znajduje się gąbka, aplikator gąbkowy do nawilżania, 10 ml roztworu 0,12% chlorheksydyny w saszetce, 3 ml żelu



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

nawilżającego jamę ustną w saszetce, opakowanie zestawu pełni funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 197

Zadanie 36 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania z zastawką do regulacji siły ssania, z 2 otworami ssącymi, z drugiej strony szczoteczki znajduje się gąbka, aplikator gąbkowy do nawilżania, 10 ml roztworu 1,5% nadtlenu wodoru w saszetce, 3 ml żelu nawilżającego jamę ustną w saszetce, opakowanie zestawu pełni funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 198

Zadanie 36 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta zawierający w składzie dimetikon zamiast simetikonu, z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund przy mocy 700W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 199

Zadanie 36 pozycja 9

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 200

Zadanie 36 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści myjkę-rękawicę wykonaną w całości z poliestru, gramatura: 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m² (część tylna bez mydła), wymiary: 17cm x 24,5cm?

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 201

Zadanie 36 pozycja 17

Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych w kolorze cielistym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 202

Zadanie 36 pozycja 18

Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z: opaska mocująca dookoła głowy, część mocująca na rurkę, taśma z rzepem laminowanym do zamocowania na rurce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 203

Zadanie 36 pozycja 18

Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z: opaska do stabilizacji, mocowanie opaski za pomocą rzepu oraz samoprzylepnej taśmy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 204

Zadanie 36 pozycja 17,18

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby opaski były „jałowe”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 205

Zadanie 36 pozycja 19

Czy zamawiający dopuści zawór bezpieczeństwa 60 cm H₂O, objętość worka 1650 ml, objętość rezerwuaru 2000 ml, dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 206

Zadanie 39 pozycja 1



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, przestrzeni martwej 30 ml, oporze przepływu 1,0 przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, waga 30g, filtr ze złączem prostym, portem kapno zabezpieczonym zatyczką, bez kodowania kolorystycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 207

Zadanie 39 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, przestrzeni martwej 30 ml, oporze przepływu 1,0 przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, waga 30g, filtr ze złączem prostym, portem kapno zabezpieczonym zatyczką, bez kodowania kolorystycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 208

Zadanie 1, pozycja 14-16

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 209

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę w opakowaniach handlowych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 210

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml z rozszerzeniem do 22ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 211

6



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 212

Zadanie 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml z rozszerzeniem do 11ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 213

Zadanie 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 214

Zadanie 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 215

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 216

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do TBC z igłą 0,45x13?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 217



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zadanie 12, pozycja 1-61

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewniki posiadały numeryczne oznakowanie na cewniku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 218

Zadanie 12, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści przewód ssący o długości 210 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 219

Zadanie 12, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści przewód do ssaka o długości 210 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 220

Zadanie 12, pozycja 49

Czy Zamawiający wydzielili pozycję 49 do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 221

Zadanie 12, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z drenu o długości 210cm, CH 24 średnica 5,6mm/8mm (wewn./zewn.), CH 30 średnica 7mm/10mm (wewn./zewn.), oraz łącznika o długości 5 cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 222

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik pooperacyjny Dufour wykonany z silikonu w rozmiarze 18-20 z balonem 50-80 ml oraz 22-24 z balonem 80-100 ml?

Odpowiedź:



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 223

Zadanie 28, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych do badań Holterowskich w rozmiarze 55 x 41 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zadanie 28, pozycja 15 nie dotyczy elektrod.

Pytanie 224

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a' 90 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 225

Zadanie 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępownicy o długości całkowitej ok. 52 mm, sterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 226

Zadanie 22, pozycja 3,4,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a' 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 227

Zadanie 22, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek pakowane w opakowania a' 144 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 228



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Zadanie 22, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 229

Zadanie 22, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści op.a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 230

Zadanie 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm, pakowany w karton a'100, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 231

Zadanie 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatywy o pojemności 1750ml, z drenem o długości 150 cm, z klamrą zaciskową, końcówką z otworem centralnym oraz jednym otworem bocznym, końcówka drenu zakończona zatyczką, pakowany indywidualnie, opakowanie folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 232

Zadanie 22, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści nerkę jednorazowego użytku w rozmiarze 245x115x50 mm o max. Pojemności 900 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 233

Zadanie 22, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 234

Zadanie 22, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 235

Zadanie 22, pozycja 26

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd posiadał zastawkę oraz czy Zamawiający dopuści przyrząd wyposażony w filtr powietrza 1,2 µm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 236

Zadanie 22, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pojemniki medyczne o poj. 0,7 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 237

Zadanie 22, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści folie izotermiczna o wadze 60g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 238

Zadanie 22, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 239

Zadanie 22, pozycja 40-44



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na pojemnikach znajdowało się wyraźnie zaznaczone miejsce do opisu umożliwiające opisanie danych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 240

Zadanie 22, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1000 ml, z dokładną skalą pomiarową do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml, wyposażone w wyprofilowany kołnierz w kształcie maski z wycięciem umożliwiającym zamknięcie worka oraz zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 241

Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem posiadającym końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 242

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem posiadającym końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 243

Zadanie 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem posiadającym końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 244

Zadanie 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren posiadając końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 245

Zadanie 25, pozycja 6-10

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe, jednorazowe, wykonane z silikonu, posiadające elastyczny mankiet uszczelniający zabezpieczający bezpieczną kontrolę oddechu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 246

Zadanie 25, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 5 dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 247

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do osobnego zadania? Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zadanie 36 jest podzielone na pozycje zgodnie z SIWZ.

Pytanie 248

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną suchą o rozmiarach: 90x45x39mm, o równych włoskach umieszczonych w 28 rzędach, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 249

Zadanie 36, pozycja 3



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 do osobnego zadania? Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zadanie 36 jest podzielone na pozycje zgodnie z SIWZ.

Pytanie 250

Zadanie 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 120cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe warunki muszą być zgodnie z SIWZ

Pytanie 251

Pakiet 1 poz.14.

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25 i 27G długości 103mm z prowadnicą 35mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 252

Pakiet 1 poz.15.

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25 i 27G długości 88mm z prowadnicą 35mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 253

Zadanie 32 poz.2,3

Czy zestawy do podawania i przygotowywania cytostatyków mają pracować w systemie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH 2004 potwierdzone badaniami dostarczonymi na każde wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 254

Zadanie 32 poz.2,3

Czy zestawy do podawania i przygotowywania cytostatyków mają posiadać na bezigłowych portach fabrycznie założone osłony które umożliwiają odpakowanie zestawu bez zabrudzenia portów i rozpoczęcie pracy bez konieczności dezynfekcji portów bezigłowych?



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 255

Pakiet 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy ostrzy jednorazowych kompatybilnych ze strzygarką z ruchomą głowicą, zapewniających maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, szerokość strzyżenia 36 mm, min. 0,3 mm. Umieszczenie ostrza w pewnej odległości od ciała. W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy oferujemy wymianę obecnie używanych strzygarek na fabrycznie nowe modele strzygarek z obrotową głowicą, klasą szczelności IPX7. Ponadto prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzygarek na umowę użyczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dołącza wzór umowy użyczenia.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

UMOWA UŻYCZENIA nr/UP/2020 wzór

Zawarta w dniur. pomiędzy:

Szpitałem Wielospecjalistycznym im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 97, wpisanym do KRS pod nr 0000002494, REGON 092358780

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Eligiusza Patalasa
zwanym w dalszej części umowy Użyczającym

a

.....

reprezentowanym przez :

.....

zwanym w dalszej części Biorącym do Używania

§ 1. Przedmiot umowy

1. Użyczający zobowiązuje się oddać do używania Biorącemu strzygarki zwane dalej w umowie przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy będzie stosowany z przedmiotami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ - zadanie nr 37.

§ 2. Klauzula własności

1. Przedmiot umowy pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Użyczającego. Biorący do używania nie może oddać przedmiotu umowy osobom trzecim do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.
2. Biorący do używania nie jest także uprawniony do ustanawiania na przedmiocie umowy żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot umowy w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Użyczający przekaze przedmiot umowy Biorącemu do używania na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez użyczającego i osoby reprezentujące Biorącego do używania.

§ 5. Serwis

Koszty napraw przedmiotu umowy wynikające z używania ponosi Biorący do używania.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Biorący do używania zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Użyczającego o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak

zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

3. W przypadku wystąpienia po stronie Biorącego do używania zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Użyczającego w formie oświadczenia.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od.....r. do dniar., nie dłużej jednak niż do dnia rozwiązania umowy na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku nr .../UP/2020 z dnia
2. Po zakończeniu umowy Biorący do używania do zwróci Użyczającemu przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, w granicach zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
3. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Biorącemu do używania.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

.....
podpis biorącego do używania

.....
data i podpis użyczającego