

**Zamawiający:**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU  
ul. E. Orzeszkowej 1, 80-208 Gdańsk  
NIP 9570731538, Regon 190597157  
<http://www.pogotowie.gdansk.pl>

Gdańsk 23.05.2024

ZP/TP/04/2024

**WYJAŚNIENIA SWZ nr 1**

**Dotyczy: Postępowania na „DOSTAWĘ AMBULANSU RATUNKOWEGO TYPU C powyżej 3,5 tony wraz z wyposażeniem ”prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **20.05.2024 r. pod nr 2024/BZP 00331549/01**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców. Niniejsze wyjaśnienia na zapytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

**PYTANIE 1.**

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia ambulansów

**ODPOWIEDŹ 1**

Zapisy SWZ i umowy w zakresie dostawy przedmiotu umowy pozostają bez zmian.

**PYTANIE 2.**

Prosimy o podanie zakładanego szacunkowego przebiegu ambulansów.

**ODPOWIEDŹ 2**

Zgodnie z zapisami zał 1.1 do SWZ: Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku Rok produkcji pojazd bazowego 2023 (druga połowa roku) lub 2024 z minimalną 2 letnią pełną gwarancją - bez limitu kilometrów.

W eksploatacji u Zamawiającego około 3000 km miesięcznie

**PYTANIE 3.**

Dotyczy umowy paragraf 8 punkt 10 – prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z tym punktem w cenę oferty mają być wliczone bezpłatne przeglądy samochodu bazowego w najbliższej autoryzowanej stacji ASO, przeglądy adaptacji medycznej oraz sprzętu medycznego wykonywane w siedzibie użytkownika.

**ODPOWIEDŹ 3**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ w zakresie wzoru umowy.

**PYTANIE 4.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. I. 8 – prosimy o potwierdzenie, że elektryczny system wspomagania domykania drzwi przesuwanych prawych i lewych do przedziału medycznego ma być montowany fabrycznie tj. w fabryce samochodu bazowego

**ODPOWIEDŹ 4**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 5.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. III.6 – czy w przypadku zainstalowania stacji dokującej na środku deski rozdzielczej na sztywno w kieszeni 2 DIN na pewno Zamawiający wymaga dodatkowe ramienia kulowego RAM.

**ODPOWIEDŹ 5**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 6.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. III.6 – prosimy o potwierdzenie, iż stacją dokująca jest po stronie Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ 6**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 7.**

Dotyczy załącznik 1.1 pkt III, 6; VII, 10 – prosimy o potwierdzenie, iż uchwyt do drukarki jest po stronie Wykonawcy i ma zostać wliczony w cenę oferty.

**ODPOWIEDŹ 7**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 8.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt IV, 1, 4 – prosimy o potwierdzenie, iż poprzez pojęcie „zintegrowana”, Zamawiający ma na myśli wbudowana w nadwozie tj. tworząca z nim jedną bryłę.

**ODPOWIEDŹ 8**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 9.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. V.3,4 – czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie używa radiotelefonów ICOM?

**ODPOWIEDŹ 9**

Zamawiający korzysta z łączności cyfrowej opartej na protokole NXDN zaimplementowany w systemach NEXEDGE Kenwood oraz IDAS Icom.

**PYTANIE 10.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. V.3 – czy do radiotelefonu przewoźnego ma być na dachu wyprowadzona oprócz anteny radiotelefonu dodatkowa antena GPS? Jeśli tak – to jakim wtykiem ma być zakończona?

**ODPOWIEDŹ 10**

Tak. To wykonawca dostarcza i instaluje odpowiedni model radiotelefonu przewoźnego w ambulansie.

**PYTANIE 11.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. V. 4 – czy ładowarka do radiotelefonu ma być zamontowana w aucie czy dana luzem z radiotelefonem?

**ODPOWIEDŹ 11**

Tak, ma być zamontowana w pojeździe.

**PYTANIE 12.**

Dotyczy załącznik 1.1, pkt. VIII, 7 - prosimy o potwierdzenie iż fotel u wezłowania noszy ma posiadać przesuw dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwany fotelu) oraz dodatkowy przycisk zwalniający przesuw znajdujący się przy przesuwanych drzwiach pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, ułatwiający przesuwanie fotela w trakcie przechodzenia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy.

**ODPOWIEDŹ 12**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 13.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. VII, 14 – prosimy o doprecyzowanie, ze poprzez panele do mocowania sprzętu medycznego, które będą kompatybilne z inną firmą – Zamawiający ma na myśli uniwersalne adaptory, do których będzie można mocować sprzęt medyczny różnych producentów?

**ODPOWIEDŹ 13**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ, mają być kompatybilne.

**PYTANIE 14.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. VII.15 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o reduktory na duże butle tlenowe (10l).

**ODPOWIEDŹ 14**

Tak.

**PYTANIE 15.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. VII.,15 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga butli tlenowych.

**ODPOWIEDŹ 15**

Nie wymaga, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 16.**

Dotyczy załącznik nr 1.1, pkt VIII, 1,2 - prosimy o potwierdzenie, iż panele sterujące w przedziale medycznym i przedziale kierowcy mają być przyciskowe (na guziki), a nie np. rezystencyjne, touchscreen, itp.

**ODPOWIEDŹ 16**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 17.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt. VIII.3 – prosimy o potwierdzenie, że wideorejestrator ma nagrywać obraz tylko z przodu pojazdu. Jeśli nie – prosimy o określenie z jakich kamer wideorejestrator ma nagrywać obraz.

**ODPOWIEDŹ 17**

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 18.**

Dotyczy załącznik nr 1.1 pkt VIII, 4 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego szperacza akumulatorowo-sieciowego o poniższych parametrach:

- natężenie światła 800 lm
- klasa odporności IP168
- waga 190g (bez baterii), 255 g (z bateriami)
- wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12V i 230V
- czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 1h 38 min (przy maksymalnym natężeniu światła – 800 lm), a przy natężeniu 300 lm – 3h.

**ODPOWIEDŹ 18**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**ZATWIERDZAM**