



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 12.06.2024 r.

EZP 274/2024

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dot. przetargu nr D-22/2024 na dostawę endoprotez dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr.
Ludwika Błażka w Inowrocławiu

WYJAŚNIENIA

Zamawiający działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Pakiet nr 14:

Czy zamawiający w pakiecie numer 14 „Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego” w pozycji nr 5
odstąpi od wymagania wkładek elastycznych z poliwęglanu uretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wkładek elastycznych z poliwęglanu uretanu
ww. pozycji

Pytanie 2

PAKIET NR 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów dotyczących zapisu w brzmieniu:

„Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością
do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z
przeglądu dopuszczający do użycia.

Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego
użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania
umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej
wymiany”.

Odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3

PAKIET NR 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów dotyczących zestawu lotnego, wysłanego
na wcześniejsze zamówienie w brzmieniu:



g



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



„Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.

Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany”.

Odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

PAKIET NR 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów dotyczących zestawu lotnego, wysłanego na wcześniejsze zamówienie w brzmieniu:

„Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku”.

Odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

PAKIET NR 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów dotyczących zestawu lotnego, wysłanego na wcześniejsze zamówienie w brzmieniu:

„Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu. Dostarczone kontenery powinny być nowe lub powinny posiadać dokument z przeglądu dopuszczający do użycia.

Kontener wyposażony w filtry jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku filtrów jednorazowego użytku zapewnienie niezbędnej ilości w dostawach na żądanie zamawiającego przez okres trwania umowy. W przypadku filtrów wielorazowych, w sytuacji uszkodzenia filtra, zapewnienie jego bezpłatnej wymiany”.

Odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 6

PAKIET NR 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów dotyczących zestawu lotnego, wysłanego na wcześniejsze zamówienie w brzmieniu:

„Instrumentaria dostarczone w kontenerach do sterylizacji spełniające normy i dostosowane wielkością do rozmiaru zestawu”.

Odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7

PAKIET NR 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów dotyczących zestawu lotnego, wysłanego





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



na wcześniejsze zamówienie w brzmieniu:

„UWAGA cenę należy skalkulować jako cenę elementów niezbędnych składających się na 1 szt. endoprotezy z uwzględnieniem wariantu rewizyjnego. Dodatkowo ostrze do piły do każdej zamówionej sztuki”.

W tabeli wycen ceny są przygotowane do podania cen za szt do poszczególnych elementów.

Odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

PAKIET NR 21

Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia napędu w pakiecie 21 w związku z tym, że oferent startuje również w pakiecie kolana cementowanego, gdzie taki napęd będzie użyczany?

Odpowiedź:

W przypadku wygranej Państwa firmy w obu pakietach, zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie tylko jednego napędu.

Pytanie 9

§2 ust. 3 czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że chodzi o ubezpieczenie OC lub usunie ww. zapis? Obecny zapis może nałożyć na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia wyrobów, które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy aby instrumentarium było ubezpieczone. Wykonawca opcjonalnie wybiera odpowiedź tak lub nie

Pytanie 10

W związku z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z formularza ofertowego pkt 3 dot. Ubezpieczenia instrumentarium?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz



